

Příloha č. 1 - Technická specifikace a požadavky dodávaného přístrojového vybavení

Část 7 - Myčka podložních mís

Myčka podložních mís - 1 ks

Technické požadavky	Splnění požadavku	Poznámky a komentáře
Dezinfektor podložních mís - kapacita 2 podložní mísy v 1 cyklu	ANO	
Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody,	ANO	
Přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy anebo do stěny	ANO	
Dezinfektor plně automatický	ANO	
Mikroprocesorové řízení	ANO	
Celonerezový	ANO	
Digitální zobrazení teploty umývání a dezinfekce	ANO	
Teplná dezinfekce při 91 °C	ANO	■
Vizuální indikace ukončení programu	ANO	
Vizuální indikace průběhu programu	ANO	
Vizuální indikace poruchy + označení číselné poruchy	ANO	
Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce	ANO	
Mycí programy 3x standardní, možnost volby programu podle stupně znečištění	ANO	■
Základní programy možno libovolně programovat podle požadavků uživatele	ANO	
Kapacita dezinfektoru 2 podložní mísy s víky + 4 urinální láhve	ANO	■
Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)	ANO	■
Umývací trysky + umývací rotující trysky na boku	ANO	
Mytí cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího prostředku	ANO	
Protizápachový systém	ANO	
Dveře vybavené bezpečnostním systémem proti přelití tekutin z urinálních nádob	ANO	
Dezinfekce včetně termodezinfekce odpadu	ANO	
Čerpadlo na čistící nepěňivý prostředek	ANO	
Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení - dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje	ANO	

Odpad se systémem sifónu - do podlahy průměr 90/110 mm	ANO	
Napojení teplá voda ½", studená voda ½", elektrická energie – příkon 7,5 kW, 400 V, 3N, 16 A	ANO	
Instalační údaje vycházejí z projektu a musí respektovat stadium stavební připravenosti	ANO	
Příslušenství:		
Stojan na 2x podložní mísu s víkem	ANO	
Další požadavky		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ANO	██████y
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)	ANO	2██████
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)	ANO	
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.	ANO	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.	ANO	
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu, provoz, servis a demontáž musí být realizovány plně na náklady dodavatele	ANO	
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	ANO	

