



Vyplněná příloha č. 2\_2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

## Název části veřejné zakázky: Ohřev pacienta

Část veřejné zakázky: 2

### Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

### Technická specifikace

**Dodavatel vyplní zvýrazněná pole**

Systém ohřívání pacienta pro prevenci hypotermie anebo snížení prochladnutí na operační sály, po operacích a na jednotky intenzivní péče, určená pro dospělé a dětské pacienty			
Výrobce	Augustine Surgical Inc.		
Typ / Model	HotDog WC77		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	3		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	132.600, - za svstém = řídicí jednotka + matrace + přikrývka		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	397.800, -		
DPH v Kč celkem samostatně	83.538, -		
Cena v Kč včetně DPH celkem	481.338, -		
Základní vlastnosti přístroje			
Číslo	Specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota
1.1	Řídicí jednotka řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, s ovládacím panelem s voděodolnou membránou a s LCD displejem pro zobrazení nastavené cílové a naměřené aktuální teploty.	ANO	WC77



1.2	Řídící jednotka přenosná o hmotnosti max. 6 kg.	ANO	WC77, 3,2 kg
1.3	Řídící jednotka se dvěma samostatně regulovatelnými výstupy s možností souběžného provozu.	ANO	Lze připojit zároveň 1 matraci a až 4 přikrývky.
1.4	Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému.	ANO	Každý z 5 vstupů se ovládá individuálně.
1.5	Uchycení na infuzní stojan a na eurolištu, možnost položení na rovnou plochu.	ANO	
1.6	Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 32 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C.	ANO	Teplotní rozsah matrace 35 - 40°C, přikrývky 37 - 43°C. Teplotní přírůstek 1 °C, regulace po menších krocích z medicínského hlediska není významná.
1.7	Systém umožňující rychlé zahřívání, dosažení až 37 °C do 10 minut.	ANO	Až 40°C u matrace a 43°C u přikrývky
1.8	Systém odolný vůči defibrilačnímu výboji.	ANO	
1.9	Systém s funkcí audiovizuálních alarmů v případě jakékoli poruchy: <ul style="list-style-type: none"><li>- alarm napájení – v případě výpadku napájení;</li><li>- signalizace, že matrace není připojena k ovladači nebo je problém s připojením;</li><li>- ochrana před přehřátím, pokud cílová teplota překročí bezpečnostní mezní bod 42 °C;</li><li>- alarm, pokud aktuální teplota dosáhne 1,5 °C nad cílovou hodnotou teploty.</li></ul>	ANO	Alarm při přesáhnutí 1 °C nad nastavenou cílovou teplotu.
1.10	Snadno omyvatelné přikrývky a matrace pomocí standardních dezinfekčních prostředků, určené pro opakované použití.	ANO	Matrace a přikrývky vyrobeny z medicínského PUR se svařovanými spoji bez ochranných obalů, bezpečnost proti zatečení IPX2
1.11	Systém vyroben pomocí vysoce kvalitních technologií z uhlíkových vláken, které vysílají infračervené paprsky, které jsou neškodné pro lidské tělo a zamezují tak riziku poškození pacienta.	ANO	HotDog používá technologicky nejpokročilejší materiál - vodivý polymer ThermAssure, který rovnoměrně rozvádí teplo po celé ploše, je RTG transparentní a nevysílá žádné škodlivé záření
1.12	Teplotní čidla v každé samostatné části.	ANO	Každá matrace a přikrývka má vlastní teplotní čidlo.
1.13	Systém RTG transparentní.	ANO	
1.14	Možnost použití jednorázových obalů na matrace.	ANO	Matrace a přikrývky z medicínského PUR se svařovanými spoji nevyžadují použití ochranných obalů.



			Bezpečnost proti zatečení IPX2
1.15	Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech.	ANO	Všechny součásti HotDog jsou zařazeny jako třída IIb zdrav. prostředků pro použití ohřevu pacienta podložkou i příkrývkou před operací, během operace a po operaci
<b>Příslušenství</b>			
1.16	Matrace o velikosti min. 127 x 50 cm – 1 ks.	ANO	U 102
1.17	Vyhřívaná deka o velikosti min. 128 x 75 cm – 1x.	ANO	B 104
1.18	Propojovací kabely řídicí jednotky a matrace a příkrývky.	ANO	

\* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

#### Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma ANO
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: IIb
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): Přístroj neobsahuje servisovatelné součásti, nevyžaduje žádné další úkony nad rámec BTK