

Příloha č. 1		TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
NÁKUP ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝCH PEČOVATELSKÝCH LŮŽEK A STOLKŮ K LŮŽKŮM - II. VYHLÁŠENÍ					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace				
Sídlo:	Skořická 314, 338 43 Mirošov	IČO:	48379808		
Statutární zástupce:	XXXXXXXXX, ředitelka				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení:	poptávkové
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný	IČO:	00507814		
Statutární zástupce:	XXXXXXXXX, ředitel obchodu ČR a SR - na základě plné moci	Kontaktní osoba:	XXXXXXXXX		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
<p>- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Elektricky polohovatelná pečovatelská lůžka	35	min.36	Název: SENTIDA SC, záruka 60 měsíců Sériové číslo: Bude uvedeno po doplnění dekoru zadavatelem	

Závazná specifikace zadavatele:

Výrobce: Linet spol. s.r.o.

Vnější rozměry lůžka 210 x 105 cm (toleranční pásmo ± 5 %)

ANO / 208 x 104 cm - katalogový list str. 30

Rozměr ložné plochy Pro matraci 200 x 86 - 90 cm

ANO / 200 x 87 cm - katalogový list str. 30

Prodloužení min 20 cm

ANO / 20 cm - katalogový list str. 27

Podjezdová výška **minimálně 14 cm**

ANO / 15 cm - katalogový list str. 30

Hmotnost klienta - Minimálně 190 kg

ANO / 235 kg - katalogový list str. 30

Nízká výška ložné plochy

ANO

Výška ložné plochy – nejnižší poloha - 25 cm (toleranční pásmo ± 20 %)

ANO / 24,9 cm - nákres lůžka

Výška ložné plochy – nejvyšší poloha - 80 cm (toleranční pásmo -10 % +20 %)

ANO / 81,9 cm - nákres lůžka

Lůžko elektricky polohovatelné s dřevěným obložením, zdvih lůžka pomocí elektromotoru

ANO

Pojízdné ve všech pozicích

ANO

Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné

ANO

Čtyřdílná ložná plocha, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, lýtkový díl ovládaný mechanicky

ANO

Ložná plocha z kovových nebo plastových vyjímatelných lamel, nebo vyjímatelných drátěných sítí

ANO / kovové vyjímatelné sítě - katalogový list na str. 27

Dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu

ANO

držáky na infúzní stojan a hrazdu

ANO

Kovové části práškově lakované

ANO

Čela v celodřevěném provedení, minimálně rám čela v masivu, nožní čela s výřezem,

ANO

Dělené teleskopické postranice, bez středového sloupku, nastavitelné minimálně ve 3 výškových polohách, s ochranou proti nechtěnému spuštění, výsuvné - NE výklopné, horní okraje dřevěné - zaoblené. S ochranou 100 % ložné plochy.

Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (zámek funkcí), podsvícený

Možnost nastavení zádového a stehenního dílu současně

Možnost nastavení kardiackého křesla

Poloha Trendelenburg a reverzní Trendelenburg

4 kolečka o průměru min 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci při přesunu lůžka

Konstrukce lůžka umožní kompatibilitu se všemi druhy zařízení pro zvedání a přesuny klientů (zejména podjezdová výška pod konstrukcí podvozku)

Lůžka budou vyrobená v souladu s mezinárodními normami, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterými se stanoví technické požadavky na výrobky (zejména ČSN EN 60601-2-52)

Ostatní vybavení:

Hrazda vzpřimovací, lakovaná, s **navíjecí** hrazdičkou (madlem) - výškově nastavitelná 35 ks

ANO / teleskopické, 4 výškové polohy, výsuvné, okraje dřevěné zaoblené, ochrana 100% ložné plochy - Katalogový list na str. 25

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO / 4 kolečka o průměru 125 mm Tente Integral - náčrt lůžka

ANO

ANO

ANO

NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ		Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
2.	Stolek k lůžku s jídelní deskou	20	min. 36	Název: COMBINEA PLUS s jídelní deskou, záruka 60 měsíců Sériové číslo: Bude uvedeno po doplnění dekoru zadavatelem	

Závazná specifikace zadavatele:

Výrobce: Linet spol. s.r.o.

Oboustranný stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou (s oboustranným náklonem)

ANO

Jídelní deska s plynulým nastavením její výšky (pomocí plynopružiny), oboustranný náklon jídelní desky s aretací poloh

ANO

Korpus - melaminové desky, vrchní deska s vrstvou vysoce odolného laminátu, hrany z ABS materiálu o sílem min. 2 mm. Plastová odnímatelná deska z ABS.

ANO

horní zásuvka-zamykatelná a se zajištěním proti úplnému vysunutí, spodní skříňka s policí-zamykatelná, prostor na lahve, nika

ANO

Kovová madla - dvířka, zásuvky

ANO

Max. rozměr: š x h x v = 500 x 500 x 900 mm (toleranční pásmo ± 10 %)

ANO / 500 x 510 x 910 mm - katalogový list str. 2

Rozměr jídelní desky: cca 600 x 350 mm (toleranční pásmo ±5 %)

ANO / 600 x 350 mm - katalogový list na str. 2

Plynulé výškové nastavení jídelní desky: max. 85 – min. 110 cm (toleranční pásmo ±5 %)

ANO / 74 x 110 cm - katalogový list na str. 2

Pojízdný – min 4 dvojitá kolečka min 50 mm, z toho 2 samostatně brzditelná

ANO / 4 dvojitá kolečka 50 mm, z toho 2 samostatně brzditelná - katalogový list str. 2

Stolky budou osazeny 4-mi zámečky s jedním společným klíčem (včetně náhradního klíče)

ANO

Design shodný s dřevěným obložením lůžek,

ANO

Přílohy: Katalogové listy, náčrty lůžka, prohlášení o shodě

V Želevčicích dne 10.7.2023

Zpracovala: XXXXXXXXX



