



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA č. 2023/REACT-EU/21

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

BERINGEI, s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 55/47. 63900 Brno střed Štýřice

IČO: 48169731

DIČ: CZ48169731

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75698,

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. č.ú.: 177481903/0300

zastoupená: Ing. Milanem Bučkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 26001551

DIČ: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

zastoupená MUDr. Danielem Malým, předsedou správní rady

datová schránka: ah5ff8m

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preamble

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Jičín“, reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016349 (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, specifický cíl 6.1 IROP - REACT-EU“ (dále jen „Dotační program“).
2. Z uvedeného Dotačního programu byla kupujícímu přislíbena podpora z Dotačního programu v rozsahu 100 % ze způsobilých výdajů projektu (dále jen „Dotace“). Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla“).



3. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
- dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.

Prodávající prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Prodávající se zavazuje dodat zboží a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby kupující Dotační pravidla mohl dodržet. Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím, a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit, a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoliv z povinností prodávajícího, sjednaných touto smlouvou, z důvodu přičitatelného prodávajícímu k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část, či vrácenou Dotaci, či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího vzniknou.

4. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „**Systém videoendoskopický - část 1: Videoendoskopický systém pro interní oddělení**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s Technickými specifikacemi zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky. Tyto Technické specifikace zboží tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky, realizované touto smlouvou, prověřil, že předložené podklady, týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu, uvedenou v článku III. této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a to k:
- 1 ks videoendoskopickému systému pro interní oddělení** (dále jen „přístroje“ nebo „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží a služby kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 (technické specifikace prodávajícím nabízeného zboží) této smlouvy.
- 1.2. Prodávající je v rámci plnění této smlouvy povinen provést rovněž dopravu zboží do místa dodání a instalaci zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (včetně jejích příloh) a pokynů kupujícího, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, instruktáže zdravotnického personálu a dalších služeb a činností, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy, když předmětem této smlouvy je dále likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno, včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy.



- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.4. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.5. Účel užití zboží kupujícím bude provádění endoskopie trávící trubice, systém je určený pro provádění gastrokopií a kolonoskopií.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **nejpozději do 15. 11. 2023** na místo dodání: **Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení Interní-JIP, konkrétní místnost blíže specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy.**

O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného zdravotnického oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je:

[Redacted]

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:

[Redacted]

- pověřená osoba z příslušného zdravotnického oddělení, kam se bude přístroj dodávat:

[Redacted]

- 2.2 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky); a
- c) instruktáž zdravotnického personálu (dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro - dále jen „zákon o ZP“); a



- d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží pro určeného pracovníka kupujícího, pokud má prodávající k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží.

Pokud prodávající nemá k takovému oprávnění od výrobce souhlas, je povinen po dobu záruční doby (24 měsíců) provádět instruktáže nově přichozícího zdravotnického personálu na základě prokazatelného vyžádání kupujícího, a to bez nároku na další úplatu nad rámec celkové kupní ceny, přičemž takto vyžádaných instruktážních návštěv během záruční doby bude maximálně 8 (osm); a

- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event. které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS - nemocniční informační systém, PACS - picture archiving and communication system apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD, nebo externím USB datovém úložišti), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými technickými normami, kopii prohlášení o shodě (CE Declaration of conformity) a další dle zákona o ZP; v případě zboží se zdroji ionizujícího záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „atomový zákon“), a souvisejících prováděcích předpisů; a
- f) provedení všech dalších souvisejících služeb a činností, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy; a
- g) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti, nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové, či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.3 Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů,



uvedených v nabídce prodávajícího, je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít. „Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů“ se specifikací jednotlivých rozsahů plnění prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky a současně tento seznam tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- 2.4 Prodávající se zavazuje a je povinen zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoliv třetí osoby.
- 2.5 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží je:

5 718 000,00 Kč bez DPH,

DPH ve výši 21 % činí 1 200 780,00 Kč,

tj. 6 918 780,00 Kč včetně DPH,

z toho:

- a) Kupní cena zdravotnických prostředků vč. instalace a souvisejících služeb v Kč bez DPH: 4 999 000,00
- b) Kupní cena skříně na sušení a skladování endoskopů v Kč bez DPH: 719 000,00

Prodávající je plátcem DPH.

- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména úhradu celních a správních poplatků, vztahujících se ke zboží, náklady na cestovné a případné ubytování techniků a instruktorů, balné, dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, nakládky a vykládky a přemístění zboží do místa instalace při použití vlastní manipulační techniky prodávajícího, instalaci (montáž) zboží a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnického personálu, záruku.
- 3.3 Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem, uvedeným na jednotlivé faktuře.
- 3.4 Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - datum vystavení faktury,
 - popis plnění,



- výši fakturované částky,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
- variabilní symbol,
- odvolávka na tuto smlouvu s uvedením čísla této smlouvy,
- jméno a příjmení osoby, oprávněné k vystavení účetního dokladu,
- soupis příloh,
- číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016349, název projektu: „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Jičín“.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1., resp. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy.

- 3.5 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6 Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7 Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží, podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden na faktuře. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání peněžních prostředků ve výši dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy na účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8 Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, zejména účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že účet prodávajícího, uvedený ve faktuře, se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10 Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane, či se projeví jakákoliv změna v prohlášeních, uvedených v předchozím odstavci, a/nebo nastane, či se projeví jakákoliv okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoliv okolnost, zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce, či prodávající



bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoliv však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

- 3.12 Příloha č. 4 obsahuje podrobnou cenovou nabídku prodávajícího, v níž je celková kupní cena dle odst. 3.1 této smlouvy zpracována formou položkového rozpočtu pro účetní účely kupujícího, v členění dle jednotlivých, samostatně ocenitelných položek dodávky. Samostatně ocenitelnými položkami se v tomto případě rozumí jednotlivé funkční celky nabízeného zboží, které mohou pracovat autonomně (navzájem nezávisle) a lze je účetně zařadit jako samostatná zařízení. Samostatně ocenitelnou položkou není v tomto případě např. instruktaž obsluhy, ani další související služby a činnosti.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady včetně vad právních, které zboží má v době jeho předání kupujícímu, dále vady zjištěné v období mezi předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po jeho převzetí a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží, nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti, uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití. Záruční doba za jakost dodaného zboží, tj. funkčnost zboží jako celku na celý předmět plnění dle této smlouvy, činí **24 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba počíná běžet až dnem odstranění poslední vady, zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly, obaly zboží apod.).

- 5.2. Pro spotřební materiál a součásti zboží (přístroje), které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené. Na takové díly a spotřební materiál se délka záruční doby, uvedená v odst. 5.1. této smlouvy, nevztahuje a seznam těchto dílů a spotřebního materiálu předá prodávající kupujícímu společně s ostatní uživatelskou dokumentací dle odst. 2.2 písm. e) této smlouvy.
- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní



vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Prodávající se zejména zavazuje k tomu, že oprava bude prováděna výhradně pracovníky osoby provádějící servis, splňujícími požadavky § 46 odst. 2 zákona o ZP.

- 5.4. Požadavek na odstranění vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, a to písemně, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího [REDACTED] (dále jen „reklamace“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná; nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na přístroji nejméně podruhé, nebo vzniknou-li na jednom přístroji v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží, nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada je vada odstranitelná opravou.

- 5.5. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že reakční doba servisního technika do započítání činnosti, směřující k analýze a odstranění závady, bude maximálně **do 6 hodin v pracovních dnech** od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu.
- 5.6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně **do 48 hodin v pracovních dnech** od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to v místě instalace vadného zboží (přístroje).
- 5.7. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 24 hodin v pracovních dnech** od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu, resp. **do 96 hodin v pracovních dnech** od nástupu servisního technika na opravu, jedná-li se o opravu s potřebou obstarání náhradního dílu, postupem dle odstavce 5.4 této smlouvy.
- 5.8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu nejpozději **do 24 hodin v pracovních dnech** od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné kvalitě, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 5.9. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží (přístroj), nejpozději však **do 15 pracovních dnů** ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží (přístroj) musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky, stanovené touto smlouvou pro původně dodaný přístroj, při zachování



totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní přístroj nová záruční doba dle odstavce 5.1 této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného přístroje a dodávku náhradního přístroje, za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů, hradí prodávající.

- 5.10. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit - v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, je kupující oprávněn ověřit oprávněnost reklamace znaleckým posudkem, který si za tím účelem obstará. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.11. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.12. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.13. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bez vyzvání kupujícím:
- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky,
 - periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o ZP, v intervalech dle doporučení výrobce,
- a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál, nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.
- Prodávající bude shora uvedené činnosti provádět bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané kupní ceny.
- 5.14. Další práva kupujícího, vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.15. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku, nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.



Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží - přístroje, a to včetně případné újmy na zdraví, životě, či majetku osob.
- 6.2. Prodávající je povinen zajistit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li tato dotčena dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy, způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy, a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou svojí činností v souvislosti s dodávkou zboží kupujícímu nebo třetím osobám, s pojistnou částkou minimálně ve výši kupní ceny bez DPH, uvedené výše v této smlouvě v článku III. odst. 3.1, na jednu pojistnou událost, a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá před uzavřením smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o jejich platnosti a rozsahu.

- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci, související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci, související s realizací Projektu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu, a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.



- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách, stanovených v odstavcích 5.5 až 5.8 této smlouvy, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení po uplynutí lhůt dle odst. 5.5 až 5.8 této smlouvy, za každý jednotlivý případ prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6.6 této smlouvy.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, ukáže-li se jakékoliv jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.5. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.6. Kupující se zavazuje pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy, registr smluv

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv v registru smluv.
- 8.3. Prodávající barevně označil (jiným, nežli žlutým podbarvením) v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů, sjednaných v jiných ustanoveních této smlouvy (zejména dle odstavce 5.4. této smlouvy), a důvodů, stanovených v zákoně, pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než 15 pracovních dnů;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoliv jiné povinnosti či závazku, plynoucího z této smlouvy, delším než 5 pracovních dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě, určené kupujícím, po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího, uvedené v odstavci 6.6 této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbyde platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení, či řízení o výkon rozhodnutí, nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu;



- f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace, nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně prodávajícího zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího, nebo kupujícímu nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoliv její část, nebo bude Dotace či její část kupujícímu odebrána.
- 9.3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, přičemž kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.
- 9.4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží, poskytnuté dle této smlouvy, nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Vyšší moc

- 10.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností, daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti, způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 10.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, místní a podnikové stávky, generální stávky, stávky celého průmyslového odvětví, výpadky v dodávce energie, výpadky ve výrobě způsobené globálním nedostatkem komponentů na trhu, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany prodávajícího. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 10.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana, odvolávající se na vyšší moc, neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana, odvolávající se na vyšší moc, druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 10.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy prodávající nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na zboží nebo na vlastnictví kupujícího, způsobenou válkou, nepokojí, nebo operacemi válečného charakteru, invází, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení předmětu plnění smlouvy v České republice a které jsou mimo vliv prodávajícího a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.



- 10.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci, uvedené v tomto článku smlouvy, trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

XI.

Zvláštní ustanovení

- 11.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou, nežli písemnou, se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 11.2. Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí dokument v elektronické podobě, případně písemnost v listinné podobě, opatřená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.
- 11.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vyloučí jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 11.4. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 11.5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 11.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 11.7. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky prostřednictvím potvrzené e-mailové zprávy, datové schránky, případně osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít, nebo ji nevyzvedne ve lhůtě, stanovené zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v případě elektronické komunikace datovou schránkou, případně ve lhůtě, stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 11.8. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající



z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.

- 11.9. Tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, kdy každá elektronická kopie, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, má platnost originálu. V případě, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě, bude sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž kupující obdrží dvě (2) a prodávající jedno (1) vyhotovení.
- 11.10. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1_Technická specifikace /jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, prodávajícím, distributorem nebo jinou osobou, v českém jazyce, kterou prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/.

Příloha č. 2_Technické podmínky /dle formuláře, který tvořil přílohu č. 2a) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky/.

Příloha č. 3_Závazný vzor Předávacího protokolu, který tvořil Přílohu č. 3 této smlouvy již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Příloha č. 4_Položkový rozpočet, který vyhotovil prodávající před podpisem této smlouvy.

Příloha č. 5_Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů, který tvořil přílohu č. 5a) zadávací dokumentace veřejné zakázky a prodávající jej vyplnil a vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky.

Prodávající:

V Brně dne viz el. podpis

Date: 2023.08.04
11:00:23 +02'00'

Ing. Milan Bučko
jednatel


Kupující:


V Jičíně dne viz el. podpis

Datum: 2023.08.07
12:20:20 +02'00'


MUDr. Daniel Malý
předseda správní rady (ředitel)


CV-1500 EVIS X1






Videokolonoskop CF-HQ1100DL








Bílé světlo / RDI





Bílé světlo/ TXI




Bílé světlo/ NBI


Videokolonoskop PCF-PH190 L – pediatrický







GIF- 1TH190 videogastroskop terapeutický







OFP-2 oplachovací vodní perestaltická pumpa


Elektrochirurgická jednotka ESG-300










UCR insuflační jednotka CO₂




Monitor Olympus OEV-321UH






WM-NP3 Endoskopický vozík

EDC plus sušící a skladovací skříň





Technické podmínky

Název veřejné zakázky: **Systém videoendoskopický**

Část 1: **Videoendoskopický systém pro interní oddělení**

Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: **85**

: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky		
Videoendoskopický systém pro mezioborovou jednotku intenzivní péče v návaznosti na urgentní příjem v pavilonu interních oborů pro provádění endoskopie trávicí trubice, určený pro provádění gastroscopí a kolonoscopí.	Ano	Videoendoskopický systém pro mezioborovou jednotku intenzivní péče v návaznosti na urgentní příjem v pavilonu interních oborů pro provádění endoskopie trávicí trubice, určený pro provádění gastroscopí a kolonoscopí.
Technická specifikace - minimální technické požadavky		
1) Videoendoskopický procesor s integrovaným zdrojem světla		OLYMPUS CV-1500
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Videoendoskopický procesor s integrovaným LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v gastroenterologii, umožňující činnost flexibilních videoendoskopů s požadovanými parametry	Ano	Videoendoskopický procesor s integrovaným LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v gastroenterologii, umožňující činnost flexibilních videoendoskopů s požadovanými parametry
Zobrazovací systém pro barevný CMOS nebo barevný CCD čip, umístěný v připojeném endoskopu	Ano	Zobrazovací systém pro barevný CMOS nebo barevný CCD čip, umístěný v připojeném endoskopu
Endoskopický obraz - celoplošné zobrazení min. v kvalitě HDTV 1080 a možný elektronický zoom	Ano	Endoskopický obraz - celoplošné zobrazení v kvalitě HDTV 1080 a možný elektronický zoom
Dopočítání endoskopického obrazu do rozlišení 4K	Ano	Dopočítání endoskopického obrazu do rozlišení 4K
Integrovaný systém pro vodu a vzduch	Ano	Integrovaný systém pro vodu a vzduch
Vyvážení bílé	Ano	Vyvážení bílé
Ovládání funkce zmrazení obrazu z endoskopu, klávesnice, pedálu	Ano	Ovládání funkce zmrazení obrazu z endoskopu, klávesnice, pedálu
Uživatelské rozhraní videoprocesoru v ČJ	Ano	Uživatelské rozhraní videoprocesoru v ČJ
Individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení	Ano	Individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení
Zobrazení údajů o pacientovi a připojeném endoskopu na monitoru	Ano	Zobrazení údajů o pacientovi a připojeném endoskopu na monitoru
Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení - pro urychlení a usnadnění hemostázy a snížení stresu při endoskopickém výkonu u pacienta i lékařského personálu	Ano	Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení - pro urychlení a usnadnění hemostázy a snížení stresu při endoskopickém výkonu u pacienta i lékařského personálu
Archivace:		
- DICOM rozhraní digitálně přes Ethernet	Ano	- DICOM rozhraní digitálně přes Ethernet
- USB pro lokální uložení pořízených snímků	Ano	- USB pro lokální uložení pořízených snímků
Datová komunikace se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha a umístěným na endoskopickém pracovišti gastroenterologie zadavatele, který tvoří součást stávajícího funkčního celku, dále tvořeného dvěma videoendoskopickými systémy OLYMPUS, jednou rozšířenou sušicí skříní endoskopů OLYMPUS a třemi dezinfektory flexibilních endoskopů OLYMPUS (dodávka potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) musí být součástí dodávky)	Ano	Datová komunikace se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha a umístěným na endoskopickém pracovišti gastroenterologie zadavatele, který tvoří součást stávajícího funkčního celku, dále tvořeného dvěma videoendoskopickými systémy OLYMPUS, jednou rozšířenou sušicí skříní endoskopů OLYMPUS a třemi dezinfektory flexibilních endoskopů OLYMPUS (dodávka potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) součástí dodávky)
2) Terapeutický videokolonoskop		OLYMPUS CF-HQ1100DL
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.	Ano	Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Technické řešení selektivního osvětlení tkáně úzkopásmovým zobrazením, které bude založené na hardwarovém principu, nikoliv na softwarové úpravě obrazu tak, aby bylo docíleno reálného obrazu sliznice pro precizní zobrazení s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.	Ano	Technické řešení selektivního osvětlení tkáně úzkopásmovým zobrazením, které bude založené na hardwarovém principu, nikoliv na softwarové úpravě obrazu tak, aby bylo docíleno reálného obrazu sliznice pro precizní zobrazení s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu min. HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)	Ano	Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:		
- endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy	Ano	endoskop umožňuje vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu, umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva	Ano	endoskop s vysoce flexibilním úsekem v distální části tubusu, umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
- nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu v min. třech krocích	Ano	nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu třech krocích
- možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů	Ano	možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný, bez použití standardních krytů
- min. tři světlovodné kanály	Ano	tři světlovodné kanály
<i>Optický systém:</i>		
- zorné pole min. 170°	Ano	170°
- směr pohledu: přímý pohled	Ano	přímý pohled
- hloubka pole v rozsahu min. 2,0 - 100,0 mm	Ano	2,0 - 100,0 mm
- minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm (v Normal módu)	Ano	3,0 mm (v Normal módu)
<i>Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti v min. dvou módech:</i>		
- Normální - hloubka pole v rozsahu min. 5,0 - 100,0 mm	Ano	5,0 - 100,0 mm
- Blízký - hloubka pole v rozsahu min. 2,0 - 6,0 mm	Ano	2,0 - 6,0 mm
<i>Zaváděcí tubus:</i>		
- zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm	Ano	13,2 mm
- zevní průměr tubusu max. 12,8 mm	Ano	12,8 mm
- pracovní délka min. 1680,0 mm	Ano	1680,0 mm
- celková délka max. 2005,0 mm	Ano	2005,0 mm
- pracovní kanál - vnitřní průměr min. 3,7 mm	Ano	3,7 mm
<i>Ohybová část - rozsah angulace:</i>		
- nahoru min. 180°	Ano	180°
- dolů min. 180°	Ano	180°
- doprava min. 160°	Ano	160°
- doleva min. 160°	Ano	160°
Přídavný oplachový kanál	Ano	Přídavný oplachový kanál
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie	Ano	Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie
3) Pediatrický videokolonoskop		OLYMPUS PCF-PH190 L
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod., z toho důvodu musí být vybaven takovým souborem technologických vlastností zaváděcího tubusu, které umožní citlivé zavádění přístroje	Ano	Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod., z toho důvodu musí být vybaven takovým souborem technologických vlastností zaváděcího tubusu, které umožní citlivé zavádění přístroje
Zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit v kolon a rektu zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.	Ano	Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod., z toho důvodu musí být vybaven takovým souborem technologických vlastností zaváděcího tubusu, které umožní citlivé zavádění přístroje
Zobrazovací systém endoskopu: barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i.	Ano	Zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit v kolon a rektu zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
Technologie tubusu pro citlivé zavádění	Ano	barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i.
Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy	Ano	Technologie tubusu pro citlivé zavádění
Bending, umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva	Ano	Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
<i>Připojení k endoskopické věži:</i>		
- jednoduché připojení endoskopu k videořetězci bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu	Ano	jednoduché připojení endoskopu k videořetězci bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu
<i>Optický systém:</i>		
- zorné pole min. 140°	Ano	140°
- směr pohledu: přímý pohled	Ano	přímý pohled
- hloubka ostrosti v rozsahu min. 2 -100 mm	Ano	2 -100 mm
- minimální pozorovací vzdálenost 3 mm od distálního konce	Ano	3 mm od distálního konce
<i>Zaváděcí tubus:</i>		<i>Zaváděcí tubus:</i>
- zevní průměr distálního konce max. 9,7 mm	Ano	9,7 mm
- zevní průměr tubusu max. 9,5 mm	Ano	9,5 mm
- pracovní délka max. 1680 mm	Ano	1680 mm
- celková délka max. 2000 mm	Ano	2000 mm
- pracovní kanál: vnitřní průměr min. 3,2 mm	Ano	3,2 mm
<i>Ohybová část - rozsah angulace:</i>		

- nahoru min. 180°	Ano	180°
- dolů min. 180°	Ano	180°
- doprava min. 160°	Ano	160°
- doleva min. 160°	Ano	160°
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie	Ano	Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie
4) Terapeutický videogastroskop		OLYMPUS GIF- 1TH190
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Přístroj umožňující provedení diagnostiku a terapii v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů	Ano	Přístroj umožňující provedení diagnostiku a terapii v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů
Zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. Připojení endoskopu k videosystému pouze prostřednictvím zcela vodotěsného konektoru bez použití jakéhokoliv typu krytu nebo jiného zařízení zamezujícího vniknutí vlhkosti nebo tekutiny do přístroje přes připojovací konektor.	Ano	Zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. Připojení endoskopu k videosystému pouze prostřednictvím zcela vodotěsného konektoru bez použití jakéhokoliv typu krytu nebo jiného zařízení zamezujícího vniknutí vlhkosti nebo tekutiny do přístroje přes připojovací konektor.
Zobrazovací systém endoskopu: barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i.	Ano	barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i.
<i>Optický systém:</i>		
- zorné pole min. 140°	Ano	140°
- směr pohledu: přímý pohled	Ano	přímý pohled
- požadovaná hloubka ostroty: min. rozsah 2 - 100 mm	Ano	2 - 100 mm
- minimální pozorovací vzdálenost 3 mm od distálního konce	Ano	3 mm od distálního konce
<i>Zaváděcí tubus:</i>		
- zevní průměr distálního konce max. 10,0 mm	Ano	10,0 mm
- zevní průměr tubusu max. 11,0 mm	Ano	11,0 mm
- pracovní délka min. 1030 mm	Ano	1030 mm
- celková délka max. 1345 mm	Ano	1345 mm
- pracovní kanál - vnitřní průměr min. 3,7 mm	Ano	3,7 mm
<i>Ohybová část - rozsah angulace:</i>		
- nahoru min. 210°	Ano	210°
- dolů min. 90°	Ano	90°
- doprava min. 100°	Ano	100°
- doleva min. 100°	Ano	100°
Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy	Ano	Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie	Ano	Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie
5) Oplachová vodní peristaltická pumpa		OLYMPUS OFP 2
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Možnost připojení k pracovnímu kanálu i ke zvláštnímu oplachovému kanálu endos	Ano	
Průtok min. 230 ml/min.	Ano	Průtok 230 ml/min.
Ovládání přímo z endoskopu nebo prostřednictvím nožního pedálu	Ano	Ovládání přímo z endoskopu nebo prostřednictvím nožního pedálu
Pedálový nožní ovladač jako součást dodávky	Ano	Pedálový nožní ovladač jako součást dodávky
Možnost používání sterilizovatelných nebo jednorázových (včetně denních) hadicových setů	Ano	Možnost používání sterilizovatelných nebo jednorázových (včetně denních) hadicových setů
Min. 5ks sterilizovatelných hadicových setů, nebo min. 10ks jednorázových hadicových setů jako součást dodávky	Ano	10ks jednorázových hadicových setů jako součást dodávky
6) Elektrochirurgická jednotka		OLYMPUS ESG-300
Celkový počet: 1ks (jeden)		
VF výkon min. 120W v monopolárním i bipolárním režimu	Ano	VF výkon 120W v monopolárním i bipolárním režimu
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi	Ano	Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně	Ano	Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Monopolární a bipolární režimy pro řezání a koagulaci	Ano	Monopolární a bipolární režimy pro řezání a koagulaci
Uživatelsky programovatelné nastavení	Ano	Uživatelsky programovatelné nastavení
Displej dotykový	Ano	Displej dotykový
Ovládání pomocí bezdrátového nožního pedálu	Ano	Ovládání pomocí bezdrátového nožního pedálu
Základní frekvence 430 kHz +/- 20%	Ano	Základní frekvence 430 kHz +/- 20%
<i>Požadované základní příslušenství:</i>		
1ks dvojité nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály	Ano	1ks dvojité nožní pedál pro řez a koagulaci

Min. 1ks gumová neutrální elektroda + min. 1ks patientský kabel k neutrální elektrode	Ano	1ks gumová neutrální elektroda + 1ks patientský kabel k neutrální elektrode
Min. 50ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks patientský kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám	Ano	50ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + 1ks patientský kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám
7) Regulátor pro insuflaci CO₂		OLYMPUS UCR
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO ₂ při endoskopických výkonech	Ano	Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO ₂ při endoskopických výkonech
Zdrojový tlak nastavitelný min. ve třech krocích	Ano	Zdrojový tlak nastavitelný ve třech krocích
Zdroj CO ₂ pro medicínální použití - tlaková lahev	Ano	Zdroj CO ₂ pro medicínální použití - tlaková lahev
Min. 2ks resterilizovatelných vysokopřítokových insuflačních hadic, nebo min. 10ks denních setů vysokopřítokových insuflačních hadic jako součást dodávky	Ano	2ks resterilizovatelných vysokopřítokových insuflačních hadic,
Min. 1ks hadice pro připojení lahve s CO ₂ (DIN) jako součást dodávky	Ano	1ks hadice pro připojení lahve s CO ₂ (DIN) jako součást dodávky
8) Monitor zobrazovací		OLYMPUS OEVS321UH
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Certifikovaný medicínský monitor, kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy	Ano	Certifikovaný medicínský monitor, kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy
Úhlopříčka displeje min. 32", poměr stran 16:9	Ano	Úhlopříčka displeje 32", poměr stran 16:9
Rozlišení obrazu monitoru min. 4K UHD (3840 x 2160 px)	Ano	Rozlišení obrazu monitoru 4K UHD (3840 x 2160 px)
Umožnění duplikace 4K/HD videosignálu tak, jak je zobrazený na monitoru včetně PiP, na druhý monitor nebo záznamové zařízení	Ano	Umožnění duplikace 4K/HD videosignálu tak, jak je zobrazený na monitoru včetně PiP, na druhý monitor nebo záznamové zařízení
V případě připojení dalšího obrazového zdroje umožnění použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti	Ano	V případě připojení dalšího obrazového zdroje umožnění použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti
Kontrast min. 1000:1	Ano	Kontrast 1000:1
Svitivost min. 300 cd/m ²	Ano	Svitivost 300 cd/m ²
Zobrazovací úhel min. 178°	Ano	Zobrazovací úhel 178°
Antireflexní úprava	Ano	Antireflexní úprava
Min. 2 různé grafické vstupy, kompatibilní s nabízeným videoprocesorem	Ano	2 různé grafické vstupy, kompatibilní s nabízeným videoprocesorem. 4K:12G-SDI x2", Display Port x1, HDMI x1, 2K: 3G-SDI x1, DVI-D x 1
9) Endoskopický přístrojový vozík		OLYMPUS WM-NP3
Celkový počet: 1ks (jeden)		Celkový počet: 1ks (jeden)
Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů	Ano	Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů
Integrovaný oddělovací transformátor a přepětová ochrana zásuvek 230V	Ano	Integrovaný oddělovací transformátor a přepětová ochrana zásuvek 230V
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná	Ano	4 kolečka, z toho 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava	Ano	Antistatická povrchová úprava
<i>Integrované příslušenství:</i>		<i>Integrované příslušenství:</i>
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů	Ano	- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru	Ano	- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru	Ano	- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- držák pro min. dva flexibilní endoskopy	Ano	- držák pro min. dva flexibilní endoskopy
- držák na lahev CO ₂	Ano	- držák na lahev CO ₂
- manipulační madla	Ano	- manipulační madla
10) Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů		OLYMPUS EDC PLUS
Celkový počet: 1ks (jeden)		
Zařízení pro sušení a skladování flexibilních endoskopů po jejich dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti jejich následné redezinfekce	Ano	Zařízení pro sušení a skladování flexibilních endoskopů po jejich dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti jejich následné redezinfekce
Pevný závěsný systém pro vertikální zavěšení min. 8 ks flexibilních endoskopů	Ano	Pevný závěsný systém pro vertikální zavěšení 8 ks flexibilních endoskopů
Vnitřní sušení endoskopů prostřednictvím nepřetržitě vhněného medicínálního vzduchu z externího zdroje o tlaku v rozmezí min. 3 - 5 bar, příp. z integrovaného zdroje tlakového vzduchu medicínální kvality, do interních kanálů endoskopů	Ano	Vnitřní sušení endoskopů prostřednictvím nepřetržitě vhněného medicínálního vzduchu z externího zdroje o tlaku v rozmezí 3 - 5 bar
Vnější sušení endoskopů prostřednictvím vzduchu pokojové teploty, přiváděného integrovaným ventilátorem, bez nutnosti použití přídavného topného systému	Ano	Vnější sušení endoskopů prostřednictvím vzduchu pokojové teploty, přiváděného integrovaným ventilátorem, bez nutnosti použití přídavného topného systému
Ovládání prostřednictvím panelu s dotykovým displejem a vlastní IP adresou s možností nastavení doby sušení, s identifikací uživatele (min. 20 uživatelů), s identifikací vloženého endoskopu, se zobrazením zbývajících doby sušení a skladování pro každý endoskop samostatně, se zobrazením chybových hlášení a akustickým alarmem chybových stavů (např. otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před vysušením apod.)	Ano	Ovládání prostřednictvím panelu s dotykovým displejem a vlastní IP adresou s možností nastavení doby sušení, s identifikací uživatele (20 uživatelů), s identifikací vloženého endoskopu, se zobrazením zbývajících doby sušení a skladování pro každý endoskop samostatně, se zobrazením chybových hlášení a akustickým alarmem chybových stavů (např. otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před vysušením apod.)
Možnost skladování endoskopů po dobu min. 160 hodin	Ano	Možnost skladování endoskopů po dobu 160 hodin

Datová komunikace se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha a umístěným na endoskopickém pracovišti gastroenterologie zadavatele, který tvoří součást stávajícího funkčního celku, dále tvořeného dvěma videoendoskopickými systémy OLYMPUS, jednou rozšířenou sušicí skříní endoskopů OLYMPUS a třemi dezinfektory flexibilních endoskopů OLYMPUS (dodávka potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) musí být součástí dodávky)	Ano	Datová komunikace se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha a umístěným na endoskopickém pracovišti gastroenterologie zadavatele, který tvoří součást stávajícího funkčního celku, dále tvořeného dvěma videoendoskopickými systémy OLYMPUS, jednou rozšířenou sušicí skříní endoskopů OLYMPUS a třemi dezinfektory flexibilních endoskopů OLYMPUS (dodávka potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) musí být součástí dodávky)
Maximální vnější rozměry z důvodu prostorového umístění: V= 2500 mm, Š= 1300 mm, H= 500 mm	Ano	Š: 1280mm x H: 470mm x V: 2130 - 2180mm (výškově nastavitelné nožičky)
Plná kompatibilita s endoskopy, popsány výše, a dále se stávajícími endoskopy zadavatele: OLYMPUS GIF-Q165 OLYMPUS GIF-H185 OLYMPUS GIF-1TH190 OLYMPUS CF-Q165L OLYMPUS CF-H185L OLYMPUS CF-HQ190L OLYMPUS BF-TE2 OLYMPUS BF-1T60 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování výše popsanych endoskopů v tomto zařízení	Ano	Plná kompatibilita s endoskopy, popsány výše, a dále se stávajícími endoskopy zadavatele: OLYMPUS GIF-Q165 OLYMPUS GIF-H185 OLYMPUS GIF-1TH190 OLYMPUS CF-Q165L OLYMPUS CF-H185L OLYMPUS CF-HQ190L OLYMPUS BF-TE2 OLYMPUS BF-1T60 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování výše popsanych endoskopů v tomto zařízení
11) Příslušenství systému		11) Příslušenství systému
Elektrické napájecí a propojovací kabely, adaptéry, hadicové sety, filtry a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak	Ano	Elektrické napájecí a propojovací kabely, adaptéry, hadicové sety, filtry a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Instalační práce a služby		Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	Ano	Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační přípravu - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)	Ano	předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační přípravu - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započítáním prací v místě plnění	Ano	provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započítáním prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicínální plyny)	Ano	dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicínální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky	Ano	odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro	Ano	zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu	Ano	uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	Ano	předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	Ano	předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	Ano	poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	Ano	po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze	Ano	po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	Ano	další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu

Zvláštní požadavky		
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interní JIP, sušicí skříň v Pavilonu operačních oborů, místnost č. CH.P.43.	Ano	Zařízení včetně všeho příslušenství bude instalováno ve stávajících prostorech interní JIP, sušicí skříň v Pavilonu operačních oborů, místnost č. CH.P.43.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	Ano	Nové , nerepasované

Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:									
Zástupci kupujícího:	1. pracovník technického úseku: 2. pověřená osoba zdravotnického oddělení (<i>primář/zástupce primáře</i>):								
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav obalů zboží	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů (otestování funkčnosti)	Školení zdravotnického personálu, včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE	

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Jičíně, dne _____

zástupce prodávajícího
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.
(jméno, razítko a podpis)

Dodavatel
BERINGEI, s.r.o.
Videňská 55/47
639 00 Brno
Česká republika
IČ: 48169731 DIČ: CZ48169731



Kontaktní údaje
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
Web: beringei.cz

Způsob úhrady: **Převodem**

Příloha č. 4_Položkový rozpočet

Odběratel
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512
506 01 Jičín
Česká republika
IČ: 26001551 DIČ: CZ699004900

Bankovní účet
177481903/0300
IBAN: CZ30 0300 0000 0001 7748 1903
SWIFT: CEKOCZPP

Datum
vystavení: **18.06.2023**

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Videoendoskopický procesor s integrovaným zdrojem světla							
N6011250 CV-1500 Videocentrála vč. LED sv. zdroje	1,00			21			
N6019900 MAJ-2477 CONNECT. SET 180/260	1,00			21			
N2485700 MAJ-1430 Videokabel	1,00			21			
N3647300 MAJ-1941 kabel. sv. zdroj	1,00			21			
Terapeutický videokolonoskop							
N6019550 CF-HQ1100DL W/BS (EN) Videokolonoskop	1,00			21			
Pediatrický videokolonoskop							
N3802750 PCF-PH190L Videokolonoskop	1,00			21			
Terapeutický videogastroskop							
N4505850 GIF-1TH190 W/BS (EU) Videogastroskop	1,00			21			
Oplachová vodní peristaltická pumpa							
K10001143 OFP-2 Oplachová pumpa	1,00			21			
K10016136 MAJ-1607 Hadice pro napojení, 10x	1,00			21			
K10016135 MAJ-1608 AUX. CH. W. TUBE (x10	1,00			21			
K10016091 MAJ-1606 Adaptér pro napojení	1,00			21			
N3499350 MAJ-855 AUX.WATER TUBE/EXERA	1,00			21			
K10023086 MAJ-1651 AUX. CH. WATER TUBE S	1,00			21			
K10020736 MAJ-1652 Adaptéry pro irigační hadice	1,00			21			
Elektrochirurgická jednotka							
WA90003W ESG-300 Elektrochirurgická jednotka	1,00			21			
WA94034W Nožní pedál, bezdrátový	1,00			21			
WA94020A VF kabel EndoTherapy, monopol.	1,00			21			
WA99514C Neutrální jednorázová pacient. destička	4,00			21			

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
WA99516A Neutrální jednorázová pacient. destička	1,00			21			
WA99510A Kabel k neutrální elektrodě	1,00			21			
Regulátor pro insuflaci CO2	1,00			21			
N3493250 UCR ENDO CO2 regulační jednotka	1,00			21			
N2654560 MAJ-1741 HIGH Flow plynová hadice pro UCR	2,00			21			
N1000300 Tube, MAJ-1081, vyskotlak. hadice, DIN	1,00			21			
N1000630 Adapter, MAJ-1084, central gas	1,00			21			
Monitor zobrazovací	1,00			21			
N6018160 Monitor Olympus 32" OEV321UH	1,00			21			
Endoskopický přístrojový vozík							
K10035365 WM-NP3 Pracovní stanice EU GI	1,00			21			
K10021042 MAJ-1650 CO2 Držák 250mm	1,00			21			
K10030389 MAJ-2173 boční police	1,00			21			
K10030036 MAJ-2166 Držák steril. vody	1,00			21			
K10028141 MAJ-2160 Držák irig. hadice	1,00			21			
K10028139 MAJ-2158 Držák odpad. nádoby	1,00			21			
Sleva na výše uvedené položky	1,00			21			
Mezisoučet					4 999 000,00	1 049 790,00	6 048 790,00
Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů							
E0425640 EDC Plus model D core unit	1,00			21			
E0425652 EDC Plus adaptér, set Olympus 2	6,00			21			
E0425659 EDC Plus adaptér, set Olympus 9	2,00			21			
Sleva na susšící a skladovací skříň	1,00			21			
Mezisoučet susšící a skladovací skříň					719 000,00	150 090,00	869 990,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	5 718 000,00	1 200 780,00	6 918 780,00
CELKEM	5 718 000,00	1 200 780,00	6 918 780,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: **6 918 780,00 Kč**

Seznam jiných osob / Seznam poddodavatelů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
Název:	„Systém videoendoskopický - část 1: Videoendoskopický systém pro interní oddělení“
Nadlimitní veřejná zakázka, zadávaná formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
<u>Jiná osoba č. 1</u> , kterou ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ prokazujeme splnění určité části kvalifikace:	
Obchodní firma:	
Sídlo/místo podnikání:	
IČO:	
DIČ:	
Kontaktní osoba: (jméno, telefon a/nebo e-mail)	
Část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, jejíž splnění prokazujeme prostřednictvím jiné osoby ¹ .	

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
<u>Poddodavatel č. 1</u> , kterému hodláme zadat část plnění veřejné zakázky:	
Obchodní firma:	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu se
Sídlo/místo podnikání:	Evropská 176, 160 41, Praha 6
IČO:	27068641
DIČ:	CZ27068641
Kontaktní osoba poddodavatele: (jméno, telefon a/nebo e-mail)	

¹ Nepoužijete-li jinou osobu, tabulku proškrtněte. Použijete-li více jiných osob, tabulku nakopírujte.

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodláme poddodavateli zadat: ²	Instalace, školení personálu záruční a pozáruční servis dle požadavků zákona 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
% finanční podíl z nabídkové ceny účastníka:	20

Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že v zadávacím řízení a pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:

- a) budu využívat poddodavatele;*

² Nepoužijete-li poddodavatele, tabulku proškrtněte. Použijete-li více poddodavatelů, tabulku nakopírujte.

³ Upravte dle skutečnosti. Nehodící se, škrtněte/vypusťte.