

bude provedeno doplnění tabulkových počtů vozidlem s vysokou schopností na bezpečnost osádky a přepravovaných pacientů) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat (dále též „dodat“) kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou **12 ks sanitních vozidel značky a typu RENAULT MASTER (L2H2)/AUTOFORM AMBULANCE TYPU B** specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy včetně dodání nezbytné dokumentace k převzetí a užívání techniky a zdravotnické nástavby v českém jazyce, tj.:
 - a) Osvědčení o registraci vozidla;
 - b) návody k obsluze a údržbě vozidla včetně zdravotnické nástavby;
 - c) seznam výbavy příslušenství vozidla a zdravotnické nástavby;
 - d) seznam servisních míst včetně uvedení kontaktních údajů (adresy a tel. spojení);
 - e) záruční podmínky s veškerými ustanoveními o záručních podmínkách;
 - f) výchozí typová revize elektrického zařízení (u zdravotnické nástavby);
 - g) výchozí revize plynových zařízení dle vyhlášky č. 250/2021 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;
 - h) zápisy o provedení kontrol hasicích přístrojů;
 - i) příručky pro obsluhu radiostanice a výstražných zvukových a světelných zařízení;
 - j) návody k obsluze všech zdravotnických prostředků včetně platných prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy, veškerou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům dodat v souladu s nařízením EU 2017/745;
 - k) dokumentace provedených úprav na vozidle souvisejících se zdravotnickou zástavbou;
 - l) prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (CE štítek, Declaration of Conformity) ke každému určenému technickému zařízení;
 - m) informační štítek o splnění třídy kvality pneumatik.
2. V dokumentaci vozidla budou k zajištění minimálních opatření k ochraně zdraví při práci zapracována bezpečnostní, protiepidemická a hygienická opatření, tj. systém úklidu a dezinfekce vnitřního prostoru zdravotnické nástavby, způsob likvidace odpadu a zdravotnického odpadu dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, v platném znění a další nezbytná opatření k zabezpečení ochrany zdraví při práci (např. manipulace s břemeny dle § 28-29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění). Dokumentace vozidla musí dále obsahovat kompletní informace vyplývající z platné legislativy a zákonů v oblasti ochrany životního prostředí a stanovení konečného způsobu nakládání se zbožím po ukončení jeho doby životnosti.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy, a dále umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.
4. Prodávající dodá kupujícímu zboží nové, nepoužívané, nerenovované, funkční, homologované, splňující technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích v ČR a v zemích EU, a které bude odpovídat platným technickým normám a předpisům výrobce.
5. Vozidlo, resp. jeho nadstavbová část a přístroje, které budou součástí vozidla, musí být v souladu:
 - a) se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

- b) se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (budou-li součástí dodávky zdravotnické prostředky);
 - d) nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh u elektrických zařízení;
 - e) vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající se zavazuje provést při převímce zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, dle čl. IV. smlouvy bezplatně seznámení řidičů s obsluhou a údržbou zboží, včetně provedení zkušební jízdy s každým vozidlem minimálně v délce 10 km.
 7. Budou-li součástí plnění zdravotnické prostředky, je prodávající povinen v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokyny výrobce provést instruktáž dvou osob, a to v rozsahu, kdy tyto osoby získají pověření k provádění instruktáží dalších osob.
 8. Prodávající se zavazuje dodat zboží včetně nezbytného množství provozních hmot a kapalin potřebných pro provedení převímky dle čl. IV. této smlouvy, zkušební jízdy a seznámení s obsluhou a pro umožnění následné manipulační jízdy v délce minimálně 10 km.
 9. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis vozidla a předepsané servisní úkony dle pokynů výrobce.
 10. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, převzít a zaplatit za převzaté zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:
 - A) **Kupní cena za 1 ks sanitního vozidla (značka a typ RENAULT MASTER (L2H2)/AUTOFORM AMBULANCE TYPU B) v Kč**

Kupní cena bez DPH	3 961 400,00 Kč
DPH 21 %	831 894,00 Kč
Kupní cena s DPH	4 793 294,00 Kč
 - Kupní cena za 12 ks sanitních vozidel (značka a typ RENAULT MASTER (L2H2)/AUTOFORM AMBULANCE TYPU B) v Kč**

Kupní cena bez DPH	47 536 800,00 Kč
DPH 21 %	9 982 728,00 Kč
Kupní cena s DPH	57 519 528,00 Kč
 - B) **Kupní cena za 1 sadu kol k vozidlu (jedná se o druhou sadu kol včetně disků, sadou kol se rozumí 4 kusy) v Kč**

Kupní cena bez DPH	16 600,00 Kč
DPH 21 %	3 486,00 Kč

Kupní cena s DPH 20 086,00 Kč

Kupní cena za 12 sad kol k vozidlům (jedná se o druhou sadu kol včetně disků, sadou kol se rozumí 4 kusy) v Kč

Kupní cena bez DPH 199 200,00 Kč

DPH 21 % 41 832,00 Kč

Kupní cena s DPH 241 032,00 Kč

C) Celková kupní cena za 12 ks sanitních vozidel (značka a typ RENAULT MASTER (L2H2)/AUTOFORM AMBULANCE TYPU B), za 12 sad kol k vozidlům a za provedení instruktáže v Kč

Kupní cena bez DPH 47 736 000,00 Kč

DPH 21 % 10 024 560,00 Kč

Kupní cena s DPH 57 760 560,00 Kč

2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou nejvýše přípustnou za zboží a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, převodem vlastnického práva ke zboží a s plněním všech povinností prodávajícího dle této smlouvy (zejm. náklady na dopravu do místa plnění, náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, seznámení s obsluhou, provedení instruktáže, katalogizaci apod.).

III.

Místo a čas plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 18 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží lze dodávat i postupně (min. 5 ks vozidel v jedné dodávce), a to tak, aby poslední z celkového počtu 12 ks vozidel bylo dodáno nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění je Vojenské zařízení 5512/10 Štěpánov na adrese Nádražní 166, PSČ 783 13 Štěpánov. Zboží převezme velitel Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov tel. ■■■ ■■■ ■■■ nebo jím písemně pověřená osoba za přítomnosti zástupců Vojenského zařízení 684800 Hradec Králové (dále jen „příjemce“).
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, v místě plnění v pracovních dnech v době od 8 hodin do 15 hodin, mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je prodávající povinen vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.

IV.

Předání a převzetí zboží

1. Povinnost prodávajícího dodat zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, dle čl. I. smlouvy je považována za splněnou provedením přejímky zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy.
2. Přejímkou se rozumí odevzdání zboží, resp. jednotlivých dílčích plnění, včetně splnění všech podmínek spojených s odevzdáním zboží prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění, trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná pouze část zboží (některý kus) nebo část zboží chybí, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami či neúplné zboží přijmout, tj. je oprávněn přijmout i jen

část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící či jinak vadnou část zboží.

3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol s uvedením data přejímky (tj. pro každé dílčí plnění bude sepsán samostatný přejímací protokol). Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy. V přejímacím protokolu (ve čtyřech vyhotoveních - originál + 3 kopie) prodávající uvede jednoznačné označení zboží (minimálně VIN kód), množství dodávaného zboží a čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. Součástí přejímacího protokolu musí být potvrzení odboru správy majetku sekce majetkové Ministerstva obrany o poskytnutí SZIM (k SZIM - viz čl. IX. odst. 6. této smlouvy), tj. kopie e-mailu, který prodávající obdržel po převzetí úplných dat kupujícím. Prodávající obdrží dva výtisky tohoto přejímacího protokolu, z nichž jeden (originál) přiloží jako přílohu k faktuře - daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu obdrží příjemce. Součástí přejímacího protokolu bude záznam o předvedení a odzkoušení funkčnosti zboží, resp. prvního dílčího plnění, seznámení osob uživatele s obsluhou, údržbou a poučení o provozu a záznam o provedení instruktáže v souladu s § 41 zákona č. 375/2022 Sb. dle čl. I. odst. 7. smlouvy.

V.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného dodání každého jednotlivého dílčího plnění dle této smlouvy.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit kupujícímu do 5 pracovních dnů originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za dodané zboží, resp. za dodané dílčí plnění, na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). **Prodávající je povinen ve faktuře rozepsat fakturovanou částku zvlášť za dodaná vozidla, za dodané druhé sady kol a za provedení instruktáže.**
3. Kromě náležitostí v zákoně o dani z přidané hodnoty uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktura, případně „daňový doklad“;
 - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího;
 - c) datum uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum odevzdání a převzetí zboží);
 - d) příjemce a místo dodání zboží;
 - e) IČO a DIČ smluvních stran;
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;
 - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího;
 - h) odběratel: Ministerstvo obrany - Česká republika, Tychonova 1, 160 01 Praha 6;
 - i) konečný příjemce: Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.
4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též přejímací protokol včetně příloh potvrzený příjemcem.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na adresu: Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 nebo na e-mail: onmm@army.cz.

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu, případně informovat o neakceptaci. Proávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst. 5. této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Dnem zaplacení se ve smyslu ust. § 1957 OZ rozumí den připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena kupujícím na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Proávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží, resp. k jednotlivým dílčím plněním, přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží, resp. na jednotlivých dílčích plněních, přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Proávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

VII.

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Proávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží (vozidla jako celku), jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 24 měsíců nebo 100 000 najetých km ode dne provedení přejímky. Proávající poskytuje kupujícímu záruku na neprorezavění karoserie po dobu 72 měsíců ode dne provedení přejímky. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží (resp. jednotlivé zdravotnické či jiné zařízení), na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší - v tomto případě platí délka záruční doby stanovená výrobcem. Sjednaná záruční doba za jakost a vlastnosti zboží se nevztahuje na spotřební materiál (např. akumulátory, náplně, žárovky, skla, pryžové díly apod.), u kterého platí délka záruční doby stanovená výrobcem takového spotřebního materiálu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“, resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Proávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud během tohoto termínu nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. Osoba oprávněná

k uplatnění reklamace je statutární orgán vojenského útvaru nebo zařízení, které má vozidlo v užívání, nebo jím písemně pověřená osoba.

3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Tuto lhůtu lze výjimečně, např. v případě potřeby zajištění náhradního dílu ze zahraničí, prodloužit se souhlasem osoby oprávněné k uplatnění reklamace. Bude-li to možné, proběhne odstranění reklamovaných vad zboží v místě jeho dislokace uvedeném v reklamaci (asistenční služby), jinak proběhne odstranění reklamovaných vad ve sjednaném servisním zařízení prodávajícího, přičemž doprava zboží do tohoto zařízení (odtah) i následná doprava zboží zpět do místa dislokace bude provedena na náklady prodávajícího, které je prodávající povinen kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení a zpět do místa dislokace vznikly kupujícímu a jednalo se o záruční vadu.
4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě dle čl. III. odst. 1. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny každého neodevzdaného (resp. opožděně odevzdaného) vozidla včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru), a to za každý i započatý den prodlení. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednanou lhůtou plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové kupní ceny každého neodevzdaného vozidla včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru). Celkovou kupní cenou se pro účely tohoto ustanovení rozumí kupní cena vozidla včetně kupní ceny za druhou sadu kol k tomuto vozidlu (bez kupní ceny za provedení instruktáže).
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy nebo v případě prodlení s uhrazením faktury ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 2., odst. 3. nebo odst. 11. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
4. V případě porušení povinnosti prodávajícího spočívající ve včasném předložení veškerých technických údajů specifikovaných v čl. IX. odst. 9. smlouvy nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
5. V případě porušení informační povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 13. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti prodávajícím a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

IX. Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Smluvní strany jsou si povinny navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny, týkající se např. identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich právního nástupnictví apod.
5. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
6. Prodávající bere na vědomí, že položky majetku uvedené v čl. I. odst. 1. smlouvy budou předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se prodávající zavazuje, že na tyto položky majetku, poskytne kupujícímu nejpozději 20 dnů před prvním dílčím převzetím zboží „Soubor základních informací o majetku“ (jinde jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese www.army.cz => Ministerstvo obrany => Finance a zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností prodávajícího podle této smlouvy a je zahrnuto v kupní ceně dle čl. II. této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Kupující si vyhrazuje právo nejpozději 15 dnů před plánovaným termínem plnění provést za přítomnosti prodávajícího kontrolu vozidla z hlediska splnění všech požadavků dle této

smlouvy, a to za účelem včasného zjištění případných nedostatků tak, aby měl prodávající čas odstranit je do plánovaného termínu plnění (přejímky). Osobou oprávněnou ke kontrole za kupujícího je příjemce dle čl. III. odst. 2. smlouvy. Konkrétní termín kontroly jsou strany povinny telefonicky nebo písemně dohodnout nejpozději 3 pracovní dny před jejím uskutečněním. Kontrola bude provedena na území České republiky, konkrétní místo si strany dohodnou současně s termínem kontroly. O průběhu kontroly a jejích výsledcích bude sepsán písemný záznam, který podepíší všichni přítomní zástupci obou smluvních stran. Po dohodě obou smluvních stran lze termín kontroly z objektivních důvodů upravit. Náklady na kontrolu, které každé straně vzniknou, si hradí každá strana samostatně.

9. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději při kontrole dle odst. 8. tohoto článku veškeré technické údaje nutné k vyplnění formulářů nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR. Konkrétně se jedná o následující údaje:
 - a) VIN vozidla;
 - b) COC list;
 - c) osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz) - originál; nebyl-li TP vydán, stačí dodat COC list;
 - d) ověřenou kopii o povolené schválené technické způsobilosti vozidla, tzn. čj. z Ministerstva dopravy;
 - e) seznam palubní literatury (návod k obsluze vozidla, servisní plán a seznam autorizovaných servisů, kontaktní místa servisů, záruční podmínky atd.). Předání těchto údajů a dokumentů bude též uvedeno v písemném záznamu z provedené kontroly;
 - f) záruční podmínky na vozidlo a na zabudovanou vestavbu.
10. V případě, že kupující nevyužije práva kontroly dle odst. 8. tohoto článku, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu veškeré technické údaje uvedené v předchozím odstavci tohoto článku nejpozději 15 dnů před plánovaným termínem plnění (tj. před provedením přejímky zboží, resp. dílčích plnění). V případě nesplnitelnosti tohoto požadavku z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy či z jiných objektivních důvodů, lze termín předložení předmětných údajů dohodou obou smluvních stran upravit.
11. V případě využití jednoho či více poddodavatelů při plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, resp. jeho části, nesmí prodávající v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. VIII. smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí prodávajícímu za neplnění povinností dle této smlouvy.
12. Prodávající je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.
13. Pokud kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy nastane jakákoliv skutečnost mající vliv na relevantnost údajů uvedených prodávajícím v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je přílohou č. 2 této smlouvy (tj. týkající se jak samotného prodávajícího tak případně jeho poddodavatele či kteréhokoliv z poddodavatelů), je prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů, od kdy mohla a měla být taková skutečnost prodávajícímu známa, o této skutečnosti informovat písemně kupujícího. Pokud se mezinárodní sankce podle přílohy č. 2 této smlouvy vztahují na poddodavatele prodávajícího, kupující má právo požadovat jeho nahrazení a k tomu prodávajícímu stanoví přiměřenou lhůtu.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace zboží - počet stran: 11
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím - počet stran: 1

Za kupujícího
Ing. Michal Pelc
ředitel
podepsáno elektronicky

Za prodávajícího
Mgr. Michal Baroš, MBA
jednatel
podepsáno elektronicky

MICHAL BAROŠ  Digitálně podepsal MICHAL BAROŠ
Datum: 2023.08.31 13:53:27
+02'00'

RENAULT MASTER (L2H2)/AUTOFORM AMBULANCE TYPU B		
1		sanitní silniční vozidlo typu B - ambulance pro převoz a základní péči (12 ks)
2	Automobil	Požaduje se silniční motorové vozidlo schválené ministerstvem dopravy v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, kategorie M1.
3		Jedná se o sanitní silniční vozidla, určená pro přepravu pacientů s poskytováním lékařské a nelékařské péče. Sanitní vozidla odpovídající svým základním vybavením požadavkům na dopravní prostředek dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky ve znění pozdějších předpisů. Sanitní ambulanci typ B, splňující požadavky na jeho vybavení podle technické normy ČSN EN 1789 v platném znění, zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení -Silniční ambulance.
4	Základní požadavky na vozidlo	vozidlo s největší povolenou hmotností do 4 500 kg (největší povolená hmotnost silniční ambulance, včetně hmotnostní rezervy pro daný typ ambulance) (typ B s hmotnostní rezervou minimálně 225 kg), dle technické normy ČSN EN 1789 v platném znění, (2+2+1 ležící přepravovaná osoba)
5		dlouhým rozvor - min. 3 300 mm
6		výška 2 150 - 2 950 mm včetně veškeré výbavy (jako jsou například výstražná zařízení, majáky, střešní okna a ventilátory)
7		kabina vozidla - řidiče oddělena od nástavby pevnou dělicí přepážkou, částečně prosklenou s posuvným oknem
8		minimální vnitřní rozměry sanitní nástavby a provedení celkové výbavy vozidla splňující požadavky dle technické normy ČSN EN 1789 v platném znění pro sanitní vozidla typu B - s min. délkou ambulantního prostoru 2 800 mm, o objemu min. 9 m ³
9	Pohonná jednotka vozidla - motor	vznětový přeplňovaný s přímým vstřikem paliva
10		výkon 121 kW
11		zvýšená kapacita alternátoru, minimální kapacita/energie odpovídající požadavkům na provoz všech elektrických zařízení, které jsou ve vozidle - provoz zdravotnické techniky (elektrická zařízení)
12		nabíječ vozidlové baterie funkční při zapojení vozidla na externí síť 230V
13	Převodové ústrojí vozidla	šestistupňová převodovka
14	Podvozek vozidla	min. světlá výška 180 mm
15		elektronická stabilizace podvozku
16		zesílené pérování
17		tlumiče a stabilizátory vpředu a vzadu,
18		kotoučové brzdy na všech kolech
19		systém ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění, ESC, asistent rozjezdu do kopce, systém kontroly trakce Extended Grip, asistent porývů bočního větru
20		protiprokluzový systém bránící protáčení kol např. při rozjezdu či zrychlení (možnost deaktivace)
21		lapače nečistot
22		spodní kryt motoru, převodovky a diferenciálu
23	Pneumatiky vozidla	na vozidle pneumatiky letní nebo zimní, dle období dodávky, na standardních discích pro daný typ vozu (v případě dodání po 15. říjnu dodat vozidlo na zimních pneumatikách)
24		v případě dodání na ocelových discích požadujeme ochranné kryty kol
25		plnohodnotné rezervní kolo
26		druhá sada kol včetně disků (sadou kol se rozumí 4 kola) - v případě dodání vozidla na letních pneumatikách bude druhá sada kol na zimních pneumatikách a v případě dodání vozidla na zimních pneumatikách bude druhá sada kol na letních pneumatikách;
27		Pneumatiky letní i zimní třídy kvality pro brzdovou dráhu a spotřebu A, B nebo C.

		Splnění třídy kvality dodavatel doloží informačním štítkem pneumatiky u přejímky vozidel.	
28	Elektro - vybavení vozidla	elektrické instalace MN a NN musí být v souladu s technickými normami ČSN EN 1789 v platném znění	
29		druhá bezúdržbová baterie s dělicím relé (1x startovací akumulátor min. 80 Ah a 1x přídavný akumulátor pro napájení ICT a přístrojů ambulantního prostoru)	
30		baterie umístěny tak, aby umožňovaly údržbu bez vyjímání baterií z jejich zajišťovacího zařízení	
31		charakteristiky startovacích a přídavných baterií musí odpovídat hodnotám dle ČSN EN 1789 v platném znění	
32		elektrický okruh 12 V	
33		nabíječ akumulátorů 230/12 V s elektronickou regulací, min. nabíjecí proud 10 A pro každý akumulátor	
34		vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu	
35		rozvod 230 V, 3x zásuvka (dvojité) napájená z venkovního rozvodu + 1x zásuvka (dvojité) barevně odlišná 230 V napájená z měniče 12/230 V, nebo všechny zásuvky 230 V napájeny z měniče s možností automatického přepnutí	
36		měníč napětí s ovládním a signalizací umístěným v kabině řidiče	
37		4x zásuvka, samostatně jištěné, k odběru elektrické energie s napětím 12 V v ambulantním prostoru pro připojení zdravotnických přístrojů	
38		venkovní nerezová vidlice (přívodka) pro přívod 230 V, IP 55, 16 A s blokováním startu při připojení na vnější elektrickou síť nebo s obdobným systémem, který provede automatické odpojení elektrického zdroje od vozidla	
39		elektrický rozvod 230 V s proudovým chráničem typu A (nebo B) v závislosti na možném poruchovém proudu	
40		přívodní kabel 15 m do venkovního prostředí s krytím min. IP 55, 16 A, 230 V	
41		požadujeme redukci: zásuvka 230 V, IP 55, 16 A - průmyslová vidlice 230 V, IP 55, 16 A,	
42		uzemňovací svorka s průměrem minimálně M8, opatřená pružnou nebo vějířovitou podložkou s šestihrannou maticí, dvě zemnicí tyče o délce 1 m, uzemňovací vodič o průměru min. 6 mm ² s měděnými slánými jádry	
43		Kabina řidiče - základní popis a výbava	počet míst v kabině řidiče 1 + 1
44			tříbodové bezpečnostní pásy
45			airbag pro řidiče a spolujezdce
46			nastavitelný volant
47			stavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, stavitelné opěrky, snadno omyvatelné potahy
48			originální automatická klimatizace Renault Master v kabině řidiče a automatická klimatizace v sanitním prostoru
49	otáčkoměr		
50	multifunkční ukazatel - infotainment, palubní počítač včetně rádia		
51	vnitřní stropní osvětlení se stmívačem		
52	variabilní lampička před spolujezdcem (např. pro čtení map)		
53	přenosná svítidla, která slouží k osvětlení bezprostředního okolí vozidla při zásahu v terénu, umístěná do držáku, včetně modulu automatického dobíjení		
54	nastavitelná vnější zrcátka a elektrické stahování předních oken u řidiče a spolujezdce		
55	centrální zamykání dveří včetně dveří ambulantního prostoru s dálkovým ovládním		
56	el. komunikační zařízení včetně signalizace mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem		
57	signalizace couvání - senzory + parkovací kamera (vpředu i vzadu), zobrazení v kabině řidiče		
58	signalizace otevřených zadních i bočních dveří		
59	elektronická ochrana palubní sítě - oddělení elektronických prvků vozidla od ostatních spotřebičů		
60	interiér kabiny snadno omyvatelný a dezinfikovatelný, odolný proti dezinfekčním prostředkům		
61	tónovaná skla dle vyhlášky č. 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění		
62	v prostoru kabiny přihrádka na dokumentaci a osobní věci osádky (z toho minimálně jedna uzamykatelná)		

63		pevná dělicí přepážka s posuvným oknem mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem
64		ovládání výstražného a zvukového zařízení instalovaného v konzole (tak, aby bylo snadno dosažitelné a neomezovalo výhled z vozidla pro řidiče)
65		ovládací panel radiostanice TETRAPOL (Jedná se o jediné technické zařízení a to z důvodu, že je jediným schváleným a zavedeným prostředkem pro působení v radiokomunikační síti PEGAS pro Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra CR, Policii ČR a ostatní členy integrovaného záchranného systému IZS)
66		hasicí přístroj přenosný (dále jen PHP) práškový s množstvím hasiva min. 2 kg a hasicí schopností nejméně 13A, 89B, C - 1 kus. Jeho provedení a umístění musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vyhlášky č. 100/2018 Sb. o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel a požadavkům technických norem řady ČSN EN 3. Parametry PHP musí být zaznamenány v průvodní a provozní dokumentaci vozidla a musí být zabezpečen jejich servis v ČR
67	Ostatní a povinná výbava	povinná výbava vozidla dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
68		2x nůž na pásy (kabina a ambulantní prostor), 2x vybiječ oken (kabina a ambulantní prostor), výstražný trojúhelník, lékárnička, 5x reflexní vesta, základní náradí, zvedák, klíč na kola, sada žárovek a pojistek, tažné lano min. 3 500 kg, zajišťovací klín pro bezpečné odstavení vozidla ve svahu
69	Ambulantní prostor vozidla - základní popis, požadavky a výbava	nástavba skříňového typu s uzavřenou skříňovou karosérií, s minimálně jedním pevným bočním a zadním oknem (ve dveřích) s integrovanými nástupními schody. Zadní integrovaný schod, který nebude omezovat obslužnost nosítek s výsuvem podvozku. Konstrukčně samostatný, nebo jako součást nástupní hrany nárazníku.
70		vztužená karoserie pro uchycení držáků a přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby
71		integrované nástupní schody v protiskluzové úpravě u dveří
72		pravé boční dveře posuvné
73		dveře vzadu dvoukřídlé s možností aretace
74		střešní prostor nad kabinou řidiče (uzavíratelný pevnou popř. síťovanou přepážkou)
75		lehce přístupné úložné prostory pro uložení veškeré vezené zdravotnické výbavy, zdravotnického materiálu a tlakových lahví
76		minimální výška, rozměry prostoru pro pacienty a otvorů v souladu s technickou normou ČSN EN 1789 v platném znění pro typ ambulance B
77		vozidlo jako celek, veškerá sedadla, kotvící prvky, nosítka a stůl nosítek sanitní zástavby musí splňovat podmínky ČSN EN 1789 v platném znění
78		hmotnost ambulantní nástavby sanitního automobilu musí umožnit, aby automobil byl vybaven a zastavěn potřebnou zdravotnickou výbavou, včetně hmotnostní rezervy, tak aby nebylo překročeno přípustné zatížení kol
79		korozivzdorná sanitní nástavba, která má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a velmi dobře izoluje proti pronikajícímu hluku
80		zadní a boční okna ambulantního prostoru v provedení - tónovaná skla nebo polepena tónovací fólií s prostupností 5%
81		bezpečné umístění a ukotvení všech požadovaných prvků zástavby a zdravotnické techniky
82		musí umožňovat vybavení a zastavění potřebnou zdravotnickou výbavou v rozsahu předepsaném vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb., a technickou normou ČSN EN 1789 v platném znění. A další výbavu požadovanou v této specifikaci
83		veškeré kotvení přístrojů musí být provedeno pomocí nerezových profilů - originálních homologovaných nerezových držáků dodávaných přímo výrobcem vlastního přístroje případně nerezových držáků vyrobených dodavatelem automobilu zdravotního a zhomologovaných v rámci homologace celku.
84		obložení ambulantního prostoru (stěn, stropu) řešit netříštivým omyvatelným a nehořlavým materiálem s minimem konstrukčních spár (např. v provedení formovaných laminátových dílů)
85		snadno dezinfikovatelným, odolným proti desinfekčním prostředkům a pevnou vodotěsnou podlahou s protiskluzovou krytinou
86		sedadla čalouněna prodyšným, ale zároveň dezinfikovatelným a omyvatelným materiálem

87	koncepce ambulantního prostoru sanitního automobilu musí být řešena tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný nástup a výstup z vozidla
88	olištování vstupů - nerezavějící zakončovací lišty a profily, spoje a okraje zatmelit proti zatečení
89	celá nástavba sanitního automobilu musí být klimatizována samostatným výměníkem ovládaným pomocí prostorového termostatu (ovládání i v ambulantním prostoru)
90	zabudovaná základní technologie klimatizace a topení musí do obou částí vozidla (kabina vozidla - řidiče, zdravotnická nástavba vozidla) zajistit požadovanou výměnu vzduchu (větrání) včetně stanovených mikroklimatických parametrů podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
91	výměnu vzduchu dále zabezpečit dvoucestným ventilátorem
92	vytápění řešit pomocí nezávislého teplo vzdušného topení s výkonem, dle ČSN EN 1789 v platném znění, který zajistí teplotu v prostoru pro pacienta v extrémně chladných klimatických zónách minimálně 22°C
93	speciální elektrický přímotop s termostatem na 230 V/50 Hz včetně úchyty, který v době parkování umožní vytápění automobilu
94	připojení zevního zdroje elektrického proudu o napětí 230 V/50 Hz řešit blokací startu vozidla nebo obdobným systémem, který provede automatické odpojení elektrického zdroje od vozidla
95	stůl nosítek s nerezovým pojezdem a zádržným univerzálním systémem pro ukotvení soupravy nosítek a nerezovou pojezdovou částí, úhel nájezdové plošiny dle ČSN EN 1789 v platném znění
96	plně polohovatelná nosítka s odnímatelným podvozkiem, minimální nosnost 250 kg, homologace dle ČSN EN v platném znění, možnost polohování pacienta, změny výšky podvozku a bočního pojezdu, profilová matrace s integrovaným systémem pro dospělé, s klínem pod hlavu a bezpečnostními pásy
97	jedno sklopné sedadlo lékaře/zdravotníka (1 kus) s integrovaným třibodovým pásem za dělicí přepážkou umístěné zády ke směru jízdy před lůžkem
98	na pracovním místě/sklopné sedačce sedícího lékaře/zdravotníka musí být zajištěny ergonomické požadavky na velikost volného pohybového prostoru pro dolní končetiny podle § 49 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (nejmenší hloubka 500 mm), a minimální volná vzdálenost od opěradla ve výšce roviny sedáku (tj. prostor pro kolena) 640 mm
99	jedno sklopné a otočné sedadlo (1 kus) na pravé straně vedle nosítek s integrovaným třibodovým pásem (případně s možností deaktivace signalizace řidiči, pokud není zapnutý bezpečnostní pás u obsazeného sedadla - nejedná se o závaznou podmínku), s polohovatelnou loketní a zádivou opěrkou
100	všechna sedadla musí být vybavena oporou hlavy
101	pro snadnější pohyb po ambulantní části budou ve stropě umístěna pevná madla (madlo) s dobrými úchopovými možnostmi
102	madla pro snadný nástup, na straně bočních dveří a na mezistěně
103	zvukové signalizační zařízení mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče ovládané z prostoru pro pacienty umístěné v dosahu sedících osob (lékaře/zdravotníka event. pacienta)
104	levá strana bude vyztužena pro montáž držáků k uchycení zdravotnických prostředků
105	centrální rozvod kyslíku s centrálním panelem kyslíkové instalace se čtyřmi odběrovými body
106	2 kusy kyslíkové láhve objem 10 l včetně úchyty nebo s možností uložení v samostatných skřínkách + 2x redukční ventil kombinovaný s průtokoměrem (o rozsahu min. 0 až 15 l/min) a rychlospojkou
107	2 kusy kyslíková láhev objem 2 l včetně úchyty nebo s možností uložení v samostatné skříně + 2 x redukční ventil kombinovaný s průtokoměrem (o rozsahu min. 0 až 15 l/min) a rychlospojkou
108	přístup k ovládání redukčních ventilů z ambulantního prostoru
109	aktivní chladič box včetně úchyty, (lednička) 12 V/230 V na léčiva a léčivé roztoky
110	zapuštěné osvětlení, bodové s polohovatelným osvětlením pracovní plochy transportního lůžka, pomocné osvětlení ambulantního prostoru minimálně jedním diodovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích, světelnou signalizací otevření dveří ambulantního prostoru
111	v dosahu osoby na otočném sedadle vhodně umístit speciální nůž na přeříznutí

		bezpečnostních pásů + svítilnu s nabíjením, s LED technologií s několika režimy svítivosti
112		na vhodném místě úložné prostory - skříňky, police, popruhy, suchých zipů a rychloupínacích popruhů pro uložení vezeného zdravotnického materiálu, zdr. batohu, vakuových matrací a dlah
113		podstropní skříňky (průhledné uzavíratelné přihrádky) na zdravotnický materiál
114		zásuvkové úložní prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze
115		pracovní odkládací deska s omyvatelným povrchem, v dosahu úložný prostor na drobný zdravotnický materiál (nejlépe nad pracovní deskou udělat drobné uzavíratelné přihrádky na materiál typu jehly, injekční stříkačky velikosti do 20 ml, periferní žilní katetry, drobné obvazy, náplasti atd.)
116		uzamykatelná schránka na léčiva s obsahem psychotropních a omamných látek
117		kanystr na pitnou vodu (min. 10 litrů) včetně úchytu, s viditelně označeným nápisem
118		odpadkový koš včetně úchytu, s možností umístění igelitového pytle
119		prostor, police se záchytným systémem pro uložení batohu (pro batohy o rozměrech minimálně 55x45x35 cm)
120		prostor pro uložení fixačních pomůcek, vakuových dlah (sady), vyprošťovacího korzetu, krčních límců atd.
121		1 kus přenosného hasicího přístroje (PHP) s čistým hasivem např. FE-36 nebo jeho ekvivalent s množstvím náplně nejméně 4 kg a hasicím účinkem nejméně 55 B. Jeho provedení a umístění musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, vyhlášky č. 100/2018 Sb. o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel a požadavkům technických norem řady ČSN EN 3. Parametry PHP musí být zaznamenány v průvodní a provozní dokumentaci vozidla a musí být zabezpečen jejich servis v ČR.
122		1x univerzální držák na kontejner pro bioodpad, včetně kontejneru (v dosahu prostoru pracovní desky)
123		1x univerzální držák na desinfekci (v dosahu prostoru pracovní desky)
124		1x univerzální držák na krabici s rukavicemi (v dosahu prostoru pracovní desky)
125		1x držák na defibrilátor dle dodaného defibrilátoru, který umožní rychlé a bezpečné vyjmutí/zasunutí přístroje (rychloupnutí)
126		1x držák na transportní ventilátor dle dodaného typu + závěsný držák s úchytem na kyslíkovou lahev 2 l (přenosný systém)
127		1x držák na přenosnou bateriovou odsávačku dle dodaného typu, který umožní rychlé a bezpečné vyjmutí/zasunutí přístroje (rychloupnutí)
128		1x držák na lineární dávkovač dle dodaného typu
129		2x integrovaný držák infuzních lahví na dvě infuze s objemem 500 ml - umístěn na stropu prostoru ambulance
130		1x držák k uchycení transportního prostředku typu scoop
131		Technické řešení a rozložení ambulantního prostoru bude předmětem kontroly a odsouhlasení navrženého provedení u zhotovitele pověřenými zástupci uživatele v rámci požadovaného kontrolního dne
132	Ambulantní prostor vozidla - výbava zdravotnickými prostředky a zdravotnickým materiálem	Ambulantní část automobilu musí být vybavena zdravotnickými přístroji a zdravotnickým materiálem dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a technické normy ČSN EN 1789 v platném znění. Zdravotnické prostředky musí být dodány v souladu s ustanovením zákona č. 375/2022 Sb. v platném znění
133		Při přenášení materiálu a obalů s materiálem nesmí být překročen přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem (při občasném zvedání či přenášení) 50 kg a pro ženu 20 kg (§ 28-29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ručně manipulovaný materiál a obaly o hmotnosti vyšší než 20 kg musí být označeny hmotností a opatřeny vhodnými úchyty tak, aby uvedený limit nebyl překročen
134	1 kus - Defibrilátor s monitorem (ZOLL Propaq MD)	Umístěný v nástěnném držáku a určený k poskytování první pomoci při fibrilacích srdečních komor při kardiopulmonální resuscitaci a ke komplexnímu monitoringu pacienta, splňující níže uvedené takticko-technické požadavky
135	<i>Technické parametry přístroje</i>	max. rozměry defibrilátoru 280 x 270 x 220 mm; hmotnost defibrilátoru do 6 kg
136		provoz přístroje na baterie nebo z elektrické sítě, vstupní napětí 230 V, 50 Hz a 12 V (zásuvka autozapalovače)
137		odolnost proti nárazům, odolnost proti pevným částicím a vodě min. IP 55
138		robustní a odolná konstrukce určená pro použití v polních podmínkách a splňující normu

		min. MIL-STD 810G pro pád a vibrace
139		pro pozemní i letecký transport, použití v leteckých prostředcích; při leteckém transportu pacienta může být defibrilátor volně položen na lůžku či v jeho blízkosti, může být uchycen za pomoci konzole ke konstrukci nosítek nebo může být umístěn v modulu PTU, pevné spojení s leteckým prostředkem se nevyžaduje
140	<i>Displej</i>	barevný LCD displej; rozlišení min. 640 x 480 px; úhlopříčka min. 145 mm
141		displej čitelný i za zhoršených světlených podmínek a za tmy
142		speciální režim kompatibilní s prostředky pro noční vidění umožňující používání přístroje s prostředky pro noční vidění
143	<i>Akumulátor a nabíječka</i>	vstupní napětí nabíječky akumulátorů 230 V, 50 Hz
144		akumulátor je dobíjecí
145		při novém a plně nabitým akumulátoru je při pokojové teplotě výdrž min. 5 hod monitorace všech parametrů, nebo min. 100 výbojů o maximální energii
146		akumulátor s indikací stavu nabití
147	<i>Defibrilace</i>	bifázická křivka defibrilace s možností nastavení energie výboje
148		maximální energie výboje min. 200 J; min. 20 manuálně nastavitelných hodnot energie výboje
149		manuální režim a režim AED
150		režim AED - resuscitace přes nalepovací defibrilační elektrody navádějící zachránce v reálném čase (nalepovací defibrilační elektrody pro dospělé i děti)
151		režimy pro dospělé a pro děti
152		defibrilace s využitím samolepících elektrod
153		možnost synchronizované kardiverze
154		externí kardiostimulace s využitím samolepících elektrod
155	<i>Kardiostimulace</i>	režim: na vyžádání (demand), pevný
156		nastavitelná frekvence stimulace v min. rozsahu 45 - 180 tepů za minutu
157		nastavitelný proud impulsu v min. rozsahu 0 - 140 mA
158	<i>Monitorace</i>	minimální požadavky na režimy monitorace: dospělí, děti
159		EKG; min. 3 a 12 svodové EKG s interpretací
160		srdeční frekvence v min. rozsahu 30 - 300 tepů za minutu
161		saturace SpO ₂ , SpCO, SpMet
162		kapnometrie EtCO ₂
163		tepová frekvence měřená ze saturace v min. rozsahu 25 - 235 tepů za minutu
164		neinvasivní měření krevního tlaku NIBP; rozsah měření systolického krevního tlaku v min. rozsahu 40 - 250 mmHg, diastolického krevního tlaku v min. rozsahu 20 - 220 mmHg, středního arteriálního tlaku v min. rozsahu 30 - 210 mmHg
165		invasivní měření tlaku; min. 2 kanály pro měření; min. rozsah měření -30 až 300 mmHg
166		měření tělesné teploty; min. 2 kanály pro měření; min. rozsah měření 20 - 45 °C; stupnice v °C; možnost zobrazení obou měřených kanálů včetně jejich rozdílu
167		<i>Tiskárna</i>
168	opoždění záznamu max. 8 s	
169	šířka papíru max. 110 mm	
170	rychlost tisku v min. rozsahu 25 mm/s a 50 mm/s	
171	<i>Minimální požadavky na příslušenství k přístroji</i>	EKG kabely, 1 kus pro měření 3/5 svodového EKG a 1 kus pro měření 12 svodového EKG (je možná i vzájemná kombinace pro měření 12 svodového EKG)
172		NIBP manžeta, 4 kusy (čtyři různé velikosti, z toho 1 ks dětská velikost a 1 ks stehenní manžety); propojovací hadice NIBP, 1 kus
173		čidlo pro pulzní oxymetrii, SpCO, SpMet, 2 kus (z toho 1 ks dětské)
174		hadičky EtCO ₂ , 25 kusů, za předpokladu, že se jedná o spotřební materiál (technologie měření např. microstream), v jiném případě stačí 1 kus měřicího čidla
175		sada kabeláže pro opakované měření oxymetrie, SpCO, SpMet, 2 sady
176		defibrilační samolepící elektrody se senzorem masáže pro dospělé, 12 kus
177		multifunkční elektrody pro dospělé, 3 kusy
178		multifunkční elektrody pro děti, 3 kusy
179		teplotní čidla, 1 kus opakovaně použitelnou kožní sondu a 1 kus opakovaně použitelné jícnové/rektální sondy pro dospělé
180		záznamový papír, min. 20 kusů
181		akumulátor kus/sada pro napájení přístroje a kus/sada jako záložní pro možnost

		výměny	
182		nabíječka akumulátorů se systémem kalibrace, 1 kus	
183		brašna na přístroj a příslušenství, 1 kus	
184		napájecí adaptér, 2 kusy (1 ks 230 V, 1 ks 12 V)	
185		tréninkové elektrody se senzorem masáže, 1 sada	
186		konzole na nosítka (standard NATO) pro uchycení defibrilátoru, možnost uchycení i dalšího přístrojového vybavení na konzoli (monitor, ventilátor), 1 kus	
187		držák k uchycení do zástavby sanitního vozu, 1 kus	
188		další součásti nezbytné k tomu, aby byl přístroj připraven k okamžitému použití v plném rozsahu bez nutnosti dokupovat další součásti; dodání včetně spotřebního materiálu pro zajištění péče o min. 2 dospělé pacienty, není-li požadováno jiné množství	
189	1 kus - Odsávačka bateriová s příslušenstvím (LAERDAL LSU)	kompaktní provedení s chráněnou sběrnou nádobou	
190		vestavěný regulátor podtlaku se světelnou indikací reálného podtlaku	
191		udržování nastavené hodnoty podtlaku	
192		přímé napájení a nabíjení 12 - 24 V/230 V	
193		autotest funkce	
194		ochrana proti přetečení	
195		odsávací hadice	
196		nárazuvzdorné provedení	
197		odolnost vůči dešti	
198		držák odsávačky do sanity	
199		12 V nabíjecí kabel do sanity	
200	1 kus - Ventilátor plicní transportní (ZOLL EMV + 731 serie)	Umístěný v nástěnném držáku a určený k řízené ventilaci při transportu pacientů a při péči o pacienty vyžadujících podpurnou kyslíkovou terapii i při nedostupnosti zdroje vysokotlakého kyslíku, splňující níže uvedené takticko-technické požadavky.	
201	<i>Technické parametry přístroje</i>	max. rozměry přístroje 320 x 210 x 130 mm	
202		hmotnost přístroje včetně akumulátoru max. 5 kg	
203		napájení 230 V, 50 Hz a 12 V (zásuvka autozapalovače)	
204		provoz na interní baterii min. 8 hodin, doba nabíjení max. 2,5 hod. (na 90 % kapacity)	
205		robustní a odolná konstrukce určená pro použití v polních podmínkách splňující odolnostní normu min. MIL-STD 810G	
206		stupeň krytí min. IP 54	
207		LCD displej	
208		možnost napojení na kyslíkový generátor (koncentrátor) nebo jiný zdroj nízkotlakého kyslíku; možnost napojení na zdroj vysokotlakého kyslíku, napřímo nebo pomocí inhalačního výstupu z redukčního ventilu	
209		možnost provozu na vzduch z okolního prostředí	
210		pro pozemní i letecký transport; použití v leteckých prostředcích během všech fází letu, letecké prostředky vrtulníkové i letadlové; při leteckém transportu pacienta může být transportní ventilátor volně položen na lůžku či v jeho blízkosti, může být uchycen za pomoci konzole ke konstrukci nosítek nebo může být umístěn v modulu PTU, pevné spojení s leteckým prostředkem se nevyžaduje	
211		dechový objem pro objemově řízenou ventilaci v min. rozsahu 50 - 2 000 ml	
212		inspirační čas T_{insp} v min. rozsahu 0,5 - 4 s	
213		PEEP v min. rozsahu 0 - 20 cm H ₂ O	
214		minutový objem v min. rozsahu 1,5 - 20 l/min	
215		koncentrace kyslíku v min. rozsahu 21 - 100 %, minimální požadavky na ventilační režimy: IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation), S-IPPV (Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation), SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation), CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) s tlakovou podporou, PRVC (Pressure-Regulated Volume-Controlled Ventilation) s tlakovou podporou, Manual Breath,	
216			
217		dechová škála v min. rozsahu 5 - 40 dechů za minutu	
218	min. požadavky na monitoring dechových křivek: tlak v dýchacím okruhu		
219	min. požadavky na monitoring hodnot: dechová frekvence, dechový objem, tlakové hodnoty, koncentrace O ₂		
220	<i>Minimální požadavky na příslušenství k přístroji</i>	konzole k zavěšení na nosítka/lůžko 1 kus,	
221		držák k uchycení do zástavby sanitního vozu, 1 kus	

222		ventilační okruhy, min. 2 kusy pro dospělé a min. 1 kus pro děti opakovatelně použitelných okruhů (v případě dodání jednorázových okruhů se bude jednat o 10ti násobky těchto požadavků)
223		další součásti nezbytné k tomu, aby byl přístroj připraven k okamžitému použití v plném rozsahu bez nutnosti dokupovat další součásti; dodání včetně spotřebního materiálu pro zajištění péče o min. 2 dospělé pacienty, není-li požadováno jiné množství
224		přístroj s příslušenstvím musí být kompatibilní s tlakovými lahvemi a redukčními ventily používanými AČR; závitů tlakových lahví-redukční ventil: vzduch G 5/8", O2 W21,8x1/14", N2O G 3/8"; výstup z redukčního ventilu rychlospojkou
225	1 kus - Lineární dávkovač (B.Braun Compact)	Určený k podávání léčiv pacientovi injekční stříkačkou s možností nastavení rychlosti podávání léčiva a se zajištěním bezpečné aplikace.
226	<i>Technické parametry přístroje</i>	max. objem 3,328 l; max. hmotnost 2,4 kg
227		vstupní napětí z externího zdroje 230 V, 50 Hz
228		možnost napájení palubním napájením 12 V DC
229		vnitřní akumulátor, zajištění kontinuálního provozu při výpadku napájení z externího zdroje, provoz na akumulátor min. 180 minut
230		minimální rozsah pro objemy injekčních stříkaček: 10, 20, 30 a 50 ml
231		minimální požadavky na předvolby objemu: 0,1 - 99 ml s přírůstkem po 0,01 ml, 100 - 999 ml s přírůstkem po 0,1 ml, 1000 - 9999 ml s přírůstkem po 1 ml
232		předvolba času v min. rozsahu 00:01 - 99:59 hod
233		nastavitelná rychlost dávkování v min. rozsahu 0,01 - 999,9 ml/hod
234		alarmy při nesprávném dávkování, automatické vypnutí přístroje; systém informování personálu
235		zajištěna možnost uchycení na eurolištu a infuzní stojan
236	<i>Minimální požadavky na příslušenství k přístroji</i>	zdroj pro napájení z 230 V, 50 Hz, 1 kus
237		zdroj pro napájení z 12 V DC, 1 kus
238		držák na eurolištu či infuzní tyč splňující normu EN 1789, 1 kus
239		přístroj dodat včetně veškerého příslušenství a součástí tak, aby byl přístroj připraven k okamžitému použití v plném rozsahu bez nutnosti dokupovat další součásti; dodání včetně spotřebního materiálu pro zajištění péče o min. 2 dospělé pacienty
240	1 kus - Ampulárium (tee uu Apusafe + integrované ampulárium v zástavbě Autoform)	určené pro uložení, přepravu a přehlednou manipulaci podávaných injekčních materiálů, nástěnný panel pro upevnění jednotlivých léků v blízkosti pracovního pultu
241	1 kus - Ohřívač infuzí (Biegler ESH 04)	pro ohřívání infuzí/transfuzí (transportní)
242		voděodolný, dezinfikovatelný
243		ohřev roztoků na minimálně 37 °C
244		možnost přetlakové infuze
245	1 kus - Laryngoskop (Me.Ber Laryngoskop sada 1678 McIntosh - optické vlákno, Me.Ber Laryngoskop sada 1677 McIntosh - dětská - optické vlákno)	bateriový s příslušenstvím (sada pro děti a dospělé)
246	1 kus - Fonendoskop (Little Doctor fonendoskop rappaport Special 56)	s příslušenstvím
247	1 kus- Ruční resuscitátor - ruční dýchací přístroj (ambuvak) (AMBU, Ambu® Mark IV s transparentní silikonovou maskou č. 5)	vak dvouvrstvý, bezlatexový poskytující vizuální a hmatovou zpětnou informaci o stavu plic během manuální resuscitace
248		zabudovaný tlakový omezovač zabraňující stlačení v případě zvýšeného odporu dýchacích cest pacienta
249		kompletně autoklavovatelný pro další použití
250		jednocestný patientský ventil s otočným konektorem
251		integrované držadlo pro zvýšený uživatelský komfort a rovnoměrnou kompresi
252		rezervoár kyslíku

253		silikonová maska č. 5
254		PEEP ventil pro použití s ručním resuscitátorem
255		transportní obal
256	2 kusy - Nastavitelný fixační krční límec (z toho 1 kus pediatrický) (Ambu Perfit ACE - fixační límec pro dospělé, Ambu Perfit Mini ACE)	nastavení dlaha stabilizující krční páteř v poloze, ve které byl pacient nalezen
257		zajištění krční páteře v neutrální poloze
258		souměrné nastavení, skrz konstrukci
259	1 kus - Fixace pánve - pánevní pás (SAM-SAMSLING L, Large 91 - 137 cm, Fixační imobilizační pánevní pás)	pro stabilizaci zlomenin pánve
260	1 kus - Fixace páteře, vyprošťovací korzet (sada) (Me.Ber, 9124/B Standardní páteřní imobilizér)	pro fixaci pánve, kyčlí, páteře, krku a hlavy
261	1 kus - Transportní nosítka (typu scoop) (Me.BER Scoop rám Maxima 630)	k přenášení zraněných z místa havárie
262		vhodná při poranění páteře
263		nosnost min. 170 kg,
264		plně omyvatelná
265		popruhy pro rychlé zajištění
266		popruhy a úchyty pro rychlé odsunutí a transport
267		možnost zkrácení a prodloužení nosítek
268	1 kus - Transportní dělitelná nosítka (transportní plachta) (Transportní dělitelná nosítka ET-10 EGO ZLÍN)	k přenášení zraněných z místa havárie
269		nosnost min. 120 kg
270		plně omyvatelná
271		popruhy pro rychlé zajištění
272		popruhy a úchyty pro rychlé odsunutí a transport
273		obal
274	1 kus - Vakuová matrace (sada) (VAKUFORM, vakuová matrace)	materiál z PAD textilu s nánosem PVC, s dobrou omyvatelností a možností desinfekce běžnými prostředky
275		rozměr matrace min. 200 x min. 80 cm
276		obal na matraci a pumpa nožní
277	1 kus - Sada vakuových dlah (VAKUFORM, sada vakuových dlah v brašně vč. odsávací pumpy a opravné sady)	omyvatelný materiál
278		možnost desinfekce běžnými prostředky
279		dlaha na horní končetinu
280		dlaha na dolní končetinu
281		dlaha krční
282		evakuační pumpa
283		opravná sada
284		přepravní taška
285	1 kus - Pohotovostní záchranný ruksak (prázdný) (Pohotovostní ruksak EGO ER-10 velký EGO ZLÍN)	k uložení širokého spektra záchranné výbavy, obvazového materiálu, přístrojů a chirurgických nástrojů
286		z vysoce odolného a voděodolného materiálu (například ER-10 nebo ER 50/H)
287	2 kusy - Přetlakové infusní manžety (ETHOX INFU-SURG Přetlaková infusní manžeta BEXAMED)	bez manometru
288	2 kusy - Ochrana hlavy - záchranná přilba (KASK HP červená - barvu lze zvolit před dodáním)	stavitelná velikost, odvětrání hlavy
289		Na všechny zdravotnické prostředky a materiál bude ve vozidle zvolen vhodný způsob uchycení a umístění (například modulární systém), sloužící pro bezpečnou

		přepravu a účelné použití
290		veškeré vnější a vnitřní osvětlení provést v souladu s technickou normou ČSN EN 1789 v platném znění
291		zabudované zdroje umělého osvětlení musí zabezpečit hodnoty celkového osvětlení vnitřního prostoru a hodnoty osvětlení míst zrakových úkolů lékaře ve zdravotnické vozidlové nástavbě a ve venkovním pracovním - manipulačním prostoru (dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - část 1: vnitřní pracovní prostory a ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - část 2: venkovní pracovní prostory)
292		požadovaná hodnota udržované osvětlenosti v místě zrakového úkolu při provádění jednoduchých vyšetřovacích úkonů a v místě zrakového úkolu velitele vozidla/spolujezdce při provádění jednoduchých úkonů (čtení map), je $E_m = 300 \text{ lx}$ (viz ČSN EN 12464-1/2012 - Světlo a osvětlení - Osvětlení vnitřních pracovních prostorů). Požadovaná hodnota udržované osvětlenosti venkovních manipulačních prostor - míst zrakových úkolů je $E_m = 150 \text{ lx}$ (viz ČSN EN 12464-2/2014 - Světlo a osvětlení - Osvětlení venkovních pracovních prostorů)
293		automatický spínač světlometů, denní svícení, mlhové světlometry
294		světelná výstražná rampa nad kabinou řidiče nebo zapuštěná do nástavby nad kabinou, LED světla s lineární technologií (v barevném provedení v souladu s platnou legislativou)
295		přídavná LED světla s lineární technologií umístit v přední masce
296	Světelná a výstražná výbava vozidla	v zadní části střechy umístit maják nebo zapuštěnou rampu LED světel s lineární technologií (v barevném provedení v souladu s platnou legislativou)
297		zvukové výstražné zařízení o výkonu min. 100 W s ovladačem u řidiče a s funkcí megafonu
298		reproduktor sirény umístit za masku na předním nárazníku vozidla nebo v provedení reproduktoru integrovaného v zástavbě světelné rampy
299		standardní zvukové výstražné zařízení musí být o 10 dB silnější než běžný provozní hluk při jízdě vozidla. Vestavěné přístrojové zařízení nesmí být zdrojem hluku překračujícího hygienické limity.
300		na nebo v zadní stěně ambulantní zástavby umístit pracovní světlometry s technologií LED, které budou sloužit k osvětlení bezprostředního okolí sanitního automobilu
301		2 ks bílých pracovních světel na hraně střechy směřovaná za vozidlo, vypínač u řidiče (využití i při couvání)
302		LED stropní osvětlení ambulantního prostoru - barva teplá bílá, vypínač s regulátorem
303		min. dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta
304		nouzové orientační osvětlení ambulantního prostoru LED integrovaným světlem modré barvy
305		přídavná směrová světla vzadu nahore případně integrovaná do nástavby, dva páry pracovních LED světel integrovaných na levém a pravém boku vozidla, ovládání v kabině řidiče, levá a pravá strana samostatně
306		osvětlení schodu bočního vstupu při otevření posuvných dveří - LED technologie
307	osvětlení schodu zadního vstupu při otevření zadních dveří - LED technologie	
308		provedení v souladu s EN 1789 v platném znění a vyhlášky č. 296/2012 Sb.
309		barva karoserie bílá (např. RAL 9016, ČSN 1060 „Dopravní bílá“), zrcátka, nárazníky a přední maska mohou být v nelakovaném provedení (tzn. v základní černé nebo tmavé barvě vnějších plastových dílů vozidla)
310	Barva a označení vozidla	označení podle Ženevské úmluvy znakem červeného kříže (vzhledem k plánovanému použití zdravotnické techniky v rezortu MO provést dle ČOS 990501, 3. Vydání, Změny 1, Znak červeného kříže. Tvar, rozměry a pravidla používání), provedení (Red), sytě červená barva (např. RAL 3028 „Čistá červená“, RAL 3024 - ČSN 8115 „Zářivě červená“)
311		na vozidlo umístit, po jeho celém obvodu (po stranách, na zadní a přední části vozidla ve výši, pod spodní hranou oken) reflexní pruh (v přední části přerušovaný) min. 100 mm šíře ve fluoreskující barvě z mikrospektrálního reflexního materiálu (například v provedení Daybright Microprismatic films, barva červená RAL 3028 „Čistá červená“, RAL 3024 - ČSN 8115 „Zářivě červená“) totožné s provedením znaku červeného kříže
312		na dveře řidiče a spolujezdce umístit dle označení provozovatele „Vojenská zdravotnická služba“
313		nápis „AMBULANCE“ (zadní a přední část vozidla - zrcadlově)

314	Komunikační prostředky vozidla	souprava vozidlové radiostanice Tetrapol (například TPM 900) s výstupním výkonem vysílače minimálně 10 W umožňující provoz v radiové síti Pegas určené zejména pro zajištění radiové komunikace Integrovaného záchranného systému ČR
315		radiostanice včetně zesilovače bude zabudovaná v prostoru kabiny vozidla a odnímatelný ovládací panel radiostanice bude umístěný v dosahu řidiče a velitele vozu
316		optimalizovat umístění antény na střeše vozidla s cílem nejvyššího zisku s ohledem na průchodnost vozidla
317		způsob zástavby radiostanice nesmí omezovat základní uživatelské parametry tohoto komunikačního prostředku
318		komunikační prostředek musí umožňovat základní obsluhu bez nutnosti držet jakákoliv zařízení v ruce (handsfree)
319		umístění a upevnění radiostanice musí být v dosahu ve stabilizovaném prostoru, kde bude zabráněno nežádoucímu pohybu a ohrožení bezpečnosti osádky při provozu a ovládání vozidla
320		optimalizovat umístění radiostanice při zachování maximálního prostoru pro uložení osobní výbavy osádky v kabině
321		před přejímkou vozidla a kontrolou funkčnosti radiostanice umožňující komunikaci v radiové síti Pegas musí být zabezpečena její softwarová konfigurace prostřednictvím kontaktního místa provozovatele radiokomunikační sítě Pegas
322		musí splňovat předpis EHK 10.04 s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu

Čestné prohlášení

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/dodavatel (dále jen „dodavatel“):

obchodní firma/název Medsol s.r.o.
se sídlem Lužná 591/4,160 00 Praha 6
IČO (bylo-li přiděleno): 24201596
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 188143
(v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

tímto čestně prohlašuje,
že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o mezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině ve znění pozměněném Radou Nařízení (EU) č. 2022/578 ze dne 8. dubna 2022.

Dodavatel čestně prohlašuje, že není

- a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),
- d) dodavatelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

2. Zakaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

3. Individuální finanční sankce

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu.

V Praze dne 19. 6. 2023

MICHAL BAROŠ Digitálně podepsal MICHAL BAROŠ
Datum: 2023.06.19 19:52:08 +02'00'

Mgr. Michal Baroš, MBA, jednatel