

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Stůl operační pro 5. operační sál - SPINÁLNÍ OPERAČNÍ DESKA (NCH)			
TS 7500 - CARBON SPINE TABLE TOP			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Operační stůl s výměnnou deskou a transportním vozíkem (1x základna, 1x op.deska, 1x výškově nastavitelný transportér s pozicemi Trend./antiTr. Požadována plná kompatibilita se systémovou operační deskou, systémovým transportérem a systémovou základnou, které jsou používány na operačním oddělení NCH KNTB a.s. V případě, že není zajištěna plná kompatibilita se zařízením užívaným na NCH op.sále společně s 3D RTG zobrazovacím systémem Loop X a modulárním carbonovým příslušenstvím - nutno nabídnout další plně funkční systémovou operační desku, systémový operační transportér a systémovou základnu, splňující zadané parametry.			
Obecné požadavky			
1 ks - navážecí transportér s funkcemi výškového zdvihu (nahoru/dolů) a Trendelenburg/antiTrendelenb. Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním orientace desky	ANO	ANO	
1 ks - modulární, plně variabilní celokarbonová rámová úzká spinální operační deska - variabilně sestavitelná dle individuálních potřeb operativy a zařízení Loop-X Brainlab	ANO	ANO	
Nosnost v nulové pozici - min. 210 kg	ANO	ANO	225 kg
Nosnost při používání podélného posuvu - min. 160 kg	ANO	ANO	180 kg
Elektrické polohování			
Základna operačního stolu zabezpečí:	ANO	ANO	
Nastavení výšky pracovní desky min. 620 – 1120 mm	ANO	ANO	612 - 1.162 nn
Motorický podélný posun min. 500 mm - s hlavovým adaptérem	ANO	ANO	500 mm
Trendelenburg / AntiTrendelenburg min. $\pm 20^\circ$	ANO	ANO	$\pm 20^\circ$
Boční náklon pracovní desky min. $\pm 15^\circ$	ANO	ANO	$\pm 15^\circ$
Plně translucentní plocha - min. 1.400 x 430 mm	ANO	ANO	1.442 x 432 mm
Modulární konfigurace			
1 ks hlavová část stavitelná	ANO	ANO	
1 ks pěnový segment pro uložení hlavy pacienta	ANO	ANO	
1 ks hrudní modulární anatomicky tvarovaný posuvný segment	ANO	ANO	
2 ks kyčelní modulární anatomicky tvarovaný posuvný segment - menší velikost	ANO	ANO	
2 ks kyčelní modulární anatomicky tvarovaný posuvný segment - větší velikost	ANO	ANO	
2 ks ochranné kryty pro kyčelní modulární anatomicky tvarovaný posuvný segment m.vel.	ANO	ANO	
2 ks ochranné kryty pro kyčelní modulární anatomicky tvarovaný posuvný segment v.vel.	ANO	ANO	
1 ks posunovací polštář pro podložení dolních končetin	ANO	ANO	
1 ks posunovací stehenní opěrka levá	ANO	ANO	
1 ks posunovací stehenní opěrka pravá	ANO	ANO	
2 ks posunovací nožní modulární posuvný segment - větší velikost	ANO	ANO	
2 ks posunovací nožní modulární posuvný segment - menší velikost	ANO	ANO	
2 ks horní část kolejnice pro pažní opěrku	ANO	ANO	
1 ks posuvná modulární podpěra	ANO	ANO	
3 ks posuvné svorky pro umístění příslušenství na karbonovém rámu	ANO	ANO	
2 ks podpěry paží pacienta v laterální pozici	ANO	ANO	
4 ks posuvná alternativní modulární deska pro kompletaci operační desky - větší	ANO	ANO	
4 ks posuvná alternativní modulární deska pro kompletaci operační desky - menší	ANO	ANO	
3 ks fixační rám pro polohování pacienta na boku	ANO	ANO	
1 ks boční opěrka 215 mm	ANO	ANO	

1 ks boční opěrka 215 mm prohnutá	ANO	ANO	
1 ks boční opěrka 170	ANO	ANO	
1 ks boční opěrka 85	ANO	ANO	
1 ks pelvická podpěrka	ANO	ANO	
1 ks Tunelový polštář	ANO	ANO	
1 ks polster pro boční pozici	ANO	ANO	
Další požadavky			
RTG transparentní operační deska šířky 550-600 mm vč. eurolišť	ANO	ANO	Univerzální op.deska v majetku KNTB, a.s.
Parametr rtg-transparentní desky v šíři operační desky - min. 350 mm	ANO	ANO	Univerzální op.deska v majetku KNTB, a.s.
Provoz na kompatibilní systémové základně operačního stolu užívaného na NCH oddělení KNTB a.s. Zlín	ANO	ANO	TS7500
Ovladatelnost přes bezdrátový ovladač s displejem s možností uložení nepoužívanějších poloh – komunikace v ČJ	ANO	ANO	
Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)	ANO	ANO	
Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; antidekubitní provedení, výška min. 8 cm, vysoká modularita	ANO	ANO	9 cm
Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišť	ANO	ANO	
Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta	ANO	ANO	
Příslušenství operačního stolu			
1 ks - mobilní stojan - na umístění extenčního příslušenství	ANO	ANO	
1 ks - Instrumentační hydraulický stolek 740x540, výšk.nastavení 950-1.350 mm	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V dne

.....
jméno, příjmení, podpis