

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

| | |
|---|-------------------|
| Městská nemocnice Čáslav | www.nemcaslav.cz |
| Sídlo: Jeníkovská 348, Čáslav Korespondenční adresa: Čáslav, Jeníkovská 348, PSČ 286 01 IČO: 00873764 DIČ: CZ00873764 E-mailová adresa: info@nemcaslav.cz Jednající: MUDr. Ctibor Provazník, ředitel nemocnice | PSČ 286 01 |

dále jen „Kupující“ na jedné straně

a

| | |
|--|--------------------|
| Firma: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. | www.amimedical.cz |
| Sídlo: Letohradská 3/369, Praha 7, 170 00 Zapsaná v OR městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka 40068 IČO: 63983524 DIČ: CZ63983524 E-mailová adresa: vz@amimedical.cz Jednající: Mgr. Lukáš Macháček, MBA, jednatel | PSČ: 170 00 |

dále jen „Prodávající“ na straně druhé,

vzhledem k tomu, že dospěly ke vzájemné shodě o všech níže uvedených skutečnostech, uzavírají níže uvedeného data v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) smlouvu na základě zadávacího řízení s názvem: **„Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav – 2. Etapa“** na veřejnou zakázku zadávanou v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016328. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo k němu. Kupující se naproti tomu touto smlouvou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu za předmět koupě dohodnutou kupní cenu. Kupující se zavazuje přijmout Předmět koupě do svého vlastnictví tak, jak tento stojí a leží.

Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka 8x patientského monitoru, 8x multiparametrického modulu s vlastním displejem, 1x centrální stanice, v rámci dílčí části č. 25 s názvem: Monitory zcela v souladu s technickou specifikací předmětu plnění tvořící přílohu č. 1 a č. 2. Předmět koupě (také „přístroj, přístroje“) bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí a dalšími vlastnostmi současnému technickému vývoji.

2. Součástí dodávky je:

- doprava předmětu smlouvy do místa plnění vč. vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - kompletní instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého použitého materiálu potřebného ke kompletní instalaci přístroje;
 - návod v čj, prohlášení o shodě, certifikace servisního střediska;
 - prvotní zaškolení personálu Kupujícího k provádění instruktáže zdarma;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
 - **Prohlášení o shodě, certifikace ISO (tvořící nedílnou součást této smlouvy)**
3. U předmětu smlouvy prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání kupujícímu.
4. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů a norem. Obě smluvní strany se rovněž zavazují plnit podmínky dle příslušné Nabídky a Zadávací dokumentace.
5. Předmětem této smlouvy je také sjednání podmínek pro možné uzavření budoucí servisní smlouvy na provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět dle čl. č I. smlouvy činí (na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení):

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 2 872 400,- Kč |
| Sazba DPH | 21% |
| DPH | 603 204,- Kč |
| Cena včetně DPH | 3 475 604,- Kč |

2. Úhrada sjednané ceny bude provedena bezhotovostním převodem na účet na základě vystavené faktury se splatností min. 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura bude vystavena prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku předmětu plnění. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou kupujícího podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena.

III.

Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě

1. Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
2. **Omezení předmětu koupě**
- 2.1. Kupující žádá na realizaci předmětu koupě prostředky z IROP, investičního nástroje REACT-

EU, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016328. Vlastní zdroje kupujícího (nad rámec poskytnuté dotace) jsou velmi omezené.

2.2. V případě, že prodávající v Nabídce předložil kupní cenu, která překračuje předpokládanou hodnotu pořizovacích nákladů stanovenou v Zadávací dokumentaci a kupující nebude mít dostatek finančních prostředků na její úhradu (**z dotace nebo i z omezených vlastních zdrojů**), může kupující omezit předmět koupě dodatkem k této smlouvě, který bude uzavřen současně s touto smlouvou, avšak do maximální výše 35 %.

2.3. Vyhrazenou změnu podle bodu 2.2) může kupující využít i v případě, že kupní cenu podle této smlouvy bude kupující hradit **výhradně z vlastních zdrojů**, budou-li nedostatečné na její úhradu, avšak do maximální výše 50 %.

3. Dodání technicky vyššího typu přístroje

3.1. Vyhrazená změna se týká druhu pořizované dodávky přístroje a spočívá v dodání „technicky vyššího“ typu přístroje oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci Nabídky, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v Nabídce se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
- b) prodávající nemohl technicky vyšší přístroj zahrnout do Nabídky, neboť k účelu, k němuž má daný přístroj sloužit plně vyhovoval přístroj nabízený v Nabídce, nebo technicky vyšší přístroj, nebyl v době podání Nabídky na trhu dostupný;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena technicky vyššího přístroje bude
 - buď shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v Nabídce,
 - nebo se zvýší max. o 2 %, oproti ceně Nabídky, pokud na trhu není možné technicky vyšší přístroj pořídit za cenu uvedenou v Nabídce;
- e) technicky vyšší přístroj musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v Nabídce;
- f) změna přístroje musí být vždy projednána s kupujícím a kupujícím musí být schválena; prodávající nemůže vymáhat na kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou kupující nevyjádří souhlas.

4. Dodatečné plnění:

4.1. Vyhrazená změna se týká rozšíření rozsahu dodávek spočívající v dodání:

- vyššího počtu kusů dodaných přístrojů nebo jejich částí nebo jejich příslušenství dle technické specifikace (Příloha č. 1)
 - dalšího příslušenství kompatibilního k dodaným přístrojům
- za splnění následujících podmínek:
- a) kupující nemohl vyšší počet ks přístrojů nebo jejich částí nebo jejich příslušenství nebo dalšího příslušenství k nim zahrnout do původní veřejné zakázky z důvodů nedostatku finančních prostředků, které měl v době zadání veřejné zakázky k dispozici; pokud se mu však v průběhu realizace veřejné zakázky podaří další finanční prostředky získat, může zrealizovat větší rozsah dodávek přístrojů;
 - b) přístroj nebo jeho část nebo jeho příslušenství musí být prodávajícím dodán minimálně ve shodné kvalitě a ceně jako přístroj nebo jeho část nebo jeho příslušenství sjednaný v této smlouvě, další příslušenství k dodanému přístroji musí být s dodaným přístrojem podle této smlouvy kompatibilní;
 - c) cena za rozšíření dodávek nesmí překročit 30 % smluvní ceny sjednané v této smlouvě;
 - d) změna závazku musí být sjednána dodatkem k této smlouvě;
 - e) změna závazku nesmí měnit celkovou povahu původní veřejné zakázky;
 - f) kupující může uplatnit tuto vyhrazenou změnu do 36 měsíců od účinnosti této smlouvy.

IV. Dodání předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje mít předmět koupě k dispozici nejpozději do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude následně dodán nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení plnění, nejpozději však do **15. 12. 2023**.
2. Místem plnění je sídlo Kupujícího.
3. Pro případ, že Prodávající bude v prodlení s dodáním předmětu koupě, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení, která je splatná na výzvu Kupujícího.
4. Pro případ, že Prodávající nedodá předmět koupě ani do nejzazšího termínu dne 15. 12. 2023, a poskytovatel dotace na základě této skutečnosti navrhne krácení z uznané dotace, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50% přiznané dotace na předmět koupě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
5. O dodání předmětu plnění, včetně instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepíše smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
6. V souvislosti s instalací a uvedením přístrojů do provozu je prodávající povinen provést zaškolení obsluhy přístrojů a učinit o něm oficiální písemný zápis, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem kupujícího. Písemný zápis musí obsahovat potvrzení o oprávněnosti vyškolených zaměstnanců kupujícího školit, co do obsluhy přístrojů další zaměstnance kupujícího, popřípadě se Prodávající zavazuje po dobu záruční doby na výzvu Kupujícího proškolit zdarma zaměstnance kupujícího.
7. Prodávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. VII. odst. 1 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
8. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

V. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá za vady, které přístroj má v době jeho předání a za vady zjištěné po celou dobu záruční doby.
2. Reklamací zjevných vad přístroje kupující uplatní u prodávajícího při předání a převzetí, nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí.
3. Reklamací ostatních vad je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

VI. Záruční servis

1. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu.
3. Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na dodané přístroje, tj. bezplatné opravy vč. pravidelných kontrol dle legislativy a bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.) v místě plnění. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady související se servisem přístroje.
4. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době do 48 hodin od oznámení vady (reklamace) kupujícím.
5. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.
6. Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 2 týdny, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady.
7. V případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.
8. V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je dodavatel povinen na vyžádání zadavatele bezplatně zapůjčit náhradní přístroj.
9. Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
10. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č.: +420 257 325 606 anebo e-mailové adrese: servis@amimedical.cz, nebo datovou schránkou: u5uk963
11. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vad, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

VII.

Ostatní ujednání

1. Kupující pověřil jednáním ve věcech smluvních:

2. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:



VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, jež bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání. Její text si oba účastníci smlouvy přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná Kupujícím

Příloha č. 2 – Specifikace dodávaných přístrojů (technický list předmětu plnění)

V dne

Ctibor
Provazník
Digitálně podepsal
Ctibor Provazník
Datum: 2023.08.30
14:20:52 +02'00'

MUDr. Ctibor Provazník
ředitel nemocnice
Městská nemocnice Čáslav

V Praze dne

Mgr. Lukáš
Macháček
Digitálně podepsal
Mgr. Lukáš
Macháček
Datum: 2023.09.01
10:54:41 +02'00'

Mgr. Lukáš Macháček, MBA
jednatel
A.M.I. – Analytical Medical Instruments,
s.r.o.

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím

Minimální technické požadavky (technické parametry)

Před podpisem smlouvy bude vložena tabulka ze SPECIFIKACE, která je součástí zadávací dokumentace, která vyjadřuje požadavky kupujícího minimální technické parametry.

Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Specifikace dodávaných přístrojů

Tato příloha obsahuje přesnou specifikaci zboží dodávaného prodávajícím podle NABÍDKY.

| Ozn. | Název | Typ/ výrobce | Počet | MJ | DPH | Cena ks bez DP | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
|------|--|----------------------------------|-------|----|-----|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Pacientský monitor | CSM 1502 výrobce Nihon Kohden | 8 | ks | 21% | 133 570,00 Kč | 1 068 560,00 Kč | 1 292 957,60 Kč |
| 2. | Multiparametrický modul s vlastním displejem a příslušenstvím a moduly | BSM-1763 výrobce Nihon Kohden | 8 | ks | 21% | 200 355,00 Kč | 1 602 840,00 Kč | 1 939 436,40 Kč |
| 3. | Centrální stanice | CNS-9101 výrobce Nihon Kohden | 1 | ks | 21% | 201 000,00 Kč | 201 000,00 Kč | 243 210,00 Kč |

Cena celkem bez DPH: 2 872 400,00 Kč
DPH 21%: 603 204,00 Kč
Cena celkem vč. DPH: 3 475 604,00 Kč

Příloha č. 3 Kupní smlouvy
Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů

1. Prodávající garantuje, že po dobu 8 let od instalace přístrojů bude na území ČR prováděn pozáruční servis přístrojů včetně zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu.
2. Prodávající se zavazuje, že po skončení záruky provede jednorázové školení ve smyslu IV. odst. 6 dle platné a účinné legislativy.
3. Pro možné uzavření budoucí servisní smlouvy se předpokládá, že cenové podmínky pro provádění servisních služeb po ukončení záruční doby uvedené v nabídce se nezmění po dobu prvních 5 let. Tato doba bude prodloužena, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví, na dobu, po kterou budou přístroje kupujícím využívány. Výpovědní doba servisní smlouvy bude po prvních 5 let jejího trvání 6 měsíců, pro další dobu trvání servisní smlouvy 2 měsíce.
4. Cenové podmínky pro budoucí servisní smlouvu sjednávají smluvní strany takto:
Fixní roční náklady za provádění povinných kontrol dle legislativy a doporučení výrobce ve výši 24 600 Kč bez DPH/rok (pozn. cena za BTK neobsahuje díly a spotřební materiál měněný u BTK (BTK monitory se provádí 1x ročně, centrála 2x ročně).
Hodinová sazba za provádění servisu odborným servisním technikem ve výši 1 250 Kč bez DPH / hod.
Účtovaná částka za 1 km při servisním výjezdu servisního technika ve výši 13,90 Kč bez DPH / km,

tato částka zahrnuje cestu tam i zpět, tedy kupující bude hradit cenu za počet km jedné cesty mezi servisním střediskem prodávajícího a sídlem kupujícího.

Za účelem propočtu ceny servisního výjezdu prodávající sděluje, že jedna cesta z jeho servisního střediska do sídla zadavatele představuje vzdálenost 95 +95 km.

5. Rozsah a podmínky pozáručního servisu uvedených ve smlouvě budoucí se budou přiměřeně řídit také ustanoveními uvedenými v čl. VI. odst. 4-8 a 10-11 této smlouvy.

TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) – 2. Etapa - Část 25 – Monitory“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. **Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje.** V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií). **Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku.** V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů zadavatel povoluje toleranci +/- 10 % od uvedených technických údajů, a to u parametrů neoznačených u požadované hodnoty jako minimální nebo maximální. V případě využití tolerance dodavatel na výzvu zadavatele musí prokázat, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Technické parametry označené slovem „minimální“ nebo „maximální“, nebo zkratkou „min.“ nebo „max.“, musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel požaduje dodání nového monitorovacího souboru - 8x patientský monitor, 8x multiparametrický modul s vlastním displejem, 1x centrální stanice, viz. níže uvedená technická specifikace.

| Technická specifikace předmětu dodávky | | | |
|--|---|---------|-----------------|
| Obchodní název nabízeného plnění: | 8x CSM – 1502, 8x BSM – 1763, 1x CNS-9101 | | |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| 8x patientský monitor: | | | |
| 1. Displej LCD barevný, možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů | minimálně 15" | ANO | ANO 15" |
| 2. Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky. Zobrazení nejméně 15 křivek mimo režim 12 kanálového EKG | ANO | ANO | ANO 15 křivek |

| | | | |
|---|-----|-----|------------------------|
| 3. Programové vybavení (zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách, simultánní zobrazení 10ti svodového EKG (možnost rozšíření na 18ti kanálové EKG), detekce arytmií, zobrazení krátkého trendu přímo na displeji, vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10ti libovolných svodů, ST úseku, zobrazení vzdáleného lůžka | ANO | ANO | ANO |
| 4. Min. 72 hod. trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry, min. 72 hod. full disclosure min. 5 křivek | ANO | ANO | ANO, 72 hodin |
| 5. Možnost bezdrátového dálkového ovládání, připojení myši, čtečky čárových kódů | ANO | ANO | ANO |
| 6. Možnost rozšíření o dalších 6 vstupů/modulů, min. 8-kanálové bezdrátové EEG, PICCO, TOF, analýza anestetických plynů, spirometrie | ANO | ANO | ANO |
| 7. Možnost zabudovaného zapisovače | ANO | ANO | ANO |
| 8. Možnost připojení k centrále telemetrickým přenosem i wifi | ANO | ANO | ANO |
| 9. Provoz na zabudovaný akumulátor | ANO | ANO | ANO |
| 10. Možnost propojení externích zařízení, infuzní pumpy, lineární dávkovače, plicní ventilátory, PICCO, LIDCO atd. | ANO | ANO | ANO |
| 11. Součástí dodávky budou 3 moduly mainstream CO2 použitelné i pro monitoraci s transportními multiparametrickými moduly. Moduly musí umožňovat i monitoraci spontánně ventilujících pacientů | ANO | ANO | ANO, součást kalkulace |
| 8x multiparametrický modul s vlastním displejem: | | | |
| 1. Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným dotykovým displejem o velikosti min. 5,5" a zobrazením min. 9ti křivek (mimo režim 10 svodového EKG) | ANO | ANO | ANO |
| 2. 3 až 10ti svodové EKG, respirace (termistorová nebo impedanční metoda), NIBP, SpO2, nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP (včetně ICP), CO, CO2, BIS, 2x teplota, CVP-ET. Integrovaný analogový výstup BP/EKG | ANO | ANO | ANO |
| 3. Možnost měření neinvazivního CCO a NMT | ANO | ANO | ANO |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 4. Madlo pro přenos integrované v těle modulu | ANO | ANO | ANO |
| 1x centrální stanice: | | | |
| 1. Zobrazení a monitorování min. 16 pacientů na dvou obrazovkách min. 24" | ANO | ANO | ANO |
| 2. Možnost rozšíření zobrazovat až 48 pacientů | ANO | ANO | ANO |
| 3. Komunikace a ovládání v českém jazyce, klávesnice, myš, intuitivní ovládání | ANO | ANO | ANO |
| 4. Nejméně 120 hodin trendových informací, ukládání arytmiických epizod a možnost 12 svodové analýzy EKG arytmií a ST. Minimálně 120 záznamu plných křivek (min. 8 křivek z každého lůžka). Individuální zobrazení pacienta na jedné obrazovce (min.12) | ANO | ANO | ANO |
| 5. Křivkami a číselně zobrazované parametry: EKG 1-10 svod, NIBP, IBP 1-8, respirace, HR (SpO2), Teplota, EEG (1-2), měření etCO2) | ANO | ANO | ANO |
| 6. Grafické a tabulkové trendy, délka zobrazovaného trendu minimálně: 1, 8, 24, 72, 120 hod. | ANO | ANO | ANO |
| 7. Součástí dodávky bude laserová tiskárna, UPS a veškeré potřebné síťování | ANO | ANO | ANO |
| Příslušenství: | | | |
| a. 8x EKG kabel 3svodový | ANO | ANO | ANO |
| b. 8x hadice NIPB | ANO | ANO | ANO |
| c. 8x manžeta NIBP velikosti M a L | ANO | ANO | ANO |
| d. 8x SpO2 čidlo prstové | ANO | ANO | ANO |
| e. 3x spotřební materiál pro měření CO2 | ANO | ANO | ANO |
| f. 12x kabel pro měření IBP | ANO | ANO | ANO |



CNS-9101

- Centrální monitor CNS 9101 zobrazuje a monitoruje 16 až 48 pacientů
- Pro 16 až 24 pacientů lze volitelně použít druhý displej, pro 32-48 pacientů jsou 2 displeje standardem.
- Celkově v síti může být zapojeno až 300 monitorů, mohou být připojeny simultánně až na 4 centrální stanice. Na jednotlivé centrální stanici lze pak zobrazit až 48 pacientů.
- K CNS 9101 lze připojit kterýkoliv monitor Lifescope prostřednictvím LAN sítě nebo telemetrie - signálu z transponderů prostřednictvím přijímače ORG-9100
- **Uživatelské rozhraní:**
klávesnice, myš, intuitivní ovládání, 5 nastavitelných funkčních kláves
- **Efektivní zobrazovač:**
Možnost výběru až 8 zobrazovaných parametrů na pacienta v okně zobrazení všech lůžek. Možnost zobrazení až 3 křivek na lůžko. Možnost výběru zobrazení 4, 6, 8, 12, 16, 24 lůžek na 1 displej.
- **Ukládání dat:**
CNS 9101 ukládá 120 hodin trendových informací, 768 osmi sekundových arytmiických epizod, 7200 ST zápisů, 120h full disclosure až 8 křivek pacienta, 64 12-svodových ekg, alarmy až 1000 na lůžko.
- **Zobrazení měřených dat:**
 - individuální zobrazení pacienta na obrazovce (až 12 křivek, až 15 parametrů, 12-svodové ekg)
 - zobrazení všech lůžek - výběr počtu lůžek a křivek
 - grafické trendy, tabulkové trendy až 30 parametrů
 - vyhodnocení arytmií
 - vyhodnocení ST úseků
 - plné zobrazení křivek vybraného pacienta až 120h
 - obrazovka přípravy reportu pro tisk
- **Alarmy:** 3 kategorie alarmů podle úrovně. Zvýrazněný alarmový parametr, zvýrazněné hlášení alarmu. Možnost ztišení alarmu a zápisu alarmu.
- **Příslušenství:**
 - možnost připojení laserové tiskárny