

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ II			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ČÁST 1 - Mycí automat s přípojkou destilované vody			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078
Statutární zástupce:	[REDAKCE]		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
		Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL			
Název dodavatele:	MIELE, spol. s r.o.		
Sídlo:	Holandská 4, 639 00 Brno	IČO:	18829503
Statutární zástupce:	[REDAKCE]	Kontaktní osoba:	[REDAKCE]
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících
	Mycí automat s přípojkou destilované vody	[REDAKCE]	24
Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:		ANO	
Název: Miele PG 8583			
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL			
Výrobce: Miele & Cie. KG			
Závazná specifikace zadavatele:		DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A	
Technické parametry:		ANO	
jednoduchý mycí automat (dveře výklopné dopředu)		ANO	
max. vnější rozměry (š x h x v) 65 x 75 x 85 cm		ANO, 60 x 60 x 83,5cm	
připojení na tlakový rozvod vody		ANO	
přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo a plast		ANO	
bezspárové svařovaný mycí prostor s hladkými švy		ANO	
mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny		ANO	
kontrola průběhu mycího cyklu		ANO	
během mycího cyklu elektricky blokovávané dveře		ANO	
automatické dovírání a uzamykání dveří		ANO	
automatické otevření dvířek po skončení mycího programu		ANO	
dotykový ovládací panel s možností rychlé volby		ANO	
Příslušenství: zakladače/koše pro mytí skleněných kádinek (max. objem 2000ml), úzkohrdlého skla (válec max. objemu 1000ml) a drobného skla (mikroskopická podložní skla)		ANO	
Poznámka:			
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.		Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE	
		V Brně dne 3.7.2023	
		Z [REDAKCE]	

