

Protokol č.
o periodické bezpečnostně-technické kontrole zdravotnického prostředku podle zákonů
375/2022 Sb., 250/2021 Sb. a ČSN EN 62 353

Uživatel	Nemocnice:		
	Adresa:		
	IČO:	Kontaktní osoba:	
	DIČ:	Telefon:	
Budova		Oddělení	
Zařazení ZP	II.B		
Poznámky			

Výrobní číslo	Č. místnosti	Evidenční č.	Typ přístroje	Vyhovuje
				ANO
				ANO

Zjištění vnějších závad nebo poškození, kontrola tuhosti kotvení, funkčnosti a pohyblivosti mechanických částí, zkouška těsnosti plynových rozvodů, kontrola stavu terminálních jednotek.

Kontrola elektrických částí, přívodní svorkovnice, elektro instalace, zásuvek, kontrola značení.

Kontrola funkčnosti osvětlení - pokud je součástí.

Kontrola klinického alarmu - meze nastavení, test - pokud je součástí.

Měření odporu ochranného uzemnění: < 0,1 Ω Vyhovuje: ANO

Zjištěný stav zařízení:

Bez závad.

Návrh opatření:

Závěrečné stanovisko:

Bez závad.

Kontrola provedena dne: 30.6.2023

Termín příští kontroly: 06/2024

Hlavní servisní technik:

Lefler Zbyněk

14061/6/20/Z-PZ-a,b,c,e,f

Vyhl. č. 50/1978, č.o. CBE06/20

