



Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

### Název části veřejné zakázky: Ohřev pacienta

Část veřejné zakázky: 6

#### Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

#### Technická specifikace\*

**Dodavatel vyplní zvýrazněná pole**

System ohřívání pacienta pro prevenci hypotermie anebo snížení prochladnutí na operační sály, po operacích a na jednotky intenzivní péče, určená pro dospělé a dětské pacienty			
Výrobce	Stihler Electronic GmbH		
Typ / Model	ASTOPAD DUO 310		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	1		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus			129 980,00
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů			129 980,00
DPH v Kč celkem samostatně			27 085,80
Cena v Kč včetně DPH celkem			156 065,80
Základní vlastnosti přístroje			
Číslo	Specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota**	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)



1.1	Řídící jednotka řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, s ovládacím panelem s voděodolnou membránou a s LCD displejem pro zobrazení nastavené cílové a naměřené aktuální teploty.	ANO	Návod k použití
1.2	Řídící jednotka přenosná o hmotnosti max. 6 kg.	ANO	Návod k použití
1.3	Řídící jednotka se dvěma samostatně regulovatelnými výstupy s možností souběžného provozu.	ANO	Návod k použití
1.4	Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému.	ANO	Návod k použití
1.5	Uchycení na infuzní stojan a na eurolištu, možnost položení na rovnou plochu.	ANO	Návod k použití
1.6	Teplotní rozsah systému v rozmezí minimálně 32 °C až 39 °C s přírůstkem v krocích po max. 0,5 °C.	ANO	Návod k použití
1.7	Systém umožňující rychlé zahřívání, dosažení až 37 °C do 10 minut.	ANO	Návod k použití
1.8	Systém odolný vůči defibrilačnímu výboji.	ANO	Návod k použití
1.9	Systém s funkcí audiovizuálních alarmů v případě jakékoli poruchy: <ul style="list-style-type: none"><li>- alarm napájení – v případě výpadku napájení;</li><li>- signalizace, že matrace není připojena k ovladači nebo je problém s připojením;</li><li>- ochrana před přehřátím, pokud cílová teplota překročí bezpečnostní mezní bod 42 °C;</li><li>- alarm, pokud aktuální teplota dosáhne 1,5 °C nad cílovou hodnotou teploty.</li></ul>	ANO	Návod k použití
1.10	Snadno omyvatelné přikrývky a matrace pomocí standardních dezinfekčních prostředků, určené pro opakované použití.	ANO	Návod k použití
1.11	Systém vyroben pomocí vysoce kvalitních technologií z uhlíkových vláken, které vysílají infračervené paprsky, které jsou neškodné pro lidské tělo a zamezují tak riziku poškození pacienta.	ANO	Návod k použití
1.12	Teplotní čidla v každé samostatné části.	ANO	Návod k použití
1.13	Systém RTG transparentní.	ANO	Návod k použití
1.14	Možnost použití jednorázových obalů na matrace.	ANO	Návod k použití
1.15	Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech.	ANO	Návod k použití
<b><u>Příslušenství</u></b>			
1.16	Matrace o velikosti min. 127 x 50 cm – 1 ks.	ANO	Návod k použití
1.17	Vyhřívaná deka o velikosti min. 128 x 75 cm – 1x.	ANO	Návod k použití



1.18	Propojovací kabely řídící jednotky a matrace a příkrývky.	ANO	Návod k použití
------	---	-----	-----------------

\* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

\*\* Dodavatelé uvedou kromě informace o splnění požadavku i konkrétní hodnotu požadavku tam, kde je to z povahy požadavku možné.

#### Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: llb
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): X