

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
"Nemocniční lůžka pro odd. PED, NEU"
TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Nemocniční lůžka - Neurologie 24 ks			
Eleganza 1			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Základní technické požadavky			
Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	ANO	ANO	
Vnější rozměr lůžka maximálně 205 x 100 cm	ANO	ANO, 205 x 99,5 cm	
Rozměr ložné plochy minimálně 190 x 90 cm	ANO	ANO, 190 x 90 cm	
Možnost prodloužení ložné plochy min. o 15 cm	ANO	ANO, 15 cm	
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm	ANO	ANO, 39,5 - 76 cm	
Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese 16 cm)	ANO	ANO, 16 cm	
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru	ANO	ANO, 15°	
Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu	ANO	ANO	
Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)	ANO	ANO	
Odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech	ANO	ANO	
Integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním pokrývající ¼ ložné plochy (střední postranice zabezpečující pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice)	ANO	ANO	
Výška postranice min. 36 cm a max. 40 cm ergonomicky tvarované (slouží jako podpora pacientů při vstávání)	ANO	ANO, 7,5 cm - 38 cm	
V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	ANO	
Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu	ANO	ANO	
Kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm	ANO	ANO, průměr 150 mm	
5. kolečko ovládané centrálně	ANO	ANO, 5. kolečko	
Vertikální ochranná kolečka u hlavového čela	ANO	ANO	
Alarm nezabrděného lůžka	ANO	ANO	
Bezpečná pracovní zátěž min. 230 kg	ANO	ANO, 250 kg	
Ochrana elektromotorů proti přetížení	ANO	ANO	
Držáky na infuzní stojan, hrazdu u každého lůžka	ANO	ANO	
Ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO	ANO	
Záloková baterie ke každému lůžku	ANO	ANO	
Lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky	ANO	ANO	
Příslušenství			
Hrazda + madlo pro každé lůžko	ANO	ANO	
Jmenovka na čelo lůžka ke každému lůžku	ANO	ANO	
Infuzní stojan teleskopický, chromovaný, se čtyřmi kovovými háčky pro každé lůžko	ANO	ANO	
Držák láhve na moč (koš na bažanta) pro 12 lůžek	ANO	ANO, 12 ks	
Košík na skleněné lahve 5 ks	ANO	ANO, 5 ks	
Držák teplotky pro 5 lůžek	ANO	ANO, 5 ks	
Matrace 24 ks - MediMatt 30			
Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO	ANO	

Matrace musí být vhodná pro pacienty do třetího stupně rizika vzniku dekubitů	ANO	ANO	
Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO	ANO	
Horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m ³ tloušťky min 5 cm	ANO	ANO, hustota 50 kg/m ³ , tloušťka 5 cm	
Spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m ³ tloušťky min. 9 cm	ANO	ANO, hustota 41 kg/m ³ , tloušťka 9 cm	
Nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO	ANO, CRIB 5	
S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)	ANO	ANO, 200 cm	
Potah ze svařovaných nebo podlepených spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO	ANO	
Nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO	ANO, CRIB 5	
Zip je umístěn minimálně na dvou sousedních stranách	ANO	ANO	
Výška matrace min. 14 cm	ANO	ANO, 14 cm	
Nosnost matrace min. 150 kg	ANO	ANO, 150 kg	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)