

## UCR insuflační jednotka CO<sub>2</sub>

zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO<sub>2</sub> a vodou při endoskopických výkonech v zažívacím traktu

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Napájecí napětí</b>            | 100-240 V stř.  |
| <b>Frekvence</b>                  | 50/60 Hz  |
| <b>Vstup</b>                      | 40 VA   |
| <b>Jmenovitá hodnota pojistky</b> | 2 A, 250 V  |
| <b>Rozměry</b>                    | 130 × 156 × 334 mm (Š x V x H)  |
| <b>Hmotnost</b>                   | 4,9 kg  |
| <b>Vhodný plyn</b>                | CO <sub>2</sub> určený pro zdravotnické použití (láhev nebo centrální rozvod)                                     |
| <b>Indikace zdrojového tlaku</b>  | 5 kroků prostřednictvím LED kontrolky + hlídání a následná indikace při poklesu tlaku pod 0,3 MPa                 |
| <b>Tlak přiváděného plynu</b>     | max. 45 kPa   |
| <b>Časovač</b>                    | po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu (3 módy: long = 30 min, short = 15 min, OFF = funkce vypnuta) |

### Příslušenství:

#### **Hadice pro láhev s plynem MAJ-1081**

Délka hadice 1000 mm

**Kompatibilní konektor pro láhev MAJ-1081 (DIN 477 Anschl. č. 6, W21. 8-14)**

