



Vyplněná příloha č. 3 ZD tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Mobilní operační stůl

Část veřejné zakázky: 11

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace*

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Mobilní operační stůl pro gynekologickou operativu			
Výrobce	Maquet		
Typ / Model	Maquet Meera		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	1		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	1 023 341,74		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	1 023 341,74		
DPH v Kč celkem samostatně	214 901,77		
Cena v Kč včetně DPH celkem	1 238 243,51		
Základní vlastnosti přístroje			
Číslo	Specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota**	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)



1.1	Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělenou na min. 6 dílů - hlavový díl s dvojitou aretací, - zádový díl, - nožní díl dělený – dvoudílný, roztažitelný, vyklánění do „U“ a „V“ tvaru.	ANO	Produktový list str.6
1.2	Pracovní deska: • deska plně RTG transparentní, • max. šířka desky s eurolisti 590 mm, • možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak).	ANO	Návod Meera od.str.99
1.3	Longitudinální posun pracovní desky min. 300 mm.	ANO, 310mm	Produktový list str.3
1.4	Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost.	ANO	
1.5	Základna včetně podvozku z ocelové litiny nebo nerezové oceli; pro zajištění komfortního přístupu operátora k pacientovi požadavek na konstrukci podvozku tak, aby podvozek byl v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu nebo podvozek byl v místě napojení širší než základna, avšak při zachování komfortního přístupu operátora k pacientovi vykrojením podvozku.	ANO	Produktový list str.10
1.6	Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu.	ANO	Produktový list str.10
1.7	Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.).	ANO	Produktový list str.6
1.8	Polstrování operačního stolu: • komfortní, zabraňující vzniku proleženin, • snadno odnímatelné a čistitelné, • antistatická úprava, • minimální výška polstrování 80 mm.	ANO	Produktový list str.7
1.9	Maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) minimálně 450 kg.	ANO	Produktový list str.9
1.10	4 dvojitá kolečka pro lepší rozložení hmotnosti stolu a tím nižší zátěž pro podlahu.	ANO	Produktový list str.5 a 6
1.11	Aretyce stolu spuštěním základny na podlahu – rozložení hmotnosti stolu na větší plochu, nižší zátěž pro podlahu, maximální stabilita stolu při použití nebo funkcionalita, která zajišťuje plnou stabilitu stolu např. elektrické vysunutí čtyř stabilizačních válců umístěných mezi dvojitými kolečky, nebo aretačních kolíků spuštěných na podlahu, čímž dojde k nadzvednutí stolu tak, že během zákroku stojí stůl na stabilizačních	ANO	Elektrické zasunutí a vysunutí koleček Produktový list str.5 a 6



	válčích či aretačních kolících a to s garancí 100% stability při všech operačních výkonech a se zajištěním nosnosti ve všech polohách a polohách v zatížení.		
1.12	Elektrické polohování: <ul style="list-style-type: none">• nahoru/dolu,• Trendelenburg/antiTrendelenburg,• laterální náklony,• zádová sekce,• nožní segmenty vertikálně stavitelné,• podélný posun.	ANO	Produktový list str.9
1.13	Elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače.	ANO	Produktový list str.7
1.14	1ks Bezdrátový dálkový ovladač. Dodání včetně dokovací stanice nebo včetně kabelu pro nabíjení ze stolu. 1ks kabelový ovladač.	ANO	
1.15	Stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu min. 600–1050 mm (bez polstrování).	ANO	Produktový list str.9
1.16	Zabudovaný záložní ovladač v boku základny (musí být zajištěn neomezený přístup k ovladači) operačního stolu s indikací stavu baterie.	ANO	Návod Meera str.26
1.17	Deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě.	ANO	Návod Meera str.44
1.18	Minimální rozsah laterálního náklonu $\pm 20^\circ$.	ANO, $+20^\circ$	Produktový list str.9
1.19	Elektrické nastavení – pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. $+70^\circ/-40^\circ$.	ANO, $+70^\circ/-40^\circ$	Produktový list str.9
1.20	Elektrické nastavení – rozsah polohy trendelenburg/antitrendelenburg min. $\pm 25^\circ$.	ANO, $25^\circ/35^\circ$	Produktový list str.9
1.21	Minimální rozsah flex pozice – minimálně $\pm 40^\circ$.	ANO	Návod Meera str.102
1.22	Minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou min. $80^\circ/-90^\circ$.	ANO $80^\circ/90^\circ$	Produktový list str.9
1.23	Podélný posun min. 300 mm.	ANO, 310 mm	Produktový list str.9
<u>Příslušenství</u>			
1.24	1x podložka ruky anesteziologická stavitelná	ANO	Katalog příslušenství – str. 40, kód 1001.6000
1.25	1x podložka ruky anesteziologická	ANO	Katalog příslušenství – str. 40, kód 1001.6000
1.26	2x fixace ruky (úchytka zápěstí)	ANO	Katalog příslušenství – str. 43, kód 1002.24C0
1.27	1x infuzní stojan na upínání ke stolu	ANO	Katalog příslušenství – str. 18, kód 4009.3000



1.28	2x nastavitelný fixační pás na tělo pacienta, fixační pás na nohy, fixační pás na shauty	ANO	Katalog příslušenství – str. 26, kód 1001.56B0; str. 67, kód 1001.57A0
1.29	1x anesteziologický rám	ANO	Katalog příslušenství – str. 17, kód 1002.57A0
1.30	1 pár ramenní podpěry pro eurolištu	ANO	Katalog příslušenství – str. 22, kód 1002.09C0
1.31	2x boční zarážka stavitelná stranově i výškově	ANO	Katalog příslušenství – str. 20, kód 1002.19C0
1.32	2x rameno k boční zarážce	ANO	Katalog příslušenství – str. 20, kód 1002.11A0
1.33	1 pár mechanické (gynekologické) shauty včetně upínacích svorek	ANO	Katalog příslušenství – str. 59, kód 1001.65A0
1.34	1 pár tzv. „amerických botiček“	ANO	Katalog příslušenství – str. 58, kód 1003.80A0; str. 58, kód 1003.81A0
1.35	1x odpadový set s odtokem propojitelný s operačním stolem	ANO	Katalog příslušenství – str. 53, kód 1160.55BC, kód 1160.56A0
1.36	1x hlavový díl s dvojitou artikulací pro záklon hlavy	ANO	Katalog příslušenství – str. 118, kód 1003.7400
1.37	gelové podložky – pod hlavu (kroužek), pod tělo, ruku, nohy, lýtka, paty, pod kolena	ANO	Katalog příslušenství – str. 110, kód 4006.02A0; str. 113, kód 4006.06A0; str. 115, kód 4006.12A0; str. 116, kód 4006.17A0; str. 117, kód 4006.16A0
1.38	1x prodlužující pánevní díl s gynekologickým výřezem	ANO	Katalog příslušenství – str. 53, kód 1160.55BC
1.39	1x vozík na příslušenství	ANO	Katalog příslušenství – str. 24 (kód 1003.48A0)
1.40	Dodání veškerých pomůcek a nástrojů, potřebných k upínání požadovaného příslušenství (dodání dostatečného množství upínacích svorek pro bezpečné napojení veškerého příslušenství operačního stolu).	ANO	Ano, součástí příslušenství
Ostatní požadavky			
1.41	Napájení 230V/50Hz	ANO	

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatelé uvedou kromě informace o splnění požadavku i konkrétní hodnotu požadavku tam, kde je to z povahy požadavku možné.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: **I**
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): **nevyžaduje se**