

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Lázně Bělohrad a.s., se sídlem Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 46504834, spisová značka: B 634 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, kontaktní adresa: verejne.zakazky@belohrad.cz

Zastoupená: Ing. Jaromírem Ferbrem, předsedou představenstva a Ing. Davidem Ferbrem, místopředsedou představenstva

(dále „*kupující*“)

a

BTL zdravotnická technika, a.s., se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, IČO: 26884143, spisová značka: zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3889, kontaktní adresa: Šantrochova 16, Praha 6, 164 00, obchod@btl.cz

Zastoupená: Ing. Radovanem Sedlářem, Prokuristou

(dále „*prodávající*“)

(dále společně „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 8. 2023 (dále „*dodatek*“), zahrnující změnu čl. 3 odst. 3.1, tohoto znění:

3 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

3.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc do 29. 9. 2023.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 8. 8. 2023 zůstávají beze změny.

Specifikace věci je uvedena v příloze č. 1.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.


Dne 1. 9. 2023

Dne 4. 9. 2023

Ing. Jaromír Ferbr, předseda představenstva

Ing. Radovan Sedlář

Ing. David Ferbr, místopředseda představenstva

 zdravotnická technika

BTL zdravotnická technika, a.s.
162 00 Píseň B. Šantovceva 14
Telefon: 238 365 006 / 238 365 332
IČO: 25220000, DIČ: CZ25220000

Příloha č. 1: Specifikace věci

Elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou a UZ s možností připojení HandsFree aplikátoru

Specifikace věci

Specifikace:

- kombinovaný přístroj elektroléčba + ultrazvuk,
- integrovaná vakuová jednotka,
- barevný dotykový displej o velikosti min. 6", zaručující přehlednou a snadnou obsluhu,
- 2-kanálová elektroléčba s širokým spektrem volby typu proudu,
- HVT (vysokonapěťová terapie),
- UZ multifrekvenční hlavice o ploše min. 5 cm²,
- UZ multifrekvenční hlavice o ploše min. 1 cm²,
- ultrazvukové hlavice musejí být předehřívány a vodotěsné,
- možnost současného připojení dvou UZ aplikátorů,
- dvojitá indikace kontaktu hlavice (na displeji + akustická signalizace),
- bezobslužný UZ aplikátor s rotujícím polem osazený alespoň 6 krystaly,
- kontinuální a pulzní režim,
- intenzita UZ v kontinuálním i pulzním režimu min. 2 W/cm²,
- vakuové elektrody s možností nastavení v kontinuálním režimu a pulzním režimu, s nastavitelnou frekvencí v alespoň 4 krocích v rozsahu 5-20 pulzů/min.,
- autokalibrace ultrazvukových sond,
- automatická detekce a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství,
- test kvality elektrod a patientských kabelů,
- knihovna předvolených terapií a anatomická navigace s filtrováním a vyhledáváním,
- vestavěná uživatelská příručka a nápověda,
- databáze pacientů,
- celý systém umístěn na mobilním přístrojovém vozíku pro snadnou manipulaci a vybaven držákem aplikátorů a min. 4 přihrádkami pro uložení příslušenství.