

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Lázně Bělohrad a.s., se sídlem Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 46504834, spisová značka: B 634 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, kontaktní adresa: verejne.zakazky@belohrad.cz

Zastoupená: Ing. Jaromírem Ferbrem, předsedou představenstva a Ing. Davidem Ferbrem, místopředsedou představenstva

(dále „*kupující*“)

a

BTL zdravotnická technika, a.s., se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, IČO: 26884143, spisová značka: zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3889, kontaktní adresa: Šantrochova 16, Praha 6, 164 00, obchod@bt1.cz

Zastoupená: Ing. Radovanem Sedlářem, Prokuristou

(dále „*prodávající*“)

(dále společně „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 25. 7. 2023 (dále „*dodatek*“), zahrnující změnu čl. 3 odst. 3.1, tohoto znění:

3 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

3.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc do 29. 9. 2023.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 25. 7. 2023 zůstávají beze změny.

Specifikace věci je uvedena v příloze č. 1.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne 17. 8. 2023

Dne 18. 8. 2023

Za Lázně Bělohrad a.s.:

BTL zdravotnická technika, a.s.:

Ing. Jaromír Fejbr, předseda představenstva

Ing. Radovan Sedlář
zdravotnická technika

Ing. David Fejbr, místopředseda představenstva

BTL zdravotnická technika, a.s.
Inu, 40 000 000 000 000 000 000
Telefon: 000 000 000 000 000 000
IČO: 000 000 000 000 000 000

Příloha č. 1: Specifikace věci

Lymfodrenážní přístroj včetně kalhot, rukávů, rozšiřujícího pásu a rozdvojký

Specifikace věci:

Stručný popis:

Lymfodrenážní přístroj k lymfatickým masážím využívající komorové návleky na dolní i horní končetiny.

Specifikace:

- lymfodrenážní přístroj pro aplikátory na ruku a nohu,
- 12 kanálů, možnost připojení 8 – 24 komorových aplikátorů,
- automatická detekce připojeného aplikátoru,
- lymfodrenážní aplikátor – kalhoty, 24 komor, 1ks,
- lymfodrenážní aplikátor – rukáv, 8 komor, 2ks,
- nastavení tlaku komor min. 150 mm Hg,
- nastavení tlakového gradientu 0 – 100% pro jednotlivé komory,
- deaktivace vybrané komory,
- automatické vyfukování aplikátorů po skončení terapie,
- přístroj, nebo stolek vybaven pojezdem pro snadnou manipulaci,
- ovládání pomocí barevného dotykového displeje min. 5",
- grafické zobrazení probíhající činnosti na displeji,
- knihovna terapeutických protokolů,
- paměť pro programy vytvořené uživatelem (min. 80).