ARDEA one

ČEŠTINA

INVALIDNÍ VOZÍKY ARDEA

NÁVOD K POUŽITÍ

MA CP102-XX_CP110B-XX_CP115B-XX_CP200-XX_CP205-XX_CP300-XX_CP310-XX_CP520-XX_CP620-XX_CP625-XX_CP880-35 05 B_ENG_12-2022

INDEX

1.KÓDY..... STR.3
2.ÚVOD..... STR.3
3.URČENÉ POUŽITÍ..... STR.3
4.PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STR.4
5.OBECNÉ VAROVÁNÍ..... STR.4
6.SYMBOLY STR.4
7.OBECNÝ POPIS..... STR.5
7.1 Zobrazení dílů STR.5
8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ STR.6
8.1 Otevření..... STR.6
8.2 Uzavření..... STR.6
8.3 Instalace/demontáž loketní opěrky..... STR.6
8.4 Montáž/demontáž výklopné nebo zvedací opěrky nohou STR.7
8.5 Nastavení výklopné opěrky nohou STR.8
8.6 Nastavení zvedací opěrky nohou (VOLITELNĚ) STR.8
Instalace/demontáž 30cm kol
(pouze pro NEXT, DUAL a SKINNY) STR.8
Nastavení brzd u 30cm kol
(pouze pro NEXT, DUAL a SKINNY) STR.9
Instalace/demontáž 60cm kol
(pouze pro zařízení NEXT GO, DUAL GO a SKINNY GO) STR.9
Nastavení brzd u 60cm kol (pouze pro DUAL GO)..... STR.9
9. PŘED POUŽITÍM STR.10
10. UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ..... STR.10
11. NÁVOD K POUŽITÍ..... STR.10
11.1 Nastupte do vozíku..... STR.10
11.2 Vystupte z invalidního vozíku STR.10
11.3 Schody a výškový rozdíl STR.10
11.4 Použití loketní opěrky STR.11
11.5 Použití 60cm kol..... STR.11
11.6 Použití 30cm koleček STR.11
11.7 Použití úzkých koleček (pouze u modelů s rychloupínacími kolečky) STR.11
11.8 Přenášení STR.11
12. ÚDRŽBA STR.11
13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE STR.12
13.1 Obal a výplň STR.12
13.2 Rám a kovové díly STR.12
13.3 Brzdy a kola STR.12
13.4 Dezinfekce..... STR.12
14. PODMÍNKY LIKVIDACE STR.12
15. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ STR.12
16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR.12
16.1 Rozměry STR.12
16.2 Technické specifikace..... STR.13
17. ZÁRUKA STR.14
17.1 Opravy..... STR.14
17.2 Náhradní díly STR.14
17.3 Doložky o výjimkách STR.14

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1.KÓDY

CP102-xx	Řada **START1** 60 cm kola
CP110B-xx	Řada **NEXT** 60 cm kola - **výškově nastavitelná opěrka**
CP115B-xx	Řada **NEXT GO!** 30 cm kola - **výškově nastavitelná loketní opěrka**
CP200-xx	Řada **DUAL** 60 cm kola
CP205-xx	Řada **DUAL GO!** 30 cm kola
CP300-xx	Řada **PLUS** 60 cm kola
CP310-xx	Řada **PLUS GO!** 30 cm kola
CP520-xx	Řada **GO UP!** 30 cm kola
CP620-xx	Řada **SKINNY** 50 cm kola
CP625-xx	Řada **SKINNY GO!** 30 cm kola
CP880-35	Řada **KIDDY** 56 cm kola

(**B** = modrá; **xx** = označuje velikost dostupnou pro každý model invalidního vozíku, např. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; pro CP110B-CP115B-CP200 a CP205 NENÍ k dispozici velikost 45).

2.ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili invalidní vozík ARDEA ONE od společnosti Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat výrobek, který jste si vybrali, a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

Poznámka: před použitím zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozené při přepravě, a vyzkoušejte je. V případě poškození, zařízení nepoužívejte. Pro další instrukce kontaktujte svého prodejce.

3.URČENÉ POUŽITÍ

Tento invalidní vozík je určen pro osoby s pohybovými problémy a může být používán samostatně (pokud je vybaven velkými zadními koly), nebo s pomocí obsluhy.
Ve všech případech je však pro různá potřebná nastavení nutný zásah obsluhy.

POZOR!

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

ČEŠTINA

4.PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny MANUÁLNÍ KŘESLA - ARDEA ONE je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.
Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabičce NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od poslední vyrobené šarže.

Poznámka: Kompletní kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5.OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání přístroje si pečlivě prostudujte následující návod k obsluze.
- Správné použití přístroje vždy konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění osob.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí
- Nezvedejte invalidní vozík za odnímatelné části, které by se mohly při zvedání náhodně uvolnit.
- Uživatel a/nebo pacient musí ohlásit každou závažnou nehodu, ke které dojde v souvislosti s prostředkem, výrobci a příslušnému orgánu státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.

6.SYMBOLY

REF	Kód výrobku	LOT	Dávka šarže
MD	Zdravotnické zařízení	UDI	Jedinečná identifikace zařízení
CE	Označení CE		Přečtěte si návod k použití
	Výrobce		Podmínky likvidace
SN	Sériové číslo		Max. hmotnost nákladu

7.OBECNÝ POPIS

7.1 Zobrazení dílů

Komponenty se mohou měnit v závislosti na zvoleném modelu:



A - Rám
B - Sada klíčů pro montáž



C - Výklopná opěrka nohou



D - 30 cm kolečka
(průměr 30 cm)



E - 60 cm kola
(průměr 60 cm)



F - 50 cm Kola pro malé prostory



G - 56 cm kola - dětský model

ČEŠTINA

8.MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

8.1Otevření

(OBR.1) Obrázek pro ilustraci

Poznámka: dodržujte bezpečnostní pokyny v této příručce.

- Uchopte madla a zatáhněte za ně směrem ven, poté stiskněte sedadlo, dokud se vozík zcela neotevře (OBR. 1).

8.2Uzávěrka

(OBR.2) Obrázek pro ilustraci

- Silně zvedněte sedadlo a zavřete vozík. Zatlačte na rukojeti, aby se zavřely (OBR. 2).

8.2Instalace/demontáž loketní opěrky

CP102-xx / CP110B-xx / CP115B-xx / CP520-xx / CP880-35

(OBR.3) Obrázek pro ilustraci

(OBR.4) Obrázek pro ilustraci

CP300-xx / CP310-xx / CP200-xx / CP205-xx

(OBR.3A) Obrázek pro ilustraci

(OBR.4A) Obrázek pro ilustraci

CP620-xx / CP625-xx



A - Tlačítko
B - Kolík pro zastavení

(OBR.3B) Obrázek pro ilustraci

- Umístěte zadní stranu loketní opěrky do zadní části a poté je převrácením zahákněte do přední části (obr. 3, obr. 3A).
- Zasuňte trubky do jejich držáků a spusťte správně zajišťovací sponu (obr. 3B).
- Chcete-li opěrku vyjmout, odemkněte ji stisknutím přední uvolňovací páčky, poté ji převraťte a vyjměte zatažením za zadní uvolňovací páčku (obr. 4, obr. 4A).
- Pro vyjmutí stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a poté jej zvedněte nahoru (obr. 3B).

8.3Instalace/demontáž výklopné nebo zvedací opěrky nohou

- Montáž výklopné nebo zvedací opěrky nohou provedete tak, že namontujete desky závěsů na opěrce nohou na čepy závěsů na rámu invalidního vozíku. Zatlačte opěrku nohou směrem dovnitř invalidního vozíku, dokud nezapadne na své místo (obr. 5).
- Opěrku nohou vyjměte tak, že zatlačíte na uvolňovací páčku opěrky nohou, otočíte ji směrem ven a zvednete opěrku nohou z čepů závěsu.

(OBR.5) Obrázek pro ilustraci

ČEŠTINA

8.4Nastavení výklopné opěrky nohou

(OBR.6) Obrázek pro ilustraci

- Chcete-li nastavit délku opěrky nohou, odjistěte bezpečnostní páčku dole na levé straně,
pak stiskněte tlačítko, posuňte trubku až k požadovanému otvoru a znovu ji zajistěte. bezpečnostní páku. (OBR.6)

8.5Nastavení zvedací opěrky nohou (VOLITELNĚ)

(OBR.7) Obrázek pro ilustraci

- Chcete-li nastavit délku opěrky nohou, odjistěte bezpečnostní páčku dole na levé straně,
pak stiskněte tlačítko, posuňte trubku až k požadovanému otvoru a znovu zajistěte bezpečnostní páčku. (Obr.7) (P)
- Výšku opěrky nohou nastavíte stisknutím páčky (obr. 7) (L) a uvolněním ji zajistíte v požadované výšce.

8.6Instalace/demontáž 30cm kol (pouze pro NEXT, DUAL a SKINNY)

Umístěte kolečko do otvoru v rámu invalidního vozíku.



(OBR.8) Obrázek pro ilustraci

Pouze pro rychloupínací kola

- Odstraňte plastovou krytku a zatlačte na kolo, dokud nezapadne na místo (obr. 8).
- Demontáž kol: stiskněte tlačítko na středu kola a kolo vyjměte (obr. 8).

Pouze pro kola s pevnou nápravou (pouze pro SKINNY)

- Umístěte malé kolečko a zablokujte ho maticí.
- Chcete-li kolo vyjmout, vyšroubujte matici a vyjměte malé kolečko.

8.7Nastavení brzd s 30cm koly (pouze pro NEXT, DUAL a SKINNY)



(OBR.9) Obrázek pro ilustraci

- Po instalaci 30 cm kol nasaďte na frézku brzdu.
  Zařízení zajistěte utažením imbusových klíčů (obr. 9).

Poznámka: nastavte brzdové zařízení tak, aby vytvářelo správný tlak pro bezpečné zajištění kolečka.

8.8Instalace/demontáž 60cm kol (pouze pro NEXT GO, DUAL GO a SKINNY GO)

Umístěte kolo do středového otvoru na rámu invalidního vozíku.

Pouze pro rychloupínací kola

- Odstraňte plastovou krytku a zatlačte na kolo, dokud nezapadne na místo (obr. 10).
-
- Vyjmutí kol: stiskněte tlačítko na středu kola,
  a vyjměte kolo (obr. 10).

Pouze pro kola s pevnou nápravou (SKINNY GO)

- Umístěte velké kolo a zablokujte ho maticí.
- Odšroubujte matici a vyjměte velké kolo.

8.9Nastavení brzd u 60cm kol (pouze pro DUAL GO)

- Po instalaci 60 cm kol nasaďte na frézu brzdu. Zařízení zajistěte utažením imbusových klíčů (OBR. 11).

Poznámka: nastavte brzdové zařízení tak, aby vytvářelo správný tlak pro bezpečné zajištění kolečka.

(FIG.11) Obrázek pro ilustraci

ČEŠTINA

9.PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte použití mechanických částí, abyste zajistili bezpečné používání zařízení pro osoby a věci.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny. Pečlivá kontrola správné montáže zadních kol
- Zajistěte dobrou regulaci brzdových rukojetí.
- Zkontrolujte, zda je sedadlo zcela otevřené. Pokud ne, zatlačte sedadlo z bočního rámu dolů.

10.UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Nepoužívejte invalidní vozík jako sedadlo ve vozidle.
- Zkontrolujte, zda jsou rukojeti brzd řádně seřízeny a správně fungují.
- Vyvarujte se zachycení prstu do kol nebo brzd během používání invalidního vozíku.
- Zvýšení teploty vozíku při dlouhodobém pobytu na slunci

11.JAK POUŽÍVAT

Poznámka: viz kapitola "VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ".

POZOR!

- Pokud máte dostatečnou pohyblivost a sílu v horní části těla, můžete na vozík nasedat a z něj vystupovat samostatně.
- Nestůjte na odnímatelných částech

PŘI NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ Z VOZÍKU NESTŮJTE NA OPĚRKÁCH NOHOU, HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ!!!

11.1Nastupte si na invalidní vozík

1. Umístěte invalidní vozík co nejblíže k sobě.
2. Zapněte blokování kol . Doporučujeme odstranit područku, aby se pacientovi lépe nastupovalo do vozíku.
3. Opřete se rukama o rám a pomalu klesejte k sedadlu.

11.2Vystupte z invalidního vozíku

1. Umístěte invalidní vozík co nejblíže k sedadlu, na které přesedáte.
2. Zapněte blokování kol. Doporučujeme odstranit područku, aby se pacientovi usnadnilo vystupování z vozíku.
3. Přenesení hmotnosti těla do sedadla s přenosem

11.3Schody a výškový rozdíl

POZOR!

Následující metody musí být použity pouze u zkušených pacientů. Pokud nejste zkušení, nechte si pomoci od asistenta!

VÝJEZD

Umístěte invalidní vozík k obrubníku, přes který se přejíždí. Vyvažte vozík na zadních kolech, abyste zvedli přední kola natolik, abyste je mohli opřít o překážku. Ohněte trup dopředu a energicky zatlačte na zábradlí. Pokračujte v tlačení, dokud zadní kola nepřelezou překážku.

SJEZD

Pro sjezd ze schodů postupujte opačně, zadní stranu vozíku umístěte k obrubníku, držte se rázně madel a pomalu sjíždějte z překážky; poté vyvažte vozík na zadních kolech, abyste dokončili sjezd.

POZOR!

Tuto metodu doporučujeme používat pouze v případě, že je překážka nižší než 10 cm!

11.4Použití loketní opěrky

Opěrka rukou může být sklopná, odnímatelná nebo sklopná a odnímatelná.

Překlopná záda - tato funkce je užitečná, když musíte nastoupit nebo vystoupit z vozíku. Stiskněte uvolňovací páčku a poté otočte opěrku.

11.5Použití 60cm kol

Zadní 60cm kola se používají při vlastním pohonu.

Uchopte zábradlí a projeďte požadovaným směrem.

11.6Použijte 30cm kola

Zadní 30cm kola se používají, když je sbor poháněn asistentem pomocí rukojetí.

11.7Použijte úzká kolečka (pouze u modelů s rychloupínacími kolečky)

Bezpečnostní kolečka se používají k překonávání úzkých prostor (výtah apod.) Chcete-li použít bezpečnostní kolečka, vyjměte zadní 60cm kolečka.

11.8Přeprava

Invalidní vozík byl navržen tak, aby se dal snadno přenášet.

Po vyjmutí loketní opěrky a opěrky nohou je lze zavřít a snadno umístit například do zavazadlového prostoru automobilu. Pokud to není možné, umístěte invalidní vozík před zadní sedadlo automobilu tak, aby byl stabilní a nemohl sklouznout nebo se posunout. Invalidní vozík zajistěte bezpečnostním pásem.

12.ÚDRŽBA

Zařízení **ARDEA ONE** od společnosti Moretti jsou po uvedení na trh pečlivě kontrolována a dodávána se značkou ES. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat přístroj zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří každé 2 roky. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly. Před použitím postupujte podle kapitoly "PŘED POUŽITÍM".

Invalidní vozíky Moretti **ARDEA ONE** vyžadují několik základních a pravidelných úkonů údržby, níže uvádíme seznam kontrol, které je třeba pravidelně provádět.

brzdný výkon	měsíční
čištění sedadel	podle potřeby

ČEŠTINA

13.ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

13.1Obal a polstrování

Potah a polstrování jsou z nylonu. Čistěte teplou vodou a jemným mýdlem.

13.2Rám a kovové části

Čistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Osušte měkkým hadříkem, abyste obraz nepoškrábali.

13.3Brzdy a kola

Kola čistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Dávejte pozor při sušení kol, je nebezpečné používat vozík s mokrými koly.

13.4Dezinfekce

pokud potřebujete přístroj dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční čisticí

prostředek Poznámka: nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní prostředky.

14.PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte vkládací kontejner na komunální odpad. Invalidní vozík doporučujeme odevzdat na příslušných místech k recyklaci.

15.NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly naleznete pouze v hlavním katalogu MORETTI.

16.TECHNICKÉ VLASTNOSTI

16.1Rozměry

ROZMĚRY A HMOTNOST

Opatření v cm																	
CP102-38	113	83	43	90	74	49	42÷56	38	43	56	27	17,5	60	20	-	120
CP102-40								40		58						
CP102-43								43		61						
CP102-45								45		63						
CP102-46								46		63,5						
CP102-48								48		65						
CP110B-40	105	81	43	90	73	49	41÷56	40	42	58	26	18,5	60	20	-	150
CP110B-43								43		61						
CP110B-46								46		64						
CP110B-48								48		66						
CP110B-50								50		68						
CP200-38	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	38	41	56	29	19,5	60	20	4	150
CP200-40								40		58						
CP200-43								43		61						
CP200-45								45		63						
CP200-46								46		64						
CP200-48								48		66						
CP200-50								50		68						

ROZMĚRY A HMOTNOST

Opatření v cm																
CP300-50	118	90	48	92	73	52	43÷57	50	41	73	32	26	60	20	-	200
CP300-55								55		78						
CP300-60								60		83						
CP620-40	100	73	41	92	80	53	45÷57	40	37	51	26	16,5	50	18	-	110
CP620-43								43		54						
CP880-35	94	74	36	86÷99	62	42	37÷42	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100

Opatření v cm																
CP115-40	98	75	41	92	76	50	41÷56	40	43	53	25	18,5	30	20	-	150
CP115-43								43		56						
CP115-46								46		58,5						
CP115-48								48		61						
CP115-50								50		63						
CP205-38	104	76	42	90	71÷80	49	41÷55	38	41	52	25	17,5	30	20	4	150
CP205-40								40		54						
CP205-43								43		57						
CP205-45								45		59						
CP205-46								46		59,5						
CP205-48								48		62						
CP205-50								50		64						
CP310-50	104	77	48	92	70	52	43÷57	50	39	63	30	21	32	20	-	200
CP310-55								55		68						
CP520-40	99	73	42	93	72	48	42÷56	40	42	55	26	17,5	30	20	-	150
CP520-43								43		58						
CP520-45								45		60						
CP520-46								46		60,5						
CP520-48								48		63						
CP625-40	88	61	41	92	80	53	45÷57	40	37	51	26	16,5	30	18	-	110
CP625-43								43		54						

*Rozměry se mohou změnit o ± 0,5 cm.

16.2Technické specifikace

- **Ocelový rám**
- **Maximální hmotnost** pro **CP102: 120 kg** - pro **CP110B, CP115B, CP200, CP205, CP520: Pro CP300, CP310: 200 kg** - pro **CP620, CP625: 110 kg** - pro **CP880-35: 100 kg**
- **Přední kola:** 20 cm PU
- **Přední kola (dětský model): Dětská kola (**15 cm): PU
- **Zadní malá kola:** 30 cm PU
- **Zadní velká kola:** 60 cm PU
- **Zadní velká kola (dětský model):** 56cm
- **Tkanina:** Nylon
- **Odolnost proti vznícení:** materiály použité na potah a výplň byly ošetřeny metodami uvedenými ve směrnici EN1021-1/2.
- **Referenční normy:** EN12183
- **Teplota prostředí**: -20°C/+ 40°C

- **Skladování:** skladujte na chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla, např. slunečního záření (doporučená teplota mezi +10 °C a +40 °C).

17.ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu 2 let od data zakoupení, s výjimkou možného vyloučení nebo omezení, jak je uvedeno níže. Záruka se nevztahuje na případné škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami a na záruku, která neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správný účel použití je uveden v tomto návodu. Společnost Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob nebo cokoli jiného, co bylo způsobeno chybnou instalací nebo nesprávným používáním nebo v souvislosti s nimi. Záruka Moretti se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku: přírodní katastrofy, neautorizované údržby nebo oprav , závad způsobených problémy na přívodu elektrické energie (v případě potřeby), použití náhradních dílů, na které se nevztahuje záruka Moretti, nesprávného použití, neautorizovaných změn, poškození při přepravě (odlišné od originální zásilky Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby uvedené v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

17.1Oprava

Záruční oprava: Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na závadu může vztahovat záruční oprava: Pokud se na výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na závadu může vztahovat záruční oprava. Společnost Moretti může podle svého nezpochybnitelného uvážení položku opravit nebo vyměnit, a to u prodejce Moretti nebo v centrále společnosti Moretti. Náklady na práci mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje záruku.

Na opravu se nevztahuje záruka: Výrobek mimo záruku lze zaslat po autorizaci Moretti. Náklady na práci a dopravu zboží mimo záruku hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy se vztahuje záruka 6 měsíců od obdržení zboží.

Nepoškozené zařízení: Zákazník bude informován, pokud Moretti po vrácení a kontrole zařízení prohlásí, že zařízení není vadné. V takovém případě bude zboží zasláno zpět zákazníkovi, poštovné hradí zákazník.

17.2Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 měsíců od data převzetí.

17.3Doložky o vynětí

Společnost Moretti neposkytuje žádná další prohlášení, výslovné nebo implicitní záruky nebo podmínky, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv a nezasahování, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v této záruce. Společnost Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné používání. Doba trvání případných implicitních záruk, které mohou být uloženy ze zákona, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení pro náhodné škody. V takových zemích se některé z těchto vyloučení nebo omezení nemusí na uživatele vztahovat. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

ČEŠTINA

ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní prodejce _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11
www.morettispa.com **e-mail: info@morettispa.com**
MADE IN P.R.C.