

# Audiometrická kabina pro tónovou a slovní audiometrii

## Příloha č. 5.- Minimální technické požadavky

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
<b>Audiometrická kabina pro tónovou a slovní audiometrii</b>			
.....SONCAB 101222..... (uvedte nabízený typ)			
<b>Specifikace přístroje</b>			
Velikost kabiny min vnitřní rozměr 120 cm x 100 cm	min 120 x 100 cm	ANO	
Akustické vlastnosti - kabina musí splňovat evropskou normu ČSN EN 8253	ANO	ANO	
Neprůzvučnost kabiny - vážený rozdíl hladin DW' = 37 dB.	<b>max 37 dB</b>	ANO	
Dveře levé (pravé) velikost 800 x 2000 mm s prahem výšky 100 mm	ANO	ANO	
Sklopná sedačka (nebo pevná)	ANO	ANO	
Vnitřní LED osvětlení přes vypínač	ANO	ANO	
Ventilační systém - pozitivní kominový efekt v odhlučněném labyrintu v podlaze a stropu	ANO	ANO	
Propojovací krabička pro připojení audiometru	ANO	ANO	
Reproduktory pro volné pole	ANO	ANO	

### Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavatel sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".