

Nemocnice Břeclav, p.o.  
U Nemocnice 3066/1  
690 02 Břeclav  
tel.: [REDACTED]  
fax.: [REDACTED]

IČO: 00390780  
DIČ: CZ00390780  
Bank.spoj.: [REDACTED]

## OBJEDNÁVKA č.: 10222/2023-6

Značka: 10222/2023-6  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Dräger Medical, s.r.o.  
Obchodní 124  
251 01 Čestlice

Datum: 09.08.2023

Objednáváme u Vás:

provedení BTK dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a dodržení zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, včetně vystavení protokolů.

Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízení
1.	Tech.kontrola	Název zařízení: MOSTY ZDROJOVÉ Typ zařízení: UR2-UV Vyr.číslo: Inv.číslo: Nákl.středisko: 01 28 03 03 Umístění: Interní oddělení – MOJIP (16 lůžek) Třída: IIb
2.	Tech.kontrola	Název zařízení: MOSTY ZDROJOVÉ Typ zařízení: UR2-UV Vyr.číslo: Inv.číslo: Nákl.středisko: 01 31 03 02 Umístění: Neurologické oddělení – MOJIP (6 lůžek) Třída: IIb

Předpokládaná cena: 49000,00Kč

[REDACTED]

[REDACTED]

**V případě nutných oprav zašlete, prosím, cenový návrh.**

**Originál protokolů, prosím, zaslat na Oddělení zdravotní techniky [REDACTED]**

[REDACTED]

Nemocnice Břeclav, p.o.  
U Nemocnice 3066/1  
690 02 Břeclav  
tel.: [REDACTED]  
fax.: [REDACTED]

IČO: 00390780  
DIČ: CZ00390780  
Bank.spoj.: [REDACTED]

## OBJEDNÁVKA č.: 10239/2023-6

Značka: 10239/2023-6  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

Dräger Medical, s.r.o.  
Obchodní 124  
251 01 Čestlice

E-mail: [REDACTED]

Datum: 15.08.2023

Objednáváme u Vás:

provedení BTK dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a dodržení zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, včetně vystavení protokolů.

---

### Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

---

1. Tech.kontrola	Název zařízení:	SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ
	Typ zařízení:	SOLA 300 (Dräger)
	Výr.číslo:	[REDACTED]
	Inv.číslo:	8794
	Nákl.středisko:	01 28 03 03
	Umístění:	Interní oddělení - MOJIP
	Třída:	I

---

Předpokládaná cena: 6000,00Kč

# Servisní nabídka NABISIP230392



PBTK 2023

Strana 1

## Odběratel

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1

69002 Břeclav

Czech Republic


DIČ CZ00390780  
IČ 00390780

Číslo odběratele Z1033  
Vaše poptávka/obj. 10222/2023-6; 10239/2023-6  
**Nabídka platná do**  
Způsob dodávky  
Prodejce  
Telefonní číslo  
e-mail

Způsob platby	Bankovní převod	Datum vystavení	21.09.23
Platební podmínka	30 dní		

Cena nabídky je předpokládána, bude fakturováno dle skutečnosti.

Číslo předmětu servisu	Číslo zboží	Sériové číslo	Popis	Záruka
CZ204264	LH3002			
CZ204265	VK0001			
CZ204266	UV0001			
CZ204267	UV0001			
CZ204268	UV0002			
CZ204269	UV0002			
CZ204270	UV0002			
CZ204271	UV0002			
CZ204272	UV0003			
CZ204273	UV0003			
CZ204274	LH3002			
CZ204275	VK0001			
CZ204276	VK0001			
CZ204277	LH3002			
CZ211919	3721			
CZ211920	3615			
CZ221423	UNI-IP SERVIS			




# Servisní nabídka NABISIP230392

PBTK 2023



Strana 2

# Dräger

CZ221424 UNI-IP  
SERVIS  
CZ221425 UNI-IP  
SERVIS  
CZ221426 UNI-IP  
SERVIS  
CZ221427 UNI-IP  
SERVIS  
CZ233794 G97780



Řádek servisu	Sériové č. předmětu servisu	Číslo	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka	Celková částka s DPH
10000000002 3142		S200333	Obj. č. 10239/2023-6 PBTK Sola 300 - na 24 m.						
			Obj. č. 10222/2023-6 F - 1.NP - Neurologická JIP						
2011022704		S200212	Kontrola signalizace alarmu						
19-4264		S200200	PBTK panelu RSP / man.						
0205/11		S200204	PBTK instalačního mostu						
0206/11		S200204	PBTK instalačního mostu - 2 l.						
0210/11		S200204	PBTK instalačního mostu - 3 l.						
0153/11		S200208	Kontrola ventilové skříně						
		CFFD 1005-A	Víčko R05 - bílý RAL 9100						
		CFFD 0005	Těsnění rychlospojky						
		CFFJ 1104	Pružina ventilu R06						
		CFFJ 1003	Ventil R06						
			F - 1.NP - Kardiologická, Metabolická JIP						
0212/11		S200202	PBTK instalační rampy						
0213/11		S200202	PBTK instalační rampy						
0214/11		S200202	PBTK instalační rampy						
2011022701		S200212	Kontrola signalizace alarmu						
0204/11		S200204	PBTK instalačního mostu						
0207/11		S200204	PBTK instalačního mostu - 2 l.						
0208/11		S200204	PBTK instalačního mostu - 2 l.						
0209/11		S200204	PBTK instalačního mostu - 2 l.						
0211/11		S200204	PBTK instalačního mostu - 3 l.						




# Servisní nabídka NABISIP230392

# Dräger


PBTK 2023

Strana 3

19-4265	S200200	PBTK panelu RSP / man.
19-4266	S200200	PBTK panelu RSP / man.
19-4268	S200200	PBTK panelu RSP / man.
19-4267	S200200	PBTK panelu RSP / man.
0154/11	S200208	Kontrola ventilové skříně
0155/11	S200208	Kontrola ventilové skříně
	S200101	Oprava zařízení
	0326	Zásuvka žlutá Reflex SI bez signalizace
	CFFD 1005- A	Víčko R05 - bílý RAL 9100
	CFFJ 1003	Ventil R06
	CFFD 0005	Těsnění rychlospojky
	CFFJ 1104	Pružina ventilu R06
	2307	Žárovka PL-C 10/83 10W 2 pin
	7892	Zdroj MSD impulsní I4 - starý typ
	S200119	Ubytování
	S200110	Čas na cestě 1. technik
	S200111	Dopravné



Celkem CZK 53 071,00 64 215,91



**Předmět:** [EXTERNÍ ZPRÁVA] RE: CN (objednávka 10222/2023-6, objednávka 10239/2023-6)

**Od:** [REDACTED]

**Datum:** 25.09.2023 12:27

**Komu:** [REDACTED]

Internal

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávek.

S přáním hezkého dne / Have a nice day

[REDACTED]  
Service Support

Dräger Medical s.r.o.  
Na Vyšehradě 1098  
572 01 Polička, Czech Republic

Technology for Life



**From:** [REDACTED]

**Sent:** Monday, September 25, 2023 12:25 PM

**To:** [REDACTED]

**Subject:** CN (objednávka 10222/2023-6, objednávka 10239/2023-6)

Dobrý den,

v příloze zasílám odsouhlasený CN. Prosím o potvrzení přijetí objednávek.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne