

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** CHEIRÓN a.s.Kukulova 24
169 00 Praha 6

IČ : 27094987

DIČ : CZ27094987

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Řada dokladu : 003

Číslo dokladu : 301107

Sklad : 100.00400.004

Zakázka :

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Místo určení : Klatovská nemocnice, a.s.Plzeňská 929
339 01 Klatovy**Odběratel :** Klatovská nemocnice, a.s.Plzeňská 929
339 01 Klatovy

Datum pořízení : 6.9.2023

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 26360527

DIČ : CZ699005333

Vážený pane Kislingere,

na základě Vaší objednávky č. 200599 Vám zasíláme cenovou nabídku na výměnu náhradních dílů, které výrobce předepisuje nebo po vyhodnocení odborným technikem vyměnit při BTK.

U monitorů doporučuje výrobce každý 3 rok výměnu baterie.

PM-M05-010002-06 Baterie Lithium-ion k BeneView T5, iPM -

U pulzních oxymetrů PM-60 doporučuje výrobce každé 2 roky výměnu baterie: PM-M05-010004-08 - cena: -

Obchodní podmínky:

- platnost nabídky 3 měsíce
- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na: www.cheiron.cz

S pozdravem

Servisní oddělení

CHEIRÓN a.s.

Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň

Vystavil :

Nabídka : 003301107

Strana: 1 / 2

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** CHEIRÓN a.s.

169 00 Praha 6

Řada dokladu : 003

Číslo dokladu : 301107

Sklad : 100.00400.004

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky		Úprava ceny		Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
		MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %			
1	170 PN-115-021124-00	1 letý servisní kit WATO EX-65 (DA-), WATO EX-65 NEW (ER-)						
2	170 410823 - M-15M	Sensor O2 pro Wato, A5, A7						
3	170 PN-801-0601-00001-00	Měch pro dospělé Wato, A5						
4	170 PV-115-050785-00	1 roční kit na ventilátor SV600, SV800 bez turbíny						
		21,00		136 747,00		136 747,00		165 463,87

Celkem Kč**165 463,87**

Komu: [REDACTED]

✉ SD-18263-TO ND při BTK



Dobrý den,

požadavek byl schválen.

Komentář:[REDACTED]
Klatovská nemocnice, a.s.

Kislinger Martin, Klatovská nemocnice, a.s.

SD-18263-TO ND při BTK

Číslo požadavku: SD-18263-TO

Název požadavku: ND při BTK

Termín vyřešení: 14.09.2023 10:48:00

Řešitel:

Žadatel:

Organizace:

Email:

Služba:

SLA:

Priorita:

Podáno:

[Podrobnosti](#)**Od:** [REDACTED]**Odesláno:** 06.09.2023 13:48:28 (UTC+02:00)**Předmět:** ND při BTKKontaktní osoba a
telefonní číslo: [REDACTED]Naléhavost
incidentu:**Popis požadavku:**[REDACTED]
Klatovská nemocnice, a.s.