



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA č. 182/2023
Ev. č.: VZ 11/2023

KUPNÍ SMLOUVA

LINE T spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 163

se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný

IČ: 00507814

DIČ: CZ00507814

zastoupený: , ředitelem obchodu ČR – na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 58242141/0100

jako **prodávající** na straně jedné (dále jen „Prodávající“)

a

Nemocnice Nymburk s.r.o.

se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

IČ: 28762886 DIČ: CZ28762886

zastoupená: , jednatelkou

Bankovní spojení: KB a.s.

č.ú. 107-7705330247/0100

oprávněná osoba ve věcech smluvních: , biomedicínský inženýr

oprávněná osoba ve věcech technických: , biomedicínský technik

jako **kupující** na straně druhé (dále jen „Kupující“)

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „**Nemocniční lůžka pro Nemocnici Nymburk s.r.o.**“ – **část VZ 2** – Standardní lůžka vč. příslušenství (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), v rámci projektu s názvem „**Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.**“, reg. č. **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306**, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci Výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

kupní smlouvu:

Čl. I

Předmět smlouvy



1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží lůžka Eleganza 1-LE, Eleganza 2 s příslušenstvím a matracemi, stolký Eleganza Classic v počtu 33 ks, 8 ks, 36 ks (dále jen „zboží“, „zařízení“ nebo „předmět plnění“) včetně příslušenství, dle Specifikace uvedené včetně příslušenství (dále jen „zboží“), jehož specifikace je uvedena v příloze B této smlouvy. Zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, zabalené v originálních obalech, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je dále kompletní příslušenství, clo, balné, doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu, provedení instalační validace, včetně předání příslušných protokolů, instruktáž dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“ nebo “ZZP“), pokud se jedná o zdravotnický prostředek, popř. zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě a poskytnutí záručního servisu, včetně preventivních prohlídek.
3. Prodávající se zavazuje, že zboží, které bude předmětem jednotlivé koupě, odevzdá Kupujícímu a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží okamžikem jeho převzetí. Kupující se zavazuje, že za zboží zaplatí prodávajícímu kupní cenu, sjednanou smluvními stranami postupem uvedeným dále v této smlouvě.
4. Prodávající a Kupující se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto kontaktů:

Prodávající			
Jméno	Funkce	Telefon	Email
	Ochodní zástupce		
Kupující - Pověřená osoba			
Jméno	Funkce	Telefon	Email
	Biomedicínský inženýr		
	Biomedicínský technik		

ČI. II

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je cenou smluvní a byla sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH činí: 2 402 520,80 Kč

Sazba DPH 15 a 21 % činí: 385 358,09 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 2 787 878,89 Kč

a je vytvořena na základě položkového rozpočtu/ceníku, který je přílohou A této smlouvy.



Kupní ceny jsou uvedeny s přesností na dvě desetinná místa.

2. Uvedená cena je úplná a zahrnuje veškeré poplatky náklady spojené s plněním dle čl. I, odst. 1 a 2 této smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.
3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím a zasláné Kupujícímu po protokolárním předání a převzetí zboží. **Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů** od jejího doručení Kupujícímu.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - identifikaci objednávky,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na příložený dodací list),
 - odkaz na tuto smlouvu,
 - dodací list(y).
5. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text obsahující registrační číslo projektu s názvem Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o., registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vyloučením nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Fakturace je povolena až po splnění kompletní dodávky, dílčí fakturace se nepovoluje. Kupující neposkytuje a Prodávající není oprávněn požadovat zálohy.
8. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: fu@nemnbk.cz. K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu a dodacího listu potvrzeného Kupujícím způsobem sjednaným v čl. III níže. V případě zaslání faktury elektronicky bude dodací list přiložen v naskenované podobě.
9. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu Prodávajícího.
10. Povinnost Kupujícího zaplatit je splněna dnem připsání na účet Prodávajícího. V případě opožděné platby je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

Čl. III

Místo a doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat a protokolárně předat předmět plnění **nejpozději do 6 týdnů od podpisu**



Kupní smlouvy.

2. Zboží bude dodáno na pracoviště Kupujícího: Interní a chirurgické oddělení.
3. Prodávající je podle této smlouvy povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, popř. způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. Prodávající ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy ke Kupujícímu, tak aby nebylo zboží znehodnoceno. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí Prodávajícího.
4. Prodávající se zavazuje předat zboží Kupujícímu formou písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, to vše v prvotřídní jakosti a provedení a ve sjednaném množství, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, právním předpisům a technickým normám.
5. Přesný termín dodání zboží je Prodávající povinen nahlásit Kupujícímu na kontaktní e-mail nejméně 5 pracovních dnů předem. Přesný termín dodání zboží bude následně potvrzen a odsouhlasen Kupujícím.
6. Prodávající má právo na prohlídku místa plnění, aby mohl zajistit bezproblémovou instalaci předmětu plnění. Prohlídku místa si musí prodávající domluvit minimálně 7 kalendářních dní před plánovaným dodáním předmětu plnění se zástupcem Kupujícího prostřednictvím kontaktního e-mailu.
7. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zboží. Pokud tak Kupující neučiní, není Prodávající v prodlení s dodávkou zboží.
8. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:
 - řádně dodáno, včetně příslušné dokumentace,
 - nainstalováno a uvedeno do provozu, provedena instalační validace
 - byla provedena instruktáž, popř. zaškolení příslušného personálu Kupujícího
 - řádně protokolárně předáno Prodávajícím a převzato Kupujícím v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.
9. Prodávající se zavazuje ke všem výrobkům a zboží dodávaným v rámci předmětu smlouvy dodat a doložit:
 - instalační protokol s potvrzením že přístroj je plně funkční a schopný správného provozu,
 - protokol o instalační validaci,
 - protokol o instruktáži příslušného zdravotnického personálu kupujícího dle § 41 ZZZ,
 - platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy, vč. uvedení třídy rizika zdravotnického prostředku
 - osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů (tlaková zkouška, passport tlakové nádoby, potvrzení o prvotním ověření, kalibraci apod.)
 - originální zákaznickou dokumentaci výrobce pro dodané zboží, která bude obsahovat návody k obsluze a uživatelskou dokumentaci, včetně manuálu pro software, v českém jazyce (v tištěné i elektronické podobě na CD v rozsahu shodném s originálním návodem); pokud není v návodu pro obsluhu uveden vhodný způsob čištění, desinfekce, sterilizace a případně jiné relevantní způsoby údržby dodaných zařízení, zavazuje se Prodávající Kupujícímu předat zvláštní přílohu k návodu k obsluze, ve které budou tyto informace uvedeny,
 - potřebný spotřební materiál nutný pro předvedení všech funkcí a uvedení do provozu
 - příslušenství nutné pro funkci a ověřování stavu zařízení,



- certifikát servisního technika (techniků), který je oprávněn a vyškolen k provádění periodického i mimořádného servisu,
- veškeré další podklady potřebné k užívání zboží,
- potvrzený záruční list/ předávací protokol / dodací list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky)

10. Zápis o předání a převzetí zboží, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí zboží,
- název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
- označení této kupní smlouvy,
- označení dodaného zboží (specifikace) včetně výrobního čísla (pokud je výrobní číslo uvedeno) a roku výroby,
- datum dodání,
- seznam předaných dokladů.

11. Součástí předávacího protokolu bude dále uvedení charakteristiky zboží, soupis dokladů předávaných se zbožím a soupis vad zboží. Protokol o předání a převzetí zboží smlouvy bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Dodací list a protokol o předání a instalaci přístroje je oprávněn podepsat za Kupujícího pouze zástupce ve věcech technických. Protokoly podepsané pouze zdravotnickým personálem nebudou akceptovány.

12. Pokud se při převzetí zboží vyskytnou vady nebránící užívání, je Kupující oprávněn v předávacím protokolu písemně určit lhůtu k odstranění takto vytknutých vad, při následném převzetí zboží bez jakýchkoli vad bude zboží předáno Kupujícímu opět na základě závěrečného písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

13. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí zboží zjištěny vady a/nebo nedodělky bránící užívání zboží, je Prodávající povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit a vyzvat Kupujícího prostřednictvím uživatele k novému předání a převzetí zboží. Kupující má právo zboží nepřevzít, pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a technické specifikaci zboží. Kupující není povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky bránící užívání odstraněny. V případě, že i nadále bude zboží obsahovat vady a/nebo nedodělky bránící užívání zboží, je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14. Okamžikem protokolárního předání a převzetí zboží přechází na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.

Čl. IV Záruky, práva z vad

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad, zabalené způsobem potřebným pro uchování věci a její kvalitu. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, a za vady vzniklé v záruční době.



3. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči Kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je Prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.
4. Na dodané zboží poskytuje Prodávající kupujícímu záruku v délce **24 kalendářních měsíců** od předání a převzetí zboží. Prodávající se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží použitelné k dohodnutému nebo obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání.
5. Prodávající, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako poddodavatel Prodávajícího, na základě dohody a smlouvy s Prodávajícím (dále v tomto článku jen jako „Prodávající“), se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat bezplatný servis zboží. Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
6. Záruční servis zajišťovaný Prodávajícím zahrnuje pravidelné bezpečnostní kontroly a údržbu předmětu plnění, výměnu PM kitů (včetně dodání těchto kitů) a dále odstraňování zjištěných vad včetně výměny potřebných náhradních dílů (včetně dodání těchto dílů), v případě poruchy zdarma.
7. U zboží, u kterého je předepsáno Z. č. 375/2022 Sb., nebo výrobcem či servisní organizací doporučeno, provádět bezpečnostně technické kontroly (BTK, preventivní prohlídky), se Prodávající zavazuje tyto kontroly/ preventivní prohlídky provádět po dobu záruky v intervalech dle zákona a doporučení výrobce. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího o končící platnosti BTK, a to alespoň 30 dní předem. Protokol o provedení kontroly/ prohlídky/ zašle Prodávající Kupujícímu na kontakt v čl. I nejpozději do 30 dnů od provedení. Cena za provádění těchto pravidelných kontrol/ prohlídek včetně výměny dílů, které jsou při kontrolách měněny, včetně vystavení příslušného protokolu, je zahrnuta v kupní ceně.
8. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu: servis@linet.cz , pro telefonické ověření doručení zprávy uvádí Prodávající telefonní číslo na servis: **312 576 800**. Změnu servisního střediska či kontaktních údajů se Prodávající zavazuje oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
9. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad a dále je oprávněn si zvolit mezi nároky z vad. Prodávající je povinen o jakékoli reklamaci zboží sepsat záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamace, lhůta vyřízení reklamace, podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
10. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - nárokovat dodání chybějícího plnění,
 - nárokovat odstranění vad opravou plnění,
 - nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění,
 - nárokovat slevu z kupní ceny,
 - odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.



11. Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění nahlášené vady do 48 hodin v pracovní dny od nahlášení vady Kupujícím v místě provozu. Prodávající se zavazuje odstranit vady nevyžadující použití náhradních dílů do 72 hodin v pracovní dny od nahlášení vady a u vad vyžadujících použití náhradních dílů do 5 pracovních dnů od nahlášení vady.
12. Po provedení opravy, která by mohla ovlivnit konstrukční nebo funkční prvky přístroje, přezkouší Prodávající funkčnost a bezpečnost přístroje a výsledek zaznamená do servisního protokolu, který předá Kupujícímu.
13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
14. Kupující se zavazuje za účelem provedení servisní prohlídky a/nebo opravy umožnit servisním technikům Prodávajícího přístup do předmětných prostor.
15. Opravy se budou provádět na místě instalace zařízení u uživatele Kupujícího.
16. Servis bude vykonáván servisními techniky ze servisního střediska Prodávajícího, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce.
17. Prodávající je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat platné ČSN normy a veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické předpisy.
18. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu pozáruční servis a náhradní díly a spotřební materiál nezbytný k provozu k dodanému zboží po dobu nejméně 6 let od dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
19. Prodávající se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen servisní technici) a to za podmínek níže uvedených. Prodávající je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však Kupujícímu tak jako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám.
20. Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Kupujícímu a/nebo činností svých pracovníků a/nebo činností třetí osoby, kterou pověřil prováděním servisních prací.
21. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil Kupujícímu či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti.

Čl. V

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, a to:



- na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury, pokud byla dodávka bez vad a nedostatků, pokud Kupující nezajistil nápravu, přestože byl Prodávajícím na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.
 - na straně Prodávajícího, pokud Prodávající není schopen dodat zboží dle této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 5 pracovních dní ode dne, kdy mělo být zboží dodáno a dále pokud Prodávající nezajistí plnění záručních podmínek dle čl. IV této smlouvy ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce 5 pracovních dní ode dne, kdy měl být proveden nástup na opravu nebo poskytnuto náhradní plnění, pokud Prodávající nezajistil nápravu, přestože byl Kupujícím na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. VI

Prohlášení Prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že prodejem zboží neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. Prodávající rovněž prohlašuje, že zboží je v jeho výlučném vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že kupující držením a provozováním předmětu smlouvy na území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem Evropských společenství či EU a České republiky a že předmět smlouvy je schválen k užívání na území České republiky a za tím účelem předá Kupujícímu veškeré potřebné doklady. Všechny dodávané výrobky musí být opatřeny prohlášením o shodě či prohlášením o vlastnostech ve smyslu příslušných předpisů.
3. Prodávající prohlašuje, že je výrobcem dodaného zboží nebo je výrobcem dodaného zboží nebo jeho zplnomocněným zástupcem pověřen k jeho distribuci a servisu na území České republiky a dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění a vybavení k plnění povinností dle této smlouvy. V případě že bude prodávající zajišťovat plnění závazků dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, tento poddodavatel musí adekvátně splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen servisní technici) a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Prodávající na žádost kupujícího předloží potvrzení o oprávnění k servisu předmětu plnění osoby provádějící servis.

Čl. VII

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodávkou řádně objednaného zboží, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý i započatý den prodlení.
2. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění závady či neprovedením pravidelné bezpečnostní kontroly v předepsaném termínu ve výši 300,- Kč za každý započatý pracovní den přesahující 5. pracovní den od nahlášení vady respektive za každý započatý pracovní den při nedodržení předepsaného termínu pravidelné bezpečnostní kontroly.



3. Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení se zapůjčením náhradního přístrojového vybavení ve výši 300,- Kč za každý započatý pracovní den přesahující 5. pracovní den od nahlášení tohoto požadavku.
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně fakturované ceny je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
5. Za nedodržení povinností dle podmínek uvedených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy má Kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
6. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. VIII odst. 5 této smlouvy má Kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Kupující má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
7. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvláště a v plné výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.
8. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že výše smluvních pokut se odvíjí od charakteru kupujícího jako poskytovatele zdravotních služeb, kdy předmět koupě slouží k zajištění jeho činnosti, a proto je třeba zajistit jeho řádnou a včasnou funkčnost.

Čl. VIII Ostatní ujednání

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se Prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Kupující uhradí za Prodávajícího, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Kupujícím správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen Kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.
2. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně kupní smlouvy včetně případných dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem.
3. Prodávající je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Kupujícímu či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Prodávajícího, která je předmětem této smlouvy, s



limitem pojistného plnění v minimální výši ceny dodávky předmětu této smlouvy bez DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen předložit Kupujícímu dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

4. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Prodávající prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.
6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, které se dozví o kupujícím, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných důvodů chráněny před zveřejněním. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji a zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení nevylývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti obecného soudu Kupujícího.
5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu



případných Dodatků k této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v 1 vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
9. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
10. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Prodávající je povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy:
 - a) Důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet.
 - b) Plnění výše uvedených podmínek zajistí prodávající i u svých poddodavatelů, včetně řádného a včasného plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této smlouvy.
 - c) Eliminaci dopadu na životní prostředí ve snaze o udržitelný rozvoj.

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:

Příloha A – Položkový rozpočet/ ceník předmětu plnění

Příloha B – Technická specifikace předmětu plnění

V Želevčicích dne

.....
, ředitel obchodu ČR

V Nymburku dne.....

.....
, jednatelka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha A – Položkový rozpočet/ ceník předmětu plnění

Zakázka: 10002839
Objednávka zákazníka: -

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želečice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Nemocnice Nymburk s. r. o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk | CZ
IČ: 28762886 | DIČ: CZ28762886

Příjemce / cílová adresa:

Nemocnice Nymburk s. r. o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 10.8.2023
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 30 dní
Platnost nabídky do: 31.3.2024

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Nymburk

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
10	1GTL4627-157	Eleganza 1 LE	33 KS		15%		
			00000000				

Základní lůžko

Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl

Mechanické nastavení: lýtkový díl

Ložná plocha: 4 dílná

RU:CZ Regionální provedení: Česko

Základní vlastnosti

MO:L Základní model: Eleganza 1_LE / s náklonem ložné plochy

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení

CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542

BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko

BR:18 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, 2 dvojitelné ovládané od nožní části, 2 jednozvrtné ovládané

FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů

UN:01 Typ podvozku: Standard

UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku

Postranice a čela

SR:46 Postranice: Dělené plastové postranice bez Soft-Drop

AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů

XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem

BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1

CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá

CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu

Ochranné prvky a držáky

BP:02 Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka

BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:29 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství (u hlavové části)

OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru)

Elektrická zařízení a komunikace

VO:20 Jmenovité napětí: 100 - 240 V 50/60 Hz

PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

Zakázka: 10002839

Objednávka zákazníka: -

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:00 Sesterský ovladač: Bez sesterského ovladače HC:34 Ruční ovladač: Ruční ovladač, 10 tlačítek, mechanický zámek NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Doplnění příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
20	11011430B0000	Hrazda lakovaná	33 KS 00000000		15%		
		Hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - barva RAL 9002 Umístění do pouzder D34					
30	4ROTGERSG700-2	Šedá plastová rukojeť	33 KS 00000000		15%		
		rukojeť plastová provedení: - plastový triangel - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
40	4PV17744500L	Teleskopický infusní stojan	33 KS 00000000		15%		
		Teleskopický infusní stojan - umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter) - chromovaný - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, E4, E5, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart, P1, P2					
50	4PPD21100AS	Pasivní matrace PrimaCare 10, 200x86x14				33 KS	15%
		- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelské péči. -PUR, Monoblok - Jádro je v horní části příčně a podélně prořezáno. - Možnost převrácení: NE - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: NE - Profilace kontaktní vrstvy: ANO - Voděodolný, paropropustný potah - Technologie vazby potahu: sešívání - Ochrana zipu: ANO					
60	1GRA6928-3195	Eleganza 2	8 KS 00000000		15%		
		Lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení (akutní péče) Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná Podvozek na sloupové konstrukci Základní vlastnosti MO:A Základní model: Eleganza 2 CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry					

Zakázka: 10002839

Objednávka zákazníka: -

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto	
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto	
		XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení AN:00 ANTIBAC provedení: Bez antibakteriální úpravy plastových čel a postranic CM:01 Barvy kovu: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozky CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko BR:30 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 4 brzdové páky, ovládání od hlavové části FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem UC:09 Kryt podvozku: 2 plastové kryty podvozku Postranice a čela SR:69 Postranice: Dělené plastové postranice, Soft-Drop systém spuštění s tlumičem vybavené podsvícenými ovladači AI:01 Sklonoměry: Indikátory náklonu MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámekem BE:28 Čela: Odnímatelná plastová čela design E2 s barevnou výplní CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu CDx2:00 Barva dekoru - pomocný 2: Lůžko bez dekorových dílů Ochranné prvky a držáky BP:02 Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:01 Potenciálové propojení: S potenciálním propojením LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu USB:00 USB nabíječka: Bez USB nabíječky Ovládací prvky NC:25 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač ; automatické zastavení ve 30° OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů HC:00 Ruční ovladač: Bez ručního ovladače NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call AL:00 Alarmy: Bez alarmu CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní MS:00 Monitoring system: Bez výbavy Další vlastnosti NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola CL:01 Zákaznické logo: Linet LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard A1:00 Doplnění příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Doplnění příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Doplnění příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Doplnění příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství 4 PG:01 Balení: Standard AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1						
	70	11011410B0000	Hrazda lakovaná		8 KS	15%		
		Hrazda napřimovací lakováno RAL9002 Umístění do pouzdra D34						
	80	4ROTGNR100GR-2	Šedá plastová rukojeť navíjecí		8 KS	15%		
		rukojeť plastová model: TGN-R100GR-L2 provedení: - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm						

Zakázka: 10002839

Objednávka zákazníka: -

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		- délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
90	4PV17744500L	Teleskopický infuzní stojan	8 KS 00000000		15%		
		Teleskopický infusní stojan - umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter) - chromovaný - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, E4, E5, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart, P1, P2					
100	4PPD51100AS	Pasivní matrace PrimaCare 10, 200x90x14				8 KS	15%
		- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelské péči. -PUR, Monoblok - Jádro je v horní části příčně a podélně prožráno. - Možnost převrácení: NE - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: NE - Profilace kontaktní vrstvy: ANO - Voděodolný, paropropustný potah - Technologie vazby potahu: sešívání - Ochrana zipu: ANO					
110	4SEC201-81	Eleganza Classic	36 KS 00000000		21%		
		Stolek k lůžku Eleganza Classic: MO:2 Základní model: Jídelní deska integr. CRP:G Korpus stolu: Velká spodní zásuvka CU:2 Zákaznické provedení: Pojízdny NE myčky CA:7 Kolečka - typy: 75 mm dvojitá 2 brzděná HA:C Madla: Kovová, z kulatého profilu, lakováno v barvě korpusu CM:01 RAL korpusu: RAL9002 EA6542 CD:A1 Deska barva: POLYREY 030 bílá EDG:E Hrany desek: Pro stolek s jídelní deskou: plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky A1:6 Dopl. příslušenství 1: Plastová vložka v zásuvce, Univerzální držák příslušenství LB1:00 Štítky: Standard LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet PGc:01 Balení: Standard AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka					
120	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
130	VS045	Služby servisu instalace	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
140	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		Uživatelské / servisní školení					
150	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK

Zakázka: 10002839
Objednávka zákazníka: -

SOUHRN

Celkem netto		2 402 520,80
Výstupní DPH	15,000 %	297 928,20
Výstupní DPH	21,000 %	87 429,89
Celkem brutto		2 787 878,89

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha B – Technická specifikace předmětu plnění

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 ymburk,
Zastoupený: jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

**Název
zakázky:**

Nemocniční lůžka pro Nemocnici Nymburk, s.r.o.

Evidenční číslo: VZ 11/2023

**Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu
„Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306**

je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

Část. 2 Standardní lůžka vč. příslušenství

Lůžko elektricky polohovatelné – standardní (33 ks) – Eleganza 1-LE		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
33x Lůžko elektricky polohovatelné - standardní	ANO	
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení	ANO	
stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)	ANO	
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)	ANO	
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 220kg	ANO	218 x 99,5 cm, 250 kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta	ANO	37 – 73,5 cm

volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou nesmí být menší než 120mm	ANO	125 mm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky	ANO	Minimálně 200 x 90 cm
prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra	ANO	15 cm
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta	ANO	
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta	ANO	15°
mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi	ANO	
kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů	ANO	12 dekorů
plastové dělené nerestriktivní tj. cca 3/4-ní postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem) a automatickou blokadí spuštění při zatížení pacientem zevnitř, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů	ANO	12 dekorů
ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností blokadě funkcí	ANO	
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, ovládací páky dvouzvrtné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků	ANO	125 mm
vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka	ANO	
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu	ANO	
automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)	ANO	
svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu	ANO	
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V	ANO	
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	ANO	
33x příslušenství:		
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí	ANO	
infuzní stojan výškově stavitelný - chrom/nerez	ANO	chrom
33x pasivní antidekubitní matrace	ANO	PrimaCare10
musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem	ANO	
jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO	hustota 41kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,9kPa, CRIB 5
snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	ANO	
materiál potahu dezinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO	CRIB 5

nosnost min. 150kg	ANO	200 kg
tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14cm	ANO	14 cm
Lůžko elektricky polohovatelné – prodloužené (8 ks) – Eleganza 2		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení	ANO	
stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)	ANO	
velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	ANO	
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 220kg	ANO	223 x 99,5 cm, 250 kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta	ANO	39,5 – 77,5 cm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky	ANO	Minimálně 200 x 90 cm
prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra	ANO	32 cm
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta	ANO	
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta, s indikátorem stupně náklonu	ANO	16°
oboustranné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi	ANO	
kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů	ANO	12 dekorů
hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod.	ANO	
plastové dělené postranice s ergonomickým ovládním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem), možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů	ANO	12 dekorů
bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	ANO	
oboustranně v postranicích integrované oboustranné ovladače s podsvícenou klávesnicí a ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokáce jednotlivých funkcí na všech ovladačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, automatické nastavení zádového dílu do 30°, případně další)	ANO	
kolečka s centrálním ovládním brzd ve všech 4 rozích, průměr minimálně 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládní chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků	ANO	150 mm
vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka	ANO	
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu	ANO	

automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)	ANO	
svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu	ANO	
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V	ANO	
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	ANO	
8x příslušenství:		
hrazda se samonavíjecí rukojetí	ANO	
infuzní stojan NR/chrom výškově stavitelný	ANO	chrom
8x pasivní antidekubitní matrace	ANO	PrimaCare10
musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem	ANO	
jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prožez v podélném i příčném směru s různou hustotou prožezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO	hustota 41kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,9kPa, CRIB 5
snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	ANO	
materiál potahu desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO	CRIB 5
nosnost min. 150kg	ANO	200 kg
tvárově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14cm	ANO	14 cm
Pacientský stůlek k lůžku s jídelní deskou (36 ks) – Eleganza Classic		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
pojízdný, oboustranný stůlek k lůžku	ANO	
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)	ANO	
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů	ANO	
integrováná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretačí výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg	ANO	rozsah min. 70 - 100 cm, rozměry 600 x 335 mm, nosnost 9 kg ve středu desky
kolečka o průměru minimálně 75mm, minimálně dvě kolečka brzditelná	ANO	75 mm, dvě kolečka brzditelná
provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách	ANO	
stůlek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek	ANO	
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku	ANO	
design odpovídající lůžku	ANO	