

| Stomatologické křeslo | |
|---|--|
| typ | samostatně stojící, nezávislé na těle jednotky |
| rozsah pohybu | minimální nastavitelná výška v sedáku - 370 mm a méně |
| rozsah pohybu | maximální nastavitelná výška v sedáku - 800 mm a více |
| nosnost v celém rozsahu | 180 kg a více |
| ovládání křesla | ze strany lékaře, sestry - nožním pedálem |
| opěrka pro ruce pacienta | vlevo |
| opěrka hlavy | polohovatelná |
| separátor amalgámu | účinnost odlučování 97 % a více dle normy ČSN EN ISO 11 143 |
| vnitřní paměť | pro uložení nastavení patientského křesla - 2 a více pozic (interní, nikoli externí ovládání či načítání) |
| barevné provedení | bude vybrána barva před dodáním dle katalogu dodavatele |
| | <i>ovládací panel na straně sestry</i> |
| ovládání křesla | poloha křesla, oplach plivátka, napouštění pohárku, výškově nastavitelné rameno |
| pracovní pozice | min. 4 |
| savka | malá, velká (chirurgické sání) |
| Operační světlo | LED technologie |
| Plivátko | Plivátko otočné k pacientovi, keramické, snadno demontovatelné |
| | <i>Ovládací panel na straně lékaře</i> |
| možnost nastavení pracovní pozice | poloha pacienta, ovládání plivátka a pohárku, operačního světla, pohonů s násadci |
| | min. 6 |
| -3funkční pistole | vzduch, voda sprej |
| - pozice hadice se vzduchem a kontakty pro světlo | vč. LED světelné rychlopojky a pískovací jednotky viz. popis níže |
| - pozice pro ultrazvuk | vč. LED světelného handpiece a sada koncovek pro odstranění zubního kamene - min. 6 ks koncovek (jednotlivé koncovky budou vybrány před dodáním z katalogu dodavatele) |
| - pozice pro bez uhlíkový LED světelný mikromotor | s rozsahem otáček min. 100 - 40 000/min. |
| - pozice pro bez uhlíkový LED světelný mikromotor | s rozsahem otáček min. 100 - 40 000/min. |
| - pozice intra orální kamera | intra orální kamera |
| vedení hadic | horní u všech nástrojů s možností aretace |
| délka hadic | min. 90 cm |
| ovládání stomatologických pohonů | nožní, možnost regulace výkonu stomatologických pohonů během práce s nimi |
| Monitor na soupravě | monitor umístěný na zubní soupravě, vysoké kvalitní HD rozlišení, širokoúhlý monitor minimálně 19", osazený skleněným krytem proti poškrábání, multimediální kabeláž, HDMI |
| Pískovačka - pískovací jednotka na křesle s připojením na turbínovou hadici | |
| rychlopojky | ano, na turbínovou hadici |
| ošetření | supra gingivální i sub gingivální - oba typy kanyl |
| otočná rukojeť | 360° |
| nastavení | min. 3 úrovně (jedna bez prášku jen vodou, dvě s práškem) |

Kavo E50 Life

| DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
|---|
| ano - plivátkový blok společně se stolkem lékaře samostojící |
| ano - 370 mm a méně |
| ano - ano 800 mm a více |
| ano - minimálně 185kg |
| ano |
| ano |
| ano - ve dvou osách |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano - šest pracovních pozic |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano |
| ano - koncovky na odstraňovač zubního kamene dle vlastního výběru |
| ano |
| ano |
| ano včetně komunikačního softwaru Conexio |
| ano |
| ano |
| ano - multifunkčním nožním ovladačem |
| ano - na otočném držáku |

Prophyplex 4

| DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
|--|
| ano - na připravenou rychlopojku na turbínové hadici |
| ano - obě provedení jsou v balení |
| ano - otočná rychlopojka s regulací vody |
| ano |

| Židlička | | Kavo Physio Evo | DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
|---|---|------------------------|---|
| nastavení sedáku | min. v rozmezí 47 cm - 64 cm | pozor dva (2) kusy | ano |
| sklon sedáku | nastavitelný, min. 10 stup | | ano |
| sklon opěrky zad | nastavitelný min. 25 % | | ano |
| hloubka sedáku | nastavitelná v rozsahu 350 - 410 mm | | ano |
| průměr základny | v rozmezí 450 - 540 mm | | ano |
| polstrovaní opěradla a sedáku | ergonomické | | ano - zdravotně nezávadná lékařská koženka s atestem |
| stehenní podpora | zaoblená | | ano |
| anatomická poloha | přirozená | | ano |
| povrch | snadno omyvatelný a dezinfikovatelný (každodenní užití) | | ano |
| kříž | kovový | | ano |
| barevný odstín | bude vybrána barva před dodáním dle katalogu dodavatele | | ano - barva bude souhlasit s barvou čalounění křesla |
| Osvětlení pracovní plochy | | Dentasun 6x54W | DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
| Závěsné svítidlo | | | ano |
| Životnost min. 24 000 hodin | | | ano |
| Světlený tok: min. 4 x 4400 lm | | | ano |
| Teplota chromatičnosti: 6500 K | | | ano |
| Index podání barev Ra: min. 95 | | | ano |
| Max. hmotnost 10 kg | | | ano - 8,5 kg |
| Přímé i nepřímé osvětlení | | | ano - čtyři dolů, dvě nahoru |
| Odsávačka s kompresorem v odhlučněné skříňce | | Ekom DUO /M | DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
| Uvedení do chodu ovládacím napětím nebo zapnutím spínače v soupravě | | | ano - ovládacím napětím ze soupravy |
| Max. průtok: 1100 l/min | | | ano |
| Max. podtlak: 12 kPa | | | ano |
| Max. hluchnost se skříňkou: 50 dB | | | ano |
| Kompresor jednoválcový s membránovým sušičem | | | ano |
| Nářadí pro stomatologické křeslo násadec na kolénko | | MK dent Eco Line LE11L | DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
| Převod 1/1 modré | | pozor dva (2) kusy | ano |
| Světlovod | | | ano |
| Sada tří koncovek pro ultrazvukový odstraňovač zubního kamene | | | ano - koncovky na odstraňovač zubního kamene dle vlastního výběru |
| Autokláv | | Mocom Classic 22B | DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
| Objem min. 22 l | | | ano |
| Sterilizační třída B a lepší | | | ano - autokláv třídy B |
| Dveře uzavíratelné servomotorem | | | ano - uzavírané a otvírané servopohonem |
| připojení na vodovodní řad a kanalizace | | | ano - volitelné, umožňuje i vlastní zásobu vody pro práci |
| Ovládání v českém jazyce | | | ano - kompletní menu v českém jazyce , piktogramy |
| Uchovávání o sterilizačních cyklech ve vnitřní paměti s možností stažení na externí paměťové médium | | | ano |
| Materiál komory nerez | | | ano - celonerezové provedení tlakové nádoby |
| Počet programů minimálně 6, min. 1 programovatelný | | | ano |
| Svářečka obalů | | Milseall plus | DODAVATELEM NABÍZENÉ PLNĚNÍ |
| Elektronická kontrola svařování | | | ano |
| 12mm šířka sváru | | | ano |
| Délka sváru až do 300mm | | | ano |
| Integrovaný držák rolí | | | ano |
| 4 vymezovače rolí | | | ano |

