

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Lázně Bělohrad a.s., se sídlem Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 46504834, spisová značka: B 634 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, kontaktní adresa: verejne.zakazky@belohrad.cz

Zastoupená: Ing. Jaromírem Ferbrem, předsedou představenstva a Ing. Davidem Ferbrem, místopředsedou představenstva

(dále „*kupující*“)

a

BTL zdravotnická technika, a.s., se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, IČO: 26884143, spisová značka: zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3889, kontaktní adresa: Šantrochova 16, Praha 6, 164 00, obchod@btl.cz

Zastoupená: Ing. Radovanem Sedlářem, Prokuristou

(dále „*prodávající*“)

(dále společně „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 4. 8. 2023 (dále „*dodatek*“), zahrnující změnu čl. 3 odst. 3.1, tohoto znění:

3 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

3.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc do 30. 11. 2023.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 4. 8. 2023 zůstávají beze změny.

Specifikace věci je uvedena v příloze č. 1.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Ing. Jaromír Ferbr, předseda představenstva

Ing. Radovan Sedlář, prokurista

Ing. David Ferbr, místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Specifikace věci

Přístroj na rehabilitaci chůze se zpětnou vazbou, analýza pohybu pomocí 3D kamery

Stručný popis:

Dynamický chodník pro analýzu a reedukaci chůze se zpětnou vazbou ve virtuálním prostředí. Trénink paretických či oslabených svalů.

Specifikace:

- dynamický chodník pro analýzu a terapii chůze ve virtuálním prostředí,
- analýza pohybu pomocí 3D kamery a integrovaných tlakových senzorů,
- celkem 8 tlakových senzorů pod běžícím pásem pro detailní analýzu,
- integrovaná 3D kamera snímající body na těle pacienta a podávající okamžitý dynamický obrázek postavy,
- analýza chůze: rozsah pohybu trupu, kyčlí a kolen, zatížení dolních končetin, CoP, délka kroků, kontaktní čas,
- pacient nemusí nosit žádné senzory,
- okamžitá zpětná vazba - grafické zobrazení parametrů chůze včetně antropometrického biofeedbacku v rozsahu 360° s videozáznamem terapie,
- automatické zpracování výsledků v přehledné zprávě s porovnáním pravé a levé strany včetně videozáznamu, anatomického biofeedbacku a dynamické grafické prezentace,
- prvky pro kontrolu symetrie chůze (středová čára na páse, zobrazované parametry: délka kroku, zatížení dolních končetin, kontaktní čas),
- terapie na základě motivační zpětné vazby ve virtuálním prostředí ovládaná aktivními pohyby pacienta,
- vestavěné standardizované testy,
- dotyková ovládací obrazovka 15",
- monitor pro virtuální realitu a biofeedback o velikosti 47",
- analýza chůze pomocí integrované 3D kamery a sítě tlakových senzorů,
- rychlost pásu v rozsahu 0–20 km/h,
- zvyšování rychlosti po 0,2 km/h,
- rychlost pásu ve zpětném chodu v rozsahu 0–5 km/h,

- náklon pásu v rozsahu 0–16%,
- automatické přizpůsobování rychlosti pásu aktuální rychlosti chůze pacienta,
- dynamický odlehčovací systém,
- hybridní systém odlehčení (kombinace elektronického, pneumatického systému),
- zatížení pásu v rozsahu od 0 – 150 kg,
- odlehčení v rozsahu 10–90 kg,
- odlehčení po krocích 0,5 kg,
- funkce prevence pádu,
- ovládání odlehčení přes dotykovou obrazovku.