

TECHNICKÝ LIST

361002 hysteroskop s odsáváním tkáně

Požadované řešení:

- resektoskop s automatickým odsáváním tkáně
- optika průměr 3,3 mm, úhel pohledu 30 stupňů, autoklávovatelná
- vnější pochva resektoskopu s kontinuálním proplachem Ch. 27
- obturátor
- pracovní prvek s kovovým rychlouzávěrem
- uzavřená rukojeť s integrovaným ovladačem pro automatické odsávání
- na distálním konci keramická izolace
- pasivní pracovní element pro monopolární a bipolární použití
- řezací a koagulační elektrody – monopolární , bipolární, resterilizovatelné a jednorázové
- připojovací kabel
- sací pumpa pro resekce s nastavením odsávacího pulzu ve 3 úrovních - kompletní set
- vozík pro resekční pumpu, antistatická kolečka, 2 s brzdou
- sada sterilních hadic pro odsávání
- adaptér na optiky pro sv. kabel Olympus (novější typ)
- bipolární kabel k resektoskopu pro ERBE
- sterilizační kontejner s víkem

Nabízené řešení:

- resektoskop s automatickým odsáváním tkáně
- optika průměr 3,3 mm, úhel pohledu 30 stupňů, autoklávovatelná
- vnější pochva resektoskopu s kontinuálním proplachem Ch. 27
- obturátor
- pracovní prvek s kovovým rychlouzávěrem
- uzavřená rukojeť s integrovaným ovladačem pro automatické odsávání
- na distálním konci keramická izolace
- pasivní pracovní element pro monopolární a bipolární použití
- řezací a koagulační elektrody – monopolární , bipolární, resterilizovatelné a jednorázové
- sací pumpa pro resekce s nastavením odsávacího pulzu ve 3 úrovních – kompletní set
- vozík pro resekční pumpu, antistatická kolečka, 2 s brzdou
- sada sterilních hadic pro odsávání
- adaptér na optiky pro sv. kabel Olympus (novější typ)
- bipolární kabel k resektoskopu (kompatibilní s ERBE)
- sterilizační kontejner s víkem



Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.