

Vyplněná příloha č. 2_5 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest

Část veřejné zakázky: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. léčba pacientů. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná se o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

10 ks Tepelný nebulizátor - zařízení pro zvlhčování dýchacích cest			
Specifikace	Splněno ANO / NE	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Nebulizátor používaný pro klasické kyslíkové terapie spontánně dýchajících, tracheostomovaných a intubovaných pacientů.	ANO		Technický list
Teplota aerosolu 23–35 °C.	ANO	23 – 36°C	Technický list
Stlačitelný objem komory 650 ml.	ANO	715	Technický list
Maximální hladina vody 400 ml.	ANO	430	Technický list
Polydisperzní spektrum aerosolu s velikostí částic od 0,5 do 10 mikrometru.	ANO	0,5 – 10	Technický list
Směšovací hlavice s rozsahem nastavení koncentrace O ₂ 28–100 %.	ANO	28-100%	Technický list
Zvlhčovací komora			
Pro opakované použití vyrobena z kvalitního plastu.	ANO		Technický list
Autoklávatelná až do 136 °C.	ANO	136 °C	Technický list
Součástí komory je kolínko, adapter s teploměrem, zvlhčovací papír.	ANO		Technický list

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.