

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje Rokycanské nemocnice - Intenzivní, endoskopická, transportní, operační, sterilizační a ostatní technika					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 2 - Úpravna vody včetně filtrace					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	AquaOsmotic s.r.o.				
Sídlo:	Vrchlického 720, 666 01 Tišnov			IČO:	4763084
Statutární zástupce:	Petr Haška – jednatel	Kontaktní osoba:	Marek Sedláček		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO / NE
	Úpravna vody včetně filtrace	1	DOPLNÍ DODAVATEL	Název: AQ 150K Sériové číslo: 3050/2023 Výrobce: AquaOsmotic s.r.o. DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Závazná specifikace zadavatele:					
Sestava v konstrukci				ANO	
Výkon min. 100l/hod				ANO (130L /hod.)	
Kvalita vody ČSN EN 285 +A2				ANO	
Duplexní změkčovač				ANO	
Reverzní osmóza				ANO	
Zásobník na demivodu min. 400 l				ANO	
Nerezové dopravní čerpadlo s frekvenčním řízením				ANO	
Vstupní nerezový filtr				ANO (celoplastový – viz. „Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 ze dne 12.7. 2023“)	
2 průtočné filtry pro odsolení průtočné vody na směsném loži				ANO	
Instalační sada, úprava odpadu, přepady, potrubní přípojky PVC				ANO	
Nerezová filtrace				ANO (celoplastový – viz. „Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 ze dne 12.7. 2023“)	
automatická písková filtrace				ANO	
Náhradní provoz pro případné odstavení úpravní				ANO	
Digitální měřič specifické vodivosti se sondou (sklo/platina)				ANO	
Voda změkčená a demineralizovaná				ANO	
Možnost cenově nenáročného rozšíření výroby na 300l/hod				ANO	
Možnost umístění úpravní vody ve stávajících prostorech				ANO	

Uvedení do provozu, doprava, zaškolení v ceně dodávky	ANO
Demontáž stávajícího zařízení a ekologická likvidace původního příslušenství	ANO
Solanka (roztok anorganické soli, obvykle chloridu sodného, ve vodě) - regenerační sůl - 10 ks balení jako starter kit	ANO
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.	Přílohy: https://www.aquaosmotic.cz/aqua-osmotic-150-kompakt
	V Tišnově dne 14. 8. 2023 Zpracoval: Marek Sedláček

