



Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	NIKKISO DBB-EXA	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- on-Line HDF	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- bikarbonátové i acetátové dialýzy	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- použití suchého bikarbonátového koncentrátu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- nastavení průtoku dialyzátu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- měření dialyzační dávky Kt/V (uchazeč uvede, na jakém fyzikálním principu je měření prováděno)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[Optický senzor, který se nachází přímo ve spotřebovaném dialyzačním roztoku, měří absorpenci na vlnové délce, která přímo závisí na koncentraci dusíku v krevní močovině.]
- záložní zdroj pro nouzový provoz min. 15 min. na krevní cestu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- objemově řízená ultrafiltrace	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- měření tlaku krve	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- sled dialýza	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- upgrade SW přístroje v ceně dodávky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]
- možnost napojení do informačního systému nemocnice	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	[doplňte]

V Otaslavicích dne: 6. 10. 2023




 Datum: 2023.10.06 01:50:21 +02'00'

.....
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
Ing. Helena Mikušová, jednatelka společnosti