

Vyplněná příloha č. 2\_3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

### Část veřejné zakázky: 3

#### Název části veřejné zakázky: Noční stolky

##### Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

#### Technická specifikace

Noční stolky (patientský stolek s jídelní deskou, pojízdný) – 12 ks			
specifikace	Splněno ANO / NE	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Oboustranné provedení, stabilní kovová konstrukce včetně podvozku.	ANO		Technické parametry
Materiál desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD).	ANO		Technické parametry
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů	ANO		Technické parametry
Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka nebo velká spodní zásuvka, prostor pro obuv	ANO		Technické parametry
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro ták s jídlem min. 550x330 mm	ANO	56.5 x 35 cm	Technické parametry
Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí	ANO		Technické parametry
Plastová vložka zásuvky z ABS	ANO		Technické parametry
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev	ANO		Technické parametry
Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička	ANO		Technické parametry
Dvojitá plastová kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka brzditelná.	ANO	Průměr 65 mm	Technické parametry

Uzamykatelná dvířka nebo zásuvka s dodávkou 2 klíčů	ANO	Lze dodatečně vybrat dvířka nebo zásuvka	Technické parametry
Držák ručníku	ANO		Technické parametry
Korpus stolku díly (stejná barva jako lůžka)	ANO		Technické parametry
Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele	ANO		Technické parametry
Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek	ANO		Technické parametry
Nosnost jídelní desky min. 8 kg	ANO	10 Kg	Technické parametry

*\* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

#### Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma **NEPODLÉHÁ BTK**
- klasifikační třída zdravotnického přístroje **NENÍ ZP**
- frekvence provádění BTK **NEPODLÉHÁ BTK**
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) **NEVYŽADUJE**
- 

#### Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.