

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	[Omni]	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- Dialyzační přístroj pro kontinuální náhradu funkce ledvin a pro mimotělní očišťování krve CRRT metodami:		
▪ CVVH	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
▪ vysoko objemová CVVH	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
▪ CVVHD	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
▪ CVVHDF	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
▪ MPS/TPE	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
▪ plně automatizovaná SW integrovaná citrátová antikoagulace minimálně u terapií CVVHD. A CVVHDF nebo CVVH s citrátovou antikoagulací	ANO ☒ / NE ☐	[CVVHD a CVVHDF]
- nastavení nízkého průtoku krve (10ml/min)	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- barevný monitor – údaje o terapii	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- optický detektor na přítomnost krve v setu nebo optický detektor úniku krve	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- spotřební materiál v kompletních sadách bez obsahu DEHP (ftalátů)	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- barevné rozlišení hadiček setů	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- použití odlišných substitučních a dialyzačních roztoků při terapii	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- automatické plnění a proplachování setů	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- automatický test přístroje před jeho použitím	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- průběžné testování bilančního systému během terapie	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- automatické bilancování tekutin, požadován přesný váhový systém	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- krevní systém, detekce neprůchodnosti nebo nepřipojení snímačů provozních tlaků	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- ohřev dialyzačních roztoků nebo krve, u krve ohřev pomocí váčku vloženého do termoboxu	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinové antikoagulace použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- nastavení koncentrace citrátu a kalcia v mmol/l nebo v ml/hod	ANO ☒ / NE ☐	[mmol/l]
- automatický přepočet a úprava rychlosti dávkování citrátu a kalcia při změně parametrů terapie podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítán v celkové bilanci tekutin	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 10 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 10 kg	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- přístroj umožňující jednoduché přerušování terapie na	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]

dobu více než 2 hodiny – odpojení pacienta (vyšetření, hygiena) a následné pokračování v terapii (zpětné napojení pacienta)		
- zobrazení časového plánu výměny roztoků a filtrátu minimálně v zobrazení dalšího kroku	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- vestavěný záložní akumulátor pro nouzový provoz minimálně na 2 minuty a plynulý přechod na náhradní napájení při výpadku el. energie a zpět na napájení ze sítě	ANO ☒ / NE ☐	[až 30 minut]
- manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by bylo narušeno bilancování roztoků a antikoagulace	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by hrozilo zalomení či zamotání setů mimotělního okruhu	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- možnost napojení do informačního systému nemocnice	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]

Pro dialyzační přístroj bude k dispozici reverzní osmóza, není tudíž nutné zahrnovat do nákladů zdroj vody pro dialyzační přístroje.

V Praze dne: [doplňte]

.....
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
 Petr Císař, na základě plné moci