

<p><u>Dodavatel :</u> VERKON s.r.o.</p> <p>Pod Harfou 933/70 190 00 Praha 9</p> <p>I : 62968041 DI : CZ62968041</p> <p>Společnost je vedena u Městského soudu v Praze od 3. 4. 1996, oddíl C, vložka 44424.</p>	<p>Datum : 12.10.2023</p> <p>Objednávka: 202311101613</p> <p>Vyřizuje : Marian Javorek</p> <p>e-mail: [REDACTED]</p> <p>mob.: [REDACTED]</p> <p>Zp. úhrady : Pevodem</p> <p>Zp. dopravy: Dodavatel</p>
<p><u>Odbíratel :</u> Muzeum českého ráje v Turnově , příspěvková organizace</p> <p>Skálova 71 511 01 Turnov</p> <p>I : 00085804 DI : CZ00085804</p>	<p><u>Místo určení :</u> Muzeum českého ráje v Turnově , příspěvková organizace</p> <p>Skálova 71 511 01 Turnov</p>

Roman Noska

e-mail: [REDACTED]

mob.: [REDACTED]

Předpokládaný termín dodání: 47. kalendářní týden.

Název / popis sortimentu	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena/pol. bez DPH	+/- %	Celkem bez DPH	DPH %
Digesto laboratorní DSL-12.00 LM S	1,00	ks	145 339,00	145 339,00		145 339,00	21
Digesto Q-Optimal splňuje požadavky: EN 14175, EN 61010-1, EN 12600:2002, EN 12665, ISO 2813, EN 14056:2003.							
- laboratorní digesto 1270x930x2470mm; - pracovní deska litá keramika se zdvihnutým okrajem ze všech 4 stran - korpus digesto e LDT - pracovní komora vyložena Kompakt MaxRezistance - odvětrávaná pracovní komora - vertikálně posuvné bezpečnostní ocelové okno s posuvnými skly - odvětrávaná dvoudvřevá spodní skříňka pro uložení chemikálií - osvětlení pracovní plochy - výška pracovní plochy 900mm - řízení průtoku vzduchu Q-Flow Advance, alarm při poklesu proudění vzduchu pod nastavenou hodnotu, alarm při zvednutí ocelového okna nad 50 cm. - 2x elektrozásuvka 230V na ocelovém panelu - příprava pro připojení k vzduchotechnice, redukce a flexi potrubí, zprůchodňovací klapka, 160mm							
Instalace a propojovací materiál	1,00	ks	1 500,00	1 500,00		1 500,00	21
Montáž, kompletace, propojení a zprovoznění	1,00	ks	9 650,00	9 650,00		9 650,00	21
Dopravné	1,00	ks	850,00	850,00		850,00	21

Celkem bez DPH 157 339,00 K

DPH 33 041,19 K

Celkem včetně DPH po zaokrouhlení 190 380,19 K

Důležité upozornění:

Prosíme o pečlivou kontrolu všech údajů v potvrzení. V případě nesouhlasu nebo nejasností nás neprodleně kontaktujte, abychom mohli vyloučit případné nepříjemnosti. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nevznikne z Vaší strany žádná připomínka, považujeme potvrzení objednávky za Vámi odsouhlasené. Obchodní a dodací podmínky, kterými se řídí tento obchodní případ naleznete na stránkách: <https://www.verkon.cz/o-nakupovani/obchodni-podminky/>

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.