



Vyplněná příloha č. 2\_5 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

### Název části veřejné zakázky: UZ přenosný

Část veřejné zakázky: 5

#### Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

#### Technická specifikace

| Přenosný ultrazvukový přístroj         |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Výrobce                                | Clarius Mobile Health, Kanada                |
| Typ / Model                            | Clarius L7 HD3 kapesní bezdrátový uzv skener |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců)     | 36                                           |
| Počet ks                               | 1                                            |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus             | 194 906,-                                    |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | 194 906,-                                    |
| DPH v Kč celkem samostatně             | 40 930,26                                    |
| Cena v Kč včetně DPH celkem            | 235 836,26                                   |

| <b>Základní vlastnosti přístroje</b> |                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo</b>                         | <b>Specifikace</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Splněno ANO / NE</b> | <b>Konkrétní specifikace / hodnota</b>                                                                                                                                                           |
| 1.1                                  | UZ přístroj přenosný.                                                                                                                                                                                | Ano                     | Skener: 147x76x38 mm, 288 g                                                                                                                                                                      |
| 1.2                                  | Možnost současného vyšetření na všech sondách.                                                                                                                                                       | Ano                     | Dostupná řada dalších sond (skenerů)                                                                                                                                                             |
| 1.3                                  | Možnost vyšetření bez nutnosti dobíjet zařízení min. 5 hodin.                                                                                                                                        | Ano                     | „Neomezená“ doba vyšetřování s PowerFan                                                                                                                                                          |
| 1.4                                  | Zobrazovací módy min.:<br>- B mode,<br>- barevné mapování,<br>- M-mode,<br>- redukce špeclí,<br>- compoundní zobrazování,<br>- automatická úprava celkové zisku i TGC,<br>- SW pro zvýraznění jehly. | Ano                     | B-mód, barevný doppler rychlostní i energetický, PW spektrální doppler, M-mód, kompaundní a harmonické zobrazování, elastografie, zvýraznění jehly, automatika TGC, automatika celková pomocí AI |
| 1.5                                  | Ukládání patientských dat do databáze přístroje.                                                                                                                                                     | Ano                     | V různých zvolených formátech                                                                                                                                                                    |
| 1.6                                  | Export dat v DICOM formátu pomocí WIFI.                                                                                                                                                              | Ano                     | Komplet DICOM                                                                                                                                                                                    |
| 1.7                                  | Možnost odesílání uložených patientských dat v PC formátech.                                                                                                                                         | Ano                     | E-mailem, DICOMem atd.                                                                                                                                                                           |
| 1.8                                  | Zobrazovací displej o velikosti min. 12“ a rozlišením min. 1200x800, full HD.                                                                                                                        | Ano                     | 12,4“ displej s rozlišením 1752x2800, full HD                                                                                                                                                    |
| 1.9                                  | Linární sonda:<br>- s frekvenčním rozsahem min. 4-12 MHz,<br>- max. velikost aktivní plochy 34,5 mm,<br>- zobrazovací módy – 2 D, THI, barevný doppler, compound zobrazení, redukce špeclí.          | Ano                     | * L7 HD3 : 4 – 13 MHz<br>* Apertura 38mm, aktivní 34,5 mm<br>* 2D, THI, barevný a PW doppler, kompaundní a THI zobrazování, redukce špeclí, mnohé další módy                                     |
| <b>Příslušenství</b>                 |                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 1.10                                 | Pojízdný vozík.                                                                                                                                                                                      | Ano                     | Vozík s odkládací vaničkou a úchytem pro displej-tablet                                                                                                                                          |
| 1.11                                 | Brašna pro přenos přístroje.                                                                                                                                                                         | Ano                     | Pro přenos L7 HD3 s příslušenstvím                                                                                                                                                               |

\* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Doplňující informace:**

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma **Ano**
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: **Ila**
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): **není nutné – skener má vlastní autokalibraci, ověření funkčnosti krystalů i baterie**