

KUPNÍ SMLOUVA

KNL č. S2023/00730/00

uzavřená na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky:

„Operační stoly“

1. **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

se sídlem: Husova 357/10, 460 01, doručovací: 460 63 Liberec I – Staré Město
IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
banka: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 36631461/0100
zastoupená: [REDAKCE], předsedou představenstva /
[REDAKCE], místopředsedou představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1651

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

a

„**Konsorcium Getinge – RATAN medical equipment**“ skládající se z:

Getinge Czech Republic, s.r.o., a RATAN medical equipment s.r.o.

Vedoucí společník konsorcia **Getinge Czech Republic, s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 (GETINGE),

IČ: 030 53 601

DIČ: CZ03053601

banka: Commerzbank AG,pob.Praha

číslo účtu: 10594017/6200

zastoupená: [REDAKCE], na základě plné moci
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 226781

Společník konsorcia **RATAN medical equipment s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 271 36 809

DIČ: CZ27136809

banka: Komerční banka

číslo účtu: 51-5515770277/0100

zastoupená: [REDAKCE] jednatel
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C,
vložka 99029

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

Kupující a Prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Kupující má zájem na uzavření této kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka celkem 8 ks nových operačních stolů, z toho 5 ks systémových operačních stolů a 3 ks mobilních operačních stolů, splňujících technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 1 této kupní smlouvy, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byly podkladem pro otevřené zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Operační stoly**“ vyhlášenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ve Věstníku veřejných zakázek Oznámením o zahájení zadávacího řízení zveřejněným dne 24. 7. 2023 pod evidenčním číslem Z2023-032176 a Úředním věstníku EU pod zn.: 2023/S 142-453445 (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“).
- (B) Prodávající je Konsorcium Getinge – RATAN medical equipment. Koncoricum není právnickou osobou, nemá právní osobnost. Prodávající má zájem na uzavření této kupní smlouvy, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byly podkladem pro v bodě (A) uvedené otevřené zadávací řízení (dále jen zadávací podmínky). Plnění této smlouvy se řídí také nabídkou Prodávajícího, kterou předložil v zadávacím řízení. Zadávací podmínky a nabídka Dodavatele, kterou podal jako účastník zadávacího řízení, jsou závazné a jsou součástí této smlouvy, i když v ní nejsou výslovně uvedeny.
- (C) Smluvní strany mají zájem uzavřít tuto kupní smlouvu a upravit si tak smluvní vztahy vyplývající ze shora uvedeného, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího za níže, v článku 2 této smlouvy, uvedenou kupní cenu dodat Kupujícímu zboží specifikované v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy, převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží, a závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu Kupní cenu ve výši a způsobem uvedeným níže v článku 2 této smlouvy.
- 1.2. Předmětem smlouvy je dodávka **celkem 8 ks** nových operačních stolů, z toho **5 ks systémových** operačních stolů a **3 ks mobilních** operačních stolů a provádění záručního servisu po dobu 2 let.

Předmět smlouvy zahrnuje:

- Dodávku nových operačních stolů s požadovanými technickými parametry do místa určení, jejich instalaci, nastavení dle požadavků koncového uživatele,
- uvedení nových zdravotnických prostředků do provozu a předvedení funkčnosti včetně dodání akceptačního protokolu,
- likvidaci obalů a odpadu,
- dodání uživatelských manuálů pro veškeré dodávané zařízení v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x v digitální podobě,
- dodání prohlášení o shodě,
- instruktáž lékařů a jiných odborných pracovníků (dále jen JOP) k používání dodaného zařízení osobou k tomu oprávněnou dle § 41 zákona 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „ZZP“),
- poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty,
- bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK“) dle ZZP, které jsou nezbytné pro provoz zdravotnických prostředků po dobu záruky. Dále provedení veškerých předepsaných kontrol, kalibrací, validací a revizí vč. protokolů (ať předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy) tak, aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v ZZP. Pokud je pro provedení BTK či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední BTK musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím lhůty.

2. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Kupní cena Předmětu smlouvy dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky Prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení a činí:

Název zboží	počet kusů	Cena za 1 kus vč. příslušenství bez DPH	Sazba DPH v %	Celková cena bez DPH za počet kusů vč. příslušenství	Celková cena včetně DPH za počet kusů vč. příslušenství
Systémový operační stůl vč. příslušenství pro neurochirurgii	1	5 773 733,92 Kč	21,00%	5 773 733,92 Kč	6 986 218,04 Kč
Systémový operační stůl vč. příslušenství pro ortopedii	1	2 790 988,06 Kč	21,00%	2 790 988,06 Kč	3 377 095,56 Kč
Systémový operační stůl vč. příslušenství pro traumatologii	2	2 445 453,13 Kč	21,00%	4 890 906,27 Kč	5 917 996,59 Kč
Systémový operační stůl vč. příslušenství pro chirurgii	1	2 106 644,80 Kč	21,00%	2 106 644,80 Kč	2 549 040,21 Kč
Mobilní operační stůl vč. příslušenství	3	688 908,98 Kč	21,00%	2 066 726,94 Kč	2 500 739,60 Kč
Celková cena za 8 kusů vč. příslušenství		x	x	17 629 000,00 Kč	21 331 090,00 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Předmětu smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem:

- 2.2.1 Platba za zboží bude provedena v české měně, na základě Prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu po dodání veškerého zboží, jeho instalaci a instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle ZZP (tj. po předání poslední dílčí části dodávky v rámci části, která je Předmětem plnění kupní smlouvy) se **splatností 30 kalendářních dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že uvedená 30 - ti denní lhůta počíná běžet dnem doručení řádného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Daňový doklad musí obsahovat **název zakázky: „Operační stoly“**, **číslo kupní smlouvy** uvedené v záhlaví a současně i registrační číslo projektu **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016301**.. Daňový doklad musí dále obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho nedílnou součástí budou kopie řádně vyplněného a podepsaného akceptačního protokolu, ze kterého bude zřejmé, že zboží bylo řádně předáno Prodávajícím Kupujícím.

- 2.2.2 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Prodávajícím. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v této smlouvě a příslušných právních předpisech. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti od data řádného doručení opraveného daňového dokladu Kupujícím.

- 2.2.3 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícím kupní cenu na základě řádného daňového dokladu vystaveného po převzetí veškerého zboží dodaného Kupujícím dle **Přílohy č. 1** této smlouvy v řádném stavu, tj. v množství, kvalitě a s vlastnostmi požadovanými Kupujícím, prostého jakýchkoli vad a nedodělků.

- 2.2.4** Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k fakturované částce připočtena v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.
- 2.2.5** Pro případ, že Prodávající je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí Prodávající s tím, že mu Kupující uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Prodávající vymáhat od Kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 2.2.6** Prodávající rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů), uhradí mu Kupující cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Prodávající vymáhat od Kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 2.3.** Smluvní strany se výslovně dohodly, že budou-li při předání a převzetí Předmětu smlouvy zjištěny jakékoli vady a/nebo nedodělky, které nebrání užívání Předmětu smlouvy či jakékoli jeho části, je Kupující oprávněn Předmět smlouvy převzít s tím, že takové vady a/nebo nedodělky budou specifikovány v akceptačním protokolu včetně lhůty k jejich odstranění.
- 2.4.** Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí Předmětu smlouvy zjištěny vady a/nebo nedodělky bránící užívání Předmětu smlouvy či kterékoli jeho části, je Prodávající povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, nebude-li s objednatelům dohodnuta lhůta delší, a vyzvat Kupujícího k novému předání a převzetí Předmětu smlouvy. Kupující není povinen Prodávajícímu uhradit Kupní cenu, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky bránící užívání odstraněny. Po odstranění vad a/nebo nedodělek bránících užívání Předmětu smlouvy budou Smluvní strany postupovat analogicky dle odst. 2.2.1. až 2.2.6. této smlouvy.
- 2.5.** Kupní cena za vymezený Předmět smlouvy je platná a závazná po celou dobu plnění této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení a dodávku zboží včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže a rozmístění), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti včetně dodání akceptačního protokolu, úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáž lékařů a JOP k používání dodaného zařízení osobou k tomu oprávněnou, nastavení a zkouškám dle doporučení výrobce a také veškerou technickou dokumentaci. Cena také zahrnuje veškeré další náklady Prodávajícího nutné pro realizaci Předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kurzových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu, a to včetně práce techniků a cestovného.
- 2.6.** Celková kupní cena za Předmět této smlouvy uvedená v odst. 2. 1. této smlouvy odpovídá specifikaci dodávky a množství vymezených v Příloze č. 1 této smlouvy. Skutečně fakturovaná a uhrazená cena za Předmět smlouvy bude odpovídat rozsahu a množství skutečně dodaného zboží, přičemž ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. Případné změny v rozsahu a množství dodaného zboží oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě musí být řešeny písemným dodatkem k této smlouvě a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
- 2.7.** Platbu dle tohoto článku se Kupující zavazuje poskytnout vedoucímu společníku konsorcia bezhotovostně na účet Prodávajícího č.ú. 10594017/6200, vedený u Commerzbank AG, pob. Praha za zboží dodávané společností Getinge Czech Republic, s.r.o., a to ve výši 15.150.000 Kč bez DPH.

Platbu dle tohoto článku se Kupující zavazuje poskytnout společníku konsorcia bezhotovostně na účet Prodávajícího č.ú. 51-5515770277/0100, vedený u Komerční banky za zboží dodávané společností RATAN medical equipment s.r.o., a to ve výši 2.479.000,00 Kč bez DPH.

Kompletní soupis položek zboží včetně ocenění je uveden v **Příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.8. Prodávající prohlašuje, že se dostatečně seznámil s místem plnění dodávky (pracovištěm Kupujícího na místě samém) a nic mu nebrání v řádném plnění této smlouvy.
- 3.9. Prodávající je povinen vyzvat Kupujícího k převzetí dodávky **nejméně 2 pracovní dny předem**. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zboží. Pokud tak Kupující neučiní, není Prodávající v prodlení s dodávkou zboží.

4. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

- 4.1. Prodávající je povinen Předmět smlouvy realizovat v množství, kvalitě, jakosti a s vlastnostmi požadovanými Kupujícím a uvedenými v zadávacích podmínkách vyhotovených v rámci zadávacího řízení specifikovaného v bodě (A) úvodních ustanovení této smlouvy.
- 4.2. Předmět smlouvy je Prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
- 4.3. V případě, že Prodávající prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění části kvalifikace v zadávacím řízení, musí se takový poddodavatel na plnění Předmětu smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném ve smlouvě nebo potvrzení o její existenci, které Prodávající předložil ve své nabídce podané v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona.
- 4.4. Změna poddodavatele je v průběhu účinnosti této smlouvy možná po písemném souhlasu Kupujícího. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Prodávající část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se na plnění Předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, případně převezme i společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění této Smlouvy.
- 4.5. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 4.3 převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této Smlouvy. Taková osoba je společně s Prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této Smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
- 4.6. Předání a převzetí zboží smluvními stranami se uskuteční protokolárně, po úspěšně absolvovaném funkčním předvedení zařízení. Pro účely předvedení všech funkcí se Prodávající zavazuje s dodávkou zboží dodat i potřebný spotřební materiál. Kupující má právo zboží nepřevzít, pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených zadávací dokumentaci.
- 4.7. U zboží, u kterého jsou předepsány pravidelné bezpečnostně technické kontroly (BTK), se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu Protokol o BTK s datem příští BTK.
- 4.8. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil Kupujícímu či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti.
- 4.9. Prodávající prohlašuje, že má a po celou dobu spolupráce s Kupujícím bude mít, a to i v době záruční lhůty, uzavřenou **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je plnění odpovědnosti za škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě, a že tato smlouva kryje škody způsobené Prodávajícím ve výši minimálně **6.000.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.

V případě plnění více případů se hodnoty pojistného plnění sčítají. Prodávající je povinen být řádně pojištěn po celou dobu spolupráce s Kupujícím. Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu bude předložena Kupujícímu, pokud k tomu bude Kupujícím vyzván.

- 4.10. Prodávající prohlašuje, že na Předmět této smlouvy (tj. na veškeré dodané zboží včetně jeho instalace) poskytuje Kupujícímu **záruku v trvání 24 měsíců**. Záruka dle tohoto článku počíná běžet ode dne předání Předmětu smlouvy prostého jakýchkoli vad a nedodělků, tj. v množství, jakosti a provedení stanoveném touto smlouvou. Tuto skutečnost, tj. předání Předmětu smlouvy

v množství, jakosti a provedení stanoveném touto smlouvou, a počátek běhu záruční doby bude osvědčovat akceptační protokol dle odst. 3.4 této smlouvy a jeho případné dodatky, podepsaný oběma Smluvními stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci.

- 4.11. Pokud se na Předmětu Smlouvy (či jakékoli jeho části) vyskytne v záruční době dle odst. 4.10 jakákoliv vada, zavazuje se Prodávající tuto vadu bezúplatně odstranit, nebude-li Kupující požadovat náhradní zboží za zboží vadné. Prodávající je povinen o jakékoli reklamaci Předmětu smlouvy sepsat záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamacie, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamacie, lhůta vyřízení reklamacie, podpisy Smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
- 4.12. Smluvní strany se dohodly, že po dobu, po kterou Kupující nebude moci Předmět smlouvy či jakoukoli jeho část z důvodu vad užívat, záruční doba stanovená v odst. 4.10 této smlouvy neběží.
- 4.13. Prodávající prohlašuje, že je schopen poskytnout Kupujícímu pozáruční servis a náhradní díly na dodané zboží po dobu min. 10 let od ukončení jejich výroby nebo od podpisu této smlouvy, podle toho co nastane později a to v případě, že bude k tomuto pozáručnímu servisu Kupujícím vyzván. Podmínky pozáručního servisu budou v takovém případě dohodnuty samostatnou servisní smlouvou.

5. ZÁRUČNÍ SERVIS

- 5.1. Prodávající, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, která na základě smlouvy s Prodávajícím vystupuje jako poddodavatel Prodávajícího, (dále jen jako „Prodávající“), se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat osobou k tomu oprávněnou dle § 44 odst. 2 ZZP bezplatný servis na Předmět smlouvy. Záruční servis zajišťovaný Prodávajícím zahrnuje zejména servisní a preventivní prohlídky, validace, kalibrace a údržbu dodaného zboží, odstraňování zjištěných vad včetně zajištění dodání náhradních dílů k dodanému zboží.
- 5.2. U zboží, u kterého je dle ZZP předepsáno provádět BTK, elektrické revize, se Prodávající zavazuje tyto provádět bezplatně, v rámci záručního servisu, a to v intervalech určených výrobcem nebo platnou legislativou.
- 5.3. Prodávající se zavazuje zajišťovat servis pouze osobami k tomu oprávněnými dle § 44 odst. 2 ZZP (dále jen „servisní technici“), a to za podmínek stanovených níže v tomto článku:
 - 5.3.1. Opravy Předmětu smlouvy nevyžadující náhradní díly se Prodávající zavazuje provést nejpozději **do 1 pracovního dne od nástupu na opravu**; opravy vyžadující použití náhradních dílů se Prodávající zavazuje provést nejpozději **do 3 pracovních dnů od nástupu na opravu**, nebude-li s ohledem na charakter opravy s Kupujícím dohodnuta lhůta delší. Nastoupit na opravu je Prodávající povinen **do 2 pracovních dnů** od oznámení závady Kupujícím. Opravy se budou prioritně provádět v místě instalace zboží u Kupujícího, pokud to bude s ohledem na charakter vady možné;
 - 5.3.2. V případě, že přístroj bude **mimo provoz déle než 5 kalendářních dní počítáno jednotlivě pro každou nahlášenou závadu**, anebo v případě neopravitelnosti přístroje se Prodávající zavazuje k poskytnutí náhradního modulu u pevně se zemí spojených přístrojů nebo celého náhradního přístroje u mobilních přístrojů, přitom lhůta pro poskytnutí náhrady je shodná jako lhůta pro opravu;
 - 5.3.3. Smluvní strany se dohodly, že za prokazatelné oznámení závady se považuje zejména oznámení Kupujícího o závadě adresované na adresu Prodávajícího, popř. e-mailová zpráva oznamující závadu zasláná na e-mailovou adresu Prodávajícího [REDAKCE] (GETINGE), [REDAKCE] (RATAN). Servis bude vykonáván servisními techniky Prodávajícího, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce. Prodávající zašle neprodleně Kupujícímu emailové potvrzení přijetí hlášení poruchy na dohodnuté emailové adresy;
 - 5.3.4. Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající;

- 5.3.5. Prodávající je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, o požární prevenci a protipožární ochraně, hygienické předpisy;
- 5.3.6. Prodávající se zavazuje při své činnosti dodržovat platné ČSN normy;
- 5.3.7. Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Kupujícímu a/nebo činností svých pracovníků a/nebo činností třetí osoby (poddavatele), kterou pověřil prováděním servisních prací;
- 5.3.8. V případě zjištění, že záruční servis není zajišťován osobou k tomu oprávněnou dle ZZP je Kupující oprávněn zajistit záruční servis třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady Prodávajícímu. Tímto ustanovením není dotčeno právo Kupujícího dle odst. 8.3 této smlouvy.
- 5.4. Kupující se zavazuje za účelem provedení servisní prohlídky a/nebo opravy umožnit servisním technikům přístup do předeměných prostor.

6. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

- 6.1. Prodávající prohlašuje, že Předmět smlouvy bude mít smluvené vlastnosti, a to zejména vlastnosti uvedené ve specifikaci Předmětu smlouvy, jež tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy, a dále bude splňovat podmínky dané příslušnými právními předpisy.
- 6.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodané přístroje, zařízení a vybavení je nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.
- 6.3. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy, a to především požadavky ZZP a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“), dále požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 22/1997 Sb.“), popř. norem skupiny ČSN EN 60601 ed. 2 a příslušných prováděcích předpisů, event. obdobných směrnic EU.
- 6.4. Prodávající prohlašuje, že je výrobcem dodaného zdravotnického zboží nebo je výrobcem dodaného zdravotnického zboží pověřen k jeho distribuci a servisu, a zavazuje se, že zboží je schváleno k užívání na území České republiky, a to jako zdravotnický prostředek, a za tímto účelem při předání dle odst. 3.4 této smlouvy předá Kupujícímu doklady o možnosti takového užívání dle odst. 3.6 této smlouvy.
- 6.5. Prodávající dále prohlašuje, že není ke dni podpisu této smlouvy subjektem insolvenčního, vyrovnávacího nebo podobného, zejména exekučního řízení, ani mu nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že by takovéto řízení mohlo být zahájeno ze strany třetí osoby vůči Prodávajícímu.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu smlouvy nevážnou jakákoli práva třetích osob a že těmito právy třetích osob nebude Předmět smlouvy zatížen ke dni předání.
- 6.7. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že
- o všech důvěrných informacích týkajících se obchodní, technické či výrobní povahy (s výjimkou informací všeobecně nebo veřejně známých nebo informací poskytnutých s předchozím písemným souhlasem Krajské nemocnice Liberec, a.s.) a
 - o všech osobních a citlivých údajích (zejména dle příslušných ustanovení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), o kterých se dozví (resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které používá k plnění svých povinností) v souvislosti s touto smlouvou, se zavazuje dodržovat mlčenlivost dle platných právních předpisů.

Tyto informace se zavazuje nezneužít, neumožnit k nim přístup třetím osobám, nepoužít je ve prospěch vlastní ani ve prospěch třetích osob, a to ani po ukončení této smlouvy.

- 6.8.** Pokud by Prodávající, resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které využije k plnění svých činností, porušili závazek uvedený v odst. 6.7 této smlouvy, je Prodávající povinen k náhradě způsobené škody a k úhradě smluvní pokuty ve výši **100.000,- Kč** za každý zjištěný případ. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 občanského zákoníku.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že nebude Kupujícím uhrazena v souladu s ustanovením článku 2 této smlouvy Kupní cena Předmětu smlouvy.
- 7.2.** Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že:
- 7.2.1.** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 3. odstavce 3. 1. a 3. 2. a/nebo
 - 7.2.2.** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 4. této smlouvy; a/nebo
 - 7.2.3.** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 5.; a/nebo
 - 7.2.4.** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 6. a/nebo se ukáže nepravdivým některé z prohlášení dle článku 6. této smlouvy.
- 7.3.** Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit (a to i ohledně části Předmětu smlouvy, jehož se důvod odstoupení nebude týkat), bude-li i část Předmětu smlouvy trpět vadami nebo nedodělkami, které brání užívání Předmětu smlouvy, popř. budou-li se na i části Předmětu smlouvy opakovaně vyskytovat vady, popř. nebudou-li řádně a včas odstraněny vady nebránící užívání Předmětu smlouvy.
- 7.4.** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 2 zákona, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
- 7.4.1.** Prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - 7.4.2.** Prodávající předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 7.5.** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle § 223 odst. 1 zákona, a to v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona.
- 7.6.** Odstoupení se děje písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si plnění na základě této smlouvy poskytnutá. Prodávající je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od této smlouvy, nastoupit na místo plnění, demontovat a odvézt dodané zboží či tu část Předmětu Smlouvy, ohledně níž Kupující od této smlouvy odstoupil.

8. Smluvní pokuty

- 8.1.** Pokud se Prodávající dostane do prodlení se splněním lhůty dodávky (celkové nebo dílčí) dle odst. 3. 2. této smlouvy, a to nedodáním Předmětu smlouvy nebo z důvodu výskytu vad bránících řádnému užívání Předmětu smlouvy (či kterékoli jeho části), zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny nedodaného nebo vadou dotčeného zboží za každý pracovní den prodlení až do dne předání Předmětu smlouvy nebo do dne účinnosti odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy.
- 8.2.** Pokud Kupující převzal Předmět smlouvy s drobnými vadami nebránícími užívání a Prodávající neodstranil tyto vady ve lhůtě sjednané v akceptačním protokolu, je Kupující oprávněn účtovat

Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny zboží, kterého se vada týká, za každý pracovní den prodlení.

- 8.3.** Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu v případě, že servis a revize zboží nebude provádět osoba k tomu oprávněná dle ZZP. Výše smluvní pokuty bude odpovídat **1 %** z ceny zboží, kterého se bude zjištění týkat. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že pro případ, kdy se na zboží vyskytne jakákoli vada v záruční lhůtě a servisní pracovníci Prodávajícího v rozporu s odst. 5.3.1. této smlouvy nenastoupí na opravu nebo opravu neprovedou ve stanovené lhůtě, nebo nebude ve stanovené lhůtě poskytnut náhradní modul nebo přístroj, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč** za každý pracovní den prodlení s nástupem nebo provedením záruční opravy nebo poskytnutí náhrady.
- 8.4.** Smluvní strany se dohodly, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,01 % z dlužné částky** za každý den prodlení s úhradou příslušné faktury.
- 8.5.** **Smluvní pokuty** stanovené dle ustanovení odst. 8. 1. až odst. 8. 4. této smlouvy a/nebo odst. 6.8 této smlouvy, jsou **splatné do 14 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 8.6.** Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

9. DORUČOVÁNÍ

- 9.1.** Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s dodejkou nebo elektronickou poštou s řádným elektronickým podpisem osoby jednající za odesílatele nebo doručením prostřednictvím datových schránek.
- 9.2.** Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 9. 3. resp. odst. 9. 4. této smlouvy.
 - (ii) při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 9. 3. resp. odst. 9. 4. této smlouvy.
 - (iii) při doručování prostřednictvím elektronické pošty:
 - dnem, kdy byla elektronická zásilka odeslána na e-mailovou adresu pro doručování adresátovi dle článku 9. odst. 9. 3. resp. odst. 9. 4. této smlouvy.
 - (iv) při doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek:
 - dnem, kdy se do datové schránky příjemce dle článku 9. odst. 9. 3. resp. odst. 9. 4. této smlouvy příjemcem přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, pokud datum přihlášení je nejpozději třetí den po dni dodání zprávy do datové schránky příjemce; nebo
 - čtvrtým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky příjemce dle článku 9. odst. 9. 3 nebo odst. 9. 4 této smlouvy v případě, pokud není postupováno dle předchozího ustanovení o doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek.
- 9.3.** Ke dni podpisu této smlouvy je:
- (a) adresou pro doručování Kupujícímu: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Husova 357/10, Liberec, PSČ: 460 63

e-mailová adresa: [REDACTED]

ID datové schránky: jwaeuen

(b) adresou pro doručování Prodávajícímu:

Getinge Czech Republic, s.r.o.

Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

e-mailová adresa: [REDACTED]

ID datové schránky: qxqzic

RATAN medical equipment s.r.o.

Worklounge, Pernerova 51, Praha 8, 186 00

e-mailová adresa: [REDACTED]

ID datové schránky: uugwdtw

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Změna adresy pro doručování je pro účely doručování pro druhou smluvní stranu účinná k okamžiku doručení informace druhé smluvní strany o změně sídla.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1.** Smluvní strany se zavazují vzájemně a řádně se informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
- 10.2.** Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
- 10.3.** Tato Kupní smlouva je uzavírána elektronicky a je opatřena uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 10.4.** Obsah této Kupní smlouvy je možné měnit jen dodatky opatřenými uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Nedílnou součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných Dodatků k této smlouvě.
- 10.5.** Prodávající prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že zboží odpovídá všem platným právním předpisům a normám.
- 10.6.** Prodávající si je vědom veřejnoprávního charakteru Kupujícího a povinností z toho plynoucích.
- 10.7.** Tato kupní smlouva bude v souladu s § 219 zákona zveřejněna na profilu zadavatele.
- 10.8.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložení do Registru smluv.
- 10.9.** Prodávající je srozuměn s tím, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a je si vědom toho, že tato Smlouva (případně Dílčí kupní smlouvy, uzavřené dle této Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro jejich zveřejnění dle zákona o registru smluv), podléhá režimu povinného zveřejňování dle tohoto zákona. Zveřejnění Smlouvy, event. Dílčí kupní smlouvy bude zajišťovat Kupující.
- 10.10.** Prodávající prohlašuje, že žádná informace uvedená v této smlouvě včetně přílohy není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
- 10.11.** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění).

- 10.12.** Prodávající se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce, zavazuje při realizaci předmětu smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet (tj. i pro své poddodavatele).
- 10.13.** Kupující je plnění povinností z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění předloženého v nabídce Prodávajícího oprávněn kdykoli v průběhu realizace předmětu smlouvy kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Kupujícího.
- 10.14.** Vzhledem ke skutečnosti, že Kupujícímu byla přidělena dotace na spolufinancování realizace předmětu smlouvy, se Prodávající zavazuje, že umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu souvisejících dokladů.
- 10.15.** Prodávající si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy. Tuto povinnost je Prodávající povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.
- 10.16.** Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.
- 10.17.** Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných předpisů platných v ČR.
- 10.18.** Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 10.19.** Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své uznávané elektronické podpisy.

Přílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Technická specifikace |
| Příloha č. 2 | Kompletní soupis položek zboží včetně ocenění (k bodu 2.7. této smlouvy) |

Datum: (dle data elektronického podpisu)

Datum: (dle data elektronického podpisu)

za Kupujícího:

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

za Prodávajícího:

za Getinge Czech Republic, s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.17
10:14:26 +02'00'

Digitally signed by
Date: 2023-10-16 08:45:02.00

Digitally signed by
Date: 2023-10-13
16:09+02:00

Na základě plné moci

Na základě plné moci

za RATAN medical equipment s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.16
10:37:03 +02'00'

Jednatel

Operační stoly

Požadujeme dodání 5 ks systémových operačních stolů stavebnicového uspořádání s vyměnitelnou skladbou segmentů. Dále požadujeme dodání 3 ks mobilních operačních stolů.

1) Systémový operační stůl (5 ks)

Technická specifikace:

Obchodní název a typové označení přístroje	Maquet Otesus/DORO		
Výrobce přístroje	Maquet/ pro med instruments GmbH		
Parametr	požadovaná hodnota	typ parametru	nabízená hodnota
Základní požadavky systémového stolu (5 ks)			
Systémový operační stůl s výměnnou operační deskou stavebnicového uspořádání	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Otesus str.4
Elektromotorické hnací jednotky	Ano	absolutní parametr	ANO
Bezdrátové dálkové ovládání s barevným displejem vč. nabíjecí základny ovladače. Na displeji ovladače musí být zobrazena alespoň aktuální poloha stolu, údaj o stupních náklonu, stav baterie ovladače a stolu	Ano	absolutní parametr	ANO, s barevným dotykovým displejem, údaje o poloze stolu včetně číselných údajů o náklonech, stav baterie ovladače i stolu, produktový list Otesus str.10
Možnost kabelového připojení bezdrátového ovladače ke stolu nebo dodání extra ovladače ke každému ze stolů	ANO/NE	Hodnocený, typ C	Ovladač lze kabelem připojit ke stolu, kabel součástí nabídky, návod univerzální ovladač str.24
Ovládací jednotka na noze stolu přístupná z boku (nikoli od hlavy nebo nohou)	Ano	absolutní parametr	ANO, z boku základny, návod Otesus str.22
Ovládací jednotka na noze stolu přístupná z boku (nikoli od hlavy nebo nohou) a přístupná i s navezeným transportním vozíkem	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Otesus str.22
Napájení stolu vysokokapacitními bezúdržbovými akumulátory, mikroprocesorově řízené dobíjení	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Otesus str.79
Požadována vysoká stabilita stolu s mobilní základnou	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Otesus od str.130
Celkové zatížení nohy operačního stolu v nulové poloze	min. 350 kg	Hodnocený, typ B	ANO, 380 kg
Základna koncipovaná pro návoz desky z čelní a zadní strany nikoli z boku	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Otesus str.100
Navážení desek na nohu obousměrně (hlava – nohy) s automatickým rozpoznáním pozice, bez nutnosti nastavení reverzního režimu	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Otesus od str.100
Základna musí dle momentální konfigurace desky rozpoznat orientaci pacienta na operačním stole a	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový

tomu automaticky přizpůsobit všechny funkce ovládání			list Otesus str.12
Systémová min. šestisegmentová deska – hlava, horní zádová sekce, dolní zádová sekce, pánev, dvou/čtyř-segmentová sekce pro dolní končetiny	Ano	absolutní parametr	ANO, modulární deska, produktový list Otesus str.14
Eurolišty po obou stranách operačních desek, umožňující připevnění příslušenství	Ano	absolutní parametr	ANO
Nezávislý pohon pravého a levého segmentu pro nohy; nezávislý elektrický pohon zádové sekce; mechanické polohování segmentu hlavy	Ano	absolutní parametr	ANO, nožní díl motoricky, zádový motoricky, hlavový mechanicky
Segmenty dolních končetin roztažitelné, umožňující vytvořit polohu tvaru „U i V“	Ano	absolutní parametr	ANO
Operační základna musí být mobilní	Ano	absolutní parametr	ANO, posouvatelná pomocí transportéru
Pohyb operační základny zajištěn pomocí transportního vozíku, s možností aretace koleček pro přímý směr jízdy	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Otesus str.9
U standardní systémové operační desky bude možno připojit extenční zařízení, případně karbonové příslušenství	Ano	absolutní parametr	ANO
tzv. „nulová“ poloha rychle dosažitelná jak na bezdrátovém ovladači, tak na sloupu operačního stolu	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Otesus od str.56
Hlášení mezních poloh operační desky alespoň zvukovým signálem	Ano	absolutní parametr	ANO, akusticky i vizuálně na ovladači
Komunikace připojených částí operačního stolu s řídicí jednotkou (čipované části, transpondéry), antikolizní systém	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Otesus str.12
Bezpečné, spolehlivé a rychlé napojování segmentů operační desky	Ano	absolutní parametr	ANO, Easy click, produktový list Otesus str.8
Systémové a mobilní stoly od jednoho výrobce s možností kompatibility segmentů a příslušenství	Ano	absolutní parametr	ANO, části desky i příslušenství kompatibilní
Možnost mytí operačních desek a jednotlivých segmentů v mycím automatu (bez polstrování)	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Otesus str.11
Veškeré polstrování musí být s paměťovou pěnou, v antistatické úpravě, snadno omyvatelné a umožňující snadnou údržbu a hygienu	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Otesus str.12
Tloušťka polstrování	min. 80 mm	absolutní parametr	ANO, 80 mm
Celokarbonová plně RTG transparentní operační deska – ovladatelná připojeným joystickem i dálkovým ovládáním (vč. fixačního pásu)	Ano	absolutní parametr	ANO
Celokarbonová deska umožňující připojení dalšího příslušenství z obou bočních stran operační desky s požadovanou nastavitelností podélného a příčného posuvu operační desky	Ano	absolutní parametr	ANO
Požadovaná nosnost celokarbonové desky	min. 220 kg	Hodnocený, typ B	ANO, 245 kg, návod karbonová deska str.42

Požadovaný minimální rozsah polohování			
Zdvih operační desky (bez matrace) v rozsahu	min. 620 – 1040 mm	absolutní parametr	ANO, návod Otesus od str.128
Celkový výškový zdvih operační desky	min. 500 mm	Hodnocený, typ B	540 mm, návod Otesus str.130
Polohy Trendelenburg/anti-Trendelenburg	min. +45°/-45°	Hodnocený, typ B hodnocen bude celkový rozsah – absolutní součet	+45°, produktový list Otesus str.23
Boční náklon operační desky (na obě strany)	min. 25°	Hodnocený, typ B	28°, produktový list Otesus str.23
Volitelně kombinovaný náklon Trendelenburg / anti-Trendelenburg a boční náklon	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Otesus str.21
Podélný posun operační desky	min. 320 mm	Hodnocený, typ B	400 mm, produktový list Otesus str.22
Pohyb zádové sekce	min. +70°/-50°	Hodnocený, typ B hodnocen bude celkový rozsah – absolutní součet	+90°, produktový list Otesus str.23
Nezávislá a společná polohovatelnost sekcí dolních končetin	min. +90°/ -100°	absolutní parametr	+90°/-100°, produktový list Otesus str.23
Plynulá abdukce segmentů dolních končetin v rozsahu	min. 0°- 80°	absolutní parametr	0 – 120°, návod nožní segment str.31
Požadované minimální vybavení a příslušenství pro obor neurochirurgie (1 ks základny)			
Výškově stavitelný transportér operačních desek - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Základ operační desky vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Dolní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Horní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Polohovatelný dvoukloubový segment hlavy vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložky nohou čtyř/dvousegmentové vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Anesteziologický rám se svorkou - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložka ruky k anestezii, plně polohovatelná - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Upínka horní končetiny - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pásek přes pacienta - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Boční opěrka o standardním rozměru cca 120x215 mm - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Zúžený karbonový zádový segment délky min. 600 mm vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO

Základní neurochirurgický hlavový hliníkový držák (otočný adaptér na lebeční svorku, lebeční svorka, Lebeční resterilizovatelné piny) - <u>1 set</u>	Ano	absolutní parametr	Base Unit 3001-00, Swivel Adaptor 3002-00, DORO Skull Clamp 1001.001, (vše str.6 prospektu) Pins 3005-00 (str.11)
Základní neurochirurgický hlavový karbonový držák (otočný adaptér na lebeční svorku, lebeční svorka, Lebeční resterilizovatelné piny) - <u>1 set</u>	Ano	absolutní parametr	DORO LUCENT Headrest Systém komplet vis. Str. 20 prospekt Pins 3005-00 str.11 prospekt
Segmenty pro nastavení polohy v kleku (knee chest position) s nosností min. 200 kg, s nastavitelnou podporou lýtek vč. sedací konzole, boční opěrky pánve, polstrování a gelových podložek (možno řešit nastavením nožních čtyřsegmentových dílů) - <u>1 set</u>	Ano	absolutní parametr	Pomocí čtyřdílných nožních dílů
Celokarbonová plně RTG transparentní operační deska o délce min. 2000 mm, vč. polstrování a ovládacího joysticku - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Karbonový jezdec pro přichycení základního příslušenství (kompletní set) - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Nástěnný držák na karbonovou desku - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO /DORO/
Požadované minimální vybavení a příslušenství pro obor ortopedie (1 ks základny)			
Výškově stavitelný transportér operačních desek - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Základ operační desky vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Dolní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Horní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Polohovatelný dvoukloubový segment hlavy vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložky nohou dvousegmentové vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložky nohou čtyřsegmentové vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Anesteziologický rám se svorkou - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložka ruky k anestezii, plně polohovatelná - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Upínka horní končetiny - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pásek přes pacienta - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Boční opěrka o standardním rozměru cca 120x170 mm - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pažní podložka na operace humeru (při poloze na břiše) - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Karbonový segment o délce min. 1150 mm vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO, 1150 mm
Karbonový jezdec pro přichycení základního příslušenství (kompletní set) - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO

Segment na ASK operace ramen – alespoň třídílný segment o délce min. 550 mm - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Fixace hlavy (helma) - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Multikloubová podložka ruky se sterilním návlekiem - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO, Trimano
Podpora kolene pro ASK výkony (základní se svorkou) - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podpora kolene pro ASK výkony kulatá s polstrováním a svorkou - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Opěrka stehna při ASK kolene - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Motoricky ovládané polohovací zařízení pro výkony na koleni vč. polstrování, gelové podložky, svorky, upínky - <u>1 ks</u>	ANO/NE	Hodnocený, typ C	ANO, návod artroskopický držák kolene
Nástěnný držák na karbonovou desku - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO /DORO/
Požadované minimální vybavení a příslušenství pro obor traumatologie (2 ks základny)			
Výškově stavitelný transportér operačních desek - <u>4 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Základ operační desky vč. polstrování - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Dolní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Horní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Polohovatelný dvoukloubový segment hlavy vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložky nohou čtyřsegmentové vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Dvoukloubový držák hlavy do zúžené desky – karbonové provedení - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Anesteziologický rám se svorkou - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložka ruky k anestezii, plně polohovatelná - <u>4 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Upínka horní končetiny - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pásek přes pacienta - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Boční opěrka o standardním rozměru cca 120x215 mm - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pažní podložka na operace humeru (při poloze na břiše) - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Karbonový segment o délce min. 1150 mm vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Zúžený karbonový segment délky min. 600 mm vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Karbonový jezdec pro přichycení základního příslušenství (kompletní set) - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Karbonový stolek s nohou pro operace HK o rozměru min. 800 x 400 mm - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Karbonový stolek s nohou pro operace HK o rozměru min. 700 x 350 mm - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO

Podložka hlavy typu helma vč. kloubové spojky - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Extenční zařízení s transportní deskou pro obě dolní končetiny - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Extenční pánevní segment – radiolucentní provedení, vč. kožené trakční boty, polsteru, možnosti instalace podložek nohou a trakčního kolíku - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Celokarbonová plně RTG transparentní operační deska o délce min. 2000 mm, vč. polstrování a ovládacího joysticku - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Úložný stojanový vozík pro uložení kompletního extenčního příslušenství (vč. karbonové extenze) a pro další zvolené příslušenství - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Požadované minimální vybavení a příslušenství pro obor chirurgie (1 ks základny)			
Výškově stavitelný transportér operačních desek - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Základ operační desky vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Dolní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Horní zádový polohovatelný díl vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Polohovatelný dvoukloubový segment hlavy vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložky nohou dvousegmentové vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Anesteziologický rám se svorkou - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložka ruky k anestezii, plně polohovatelná - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Upínka horní končetiny - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pásek přes pacienta - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Boční opěrka o standardním rozměru cca 120x215 mm - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Standardní schauty se svorkou - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Gelové podložky – <u>1 set</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Vozík na příslušenství - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO

2) Mobilní operační stůl (3 ks)**Technická specifikace:**

Obchodní název a typové označení přístroje	Maquet Meera		
Výrobce přístroje	Maquet		
Parametr	požadovaná hodnota	typ parametru	nabízená hodnota
Základní požadavky mobilního stolu (3 ks)			
Operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Meera str.3
Elektromotorické hnací jednotky	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Meera str.3, návod Meera str.63
Bezdrátové dálkové ovládání s barevným displejem vč. nabíjecí základny ovladače. Na displeji ovladače musí být zobrazena alespoň aktuální poloha stolu, údaj o stupních náklonu, stav baterie ovladače a stolu	Ano	absolutní parametr	ANO, s barevným dotykovým displejem, údaje o poloze stolu včetně číselných údajů o náklonech, stav baterie ovladače i stolu, návod Meera str.21
Možnost kabelového připojení bezdrátového ovladače ke stolu nebo dodání extra ovladače ke každému ze stůlů	ANO/NE	Hodnocený, typ C	Ovladač lze kabelem připojit ke stolu, kabel součástí nabídky, návod Meera str.21
Ovládací jednotka na noze stolu přístupná z boku (nikoli od hlavy nebo nohou)	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Meera str.20
Napájení stolu vysokokapacitními bezúdržbovými akumulátory, mikroprocesorově řízené dobíjení	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Meera str.32
Požadována vysoká stabilita stolu	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Meera str.5
Celkové zatížení operačního stolu v nulové poloze	min. 350 kg	Hodnocený, typ B	ANO, 454 kg, produktový list Meera str.5

Operační min. pětisegmentová deska – hlava, horní zádová sekce, základní pánevní díl, dvousegmentová sekce pro dolní končetiny	Ano	absolutní parametr	ANO, modulární deska, produktový list Meera str.10
Eurolišty po obou stranách operačních desek, umožňující připevnění příslušenství	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Meera str.101
Nezávislý pohon segmentů pro nohy; nezávislý elektrický pohon zádové sekce; mechanické polohování segmentu hlavy	Ano	absolutní parametr	ANO, elektricky lze polohovat nohy i záda, mechanicky hlava i nohy
Segmenty dolních končetin roztažitelné, umožňující vytvořit polohu tvaru „U i V“	Ano	absolutní parametr	ANO
Operační základna musí být mobilní	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Meera str.6
Pohyb operační základny/stolu zajištěn pomocí čtyř dvoudílných brzditelných koleček zabudovaných v základně, kolečka chráněna proti znečištění a umožňující pohyb stolu do strany či v přímém směru jízdy,	Ano	absolutní parametr	ANO, kolečka zabudovaná v základně, chráněna proti znečištění. produktový list Meera str.6
U základního segmentu operační desky bude možno připojit extenční zařízení, případně karbonové příslušenství	Ano	absolutní parametr	ANO
tzv. „nulová“ poloha rychle dosažitelná jak na bezdrátovém ovladači, tak na sloupu operačního stolu	Ano	absolutní parametr	ANO, návod Meera str.41
Hlášení mezních poloh operační desky alespoň zvukovým signálem	Ano	absolutní parametr	ANO, akusticky i vizuálně na ovladači
Bezpečné, spolehlivé a rychlé napojování segmentů operační desky	Ano	absolutní parametr	ANO, Easy click, produktový list Meera str.6
Systémové a mobilní stoly od jednoho výrobce s možností kompatibility segmentů a příslušenství	Ano	absolutní parametr	ANO, kompatibilita jednotlivých desek i příslušenství
Možnost mytí odnímatelných segmentů v mycím automatu (bez polstrování)	Ano	absolutní parametr	ANO
Veškeré polstrování musí být s paměťovou pěnou, v antistatické úpravě, snadno omyvatelné a umožňující snadnou údržbu a hygienu	Ano	absolutní parametr	ANO

Tloušťka polstrování	min. 80 mm	absolutní parametr	ANO, 80 mm
Požadovaný minimální rozsah polohování			
Zdvih operační desky (bez matrace) v rozsahu	min. 600 – 1040 mm	absolutní parametr	ANO, produktový list Meera str.9
Celkový výškový zdvih operační desky	min. 450 mm	Hodnocený, typ B	ANO 450 mm, produktový list Meera str.9
Polohy Trendelenburg/anti-Trendelenburg	min. +25°/-25°	Hodnocený, typ B hodnocen bude celkový rozsah – absolutní součet	-25°/+35°, produktový list Meera str.9
Boční náklon operační desky (na obě strany)	min. 20°	Hodnocený, typ B	20°, produktový list Meera str.9
Volitelně kombinovaný náklon Trendelenburg a boční náklon	Ano	absolutní parametr	ANO, produktový list Meera str.9
Podélný posun operační desky	min. 300 mm	Hodnocený, typ B	310 mm, produktový list Meera str.9
Pohyb zádové sekce	min. +70°/-40°	Hodnocený, typ B hodnocen bude celkový rozsah – absolutní součet	+70°-40°, produktový list Meera str.9
Nezávislá a společná polohovatelnost sekcí dolních končetin	min. +80°/-90°	absolutní parametr	+80°/-90°, produktový list Meera str.9
Plynulá abdukce segmentů dolních končetin v rozsahu	min. 0°- 80°	absolutní parametr	0-110°, návod nožní díl dělený str.21
Požadované minimální vybavení a příslušenství			
Základ operační desky vč. polstrování - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Polohovatelný segment hlavy vč. polstrování - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Horní zádový segment vč. polstrování - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pánevní segment vč. polstrování - <u>1 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložky nohou dvousegmentové vč. polstrování - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO

příloha č. 1 Kupní smlouvy – Formulář technické specifikace

Anesteziologický rám se svorkou - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Podložka ruky k anestezii, plně polohovatelná - <u>5 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Upínka horní končetiny - <u>3 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Pásek přes pacienta - <u>4 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Boční opěrka o standardním rozměru cca 120x170 mm - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Boční opěrka ruky pro polohu na boku (vysoká, se svorkou) - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Ramenní opěrky - <u>1 pár</u>	Ano	absolutní parametr	ANO
Vozík na příslušenství (s alespoň 2 koši) - <u>2 ks</u>	Ano	absolutní parametr	ANO

**Kompletní soupis jednotlivých položek a činností za které odpovídá v rámci
Konsorcia společnost Getinge Czech Republic**

Zboží, příslušenství – obecný název	Zboží, příslušenství – typ	Výrobce	Počet	Cena celkem V Kč bez DPH
Systémový operační stůl včetně požadovaného příslušenství	Maquet OTESUS	Maquet GmbH	5	13.083.273,06
Mobilní operační stůl včetně požadovaného příslušenství	Maquet MEERA	Maquet GmbH	3	2.066.726,94

**Kompletní soupis jednotlivých položek a činností za které odpovídá v rámci
Konsorcia společnost RATAN medical equipment**

Zboží, příslušenství – obecný název	Zboží, příslušenství – typ	Výrobce	Počet	Cena celkem V Kč bez DPH
Kraniální stabilizační systém Radiolucentní	DORO LUCENT Headrest System	pro med instruments GmbH	1	1.557.000,00
Kraniální stabilizační systém ALU	DORO QR3 Headrest System	pro med instruments GmbH	1	822.000,00
Fixační hroty resterilizovatelné	DORO Reusable Skull Pins Stainless Stell	pro med instruments GmbH	2	20.000,00
Držák na zeď	DORO Headrest Wall Storage Unit	pro med instruments GmbH	2	80.000,00