

Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Lůžka pro standardní péči vč. matrací a nočních stolků

Část veřejné zakázky: 3

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Lůžko pro standardní péči – univerzální nemocniční lůžko, elektricky polohovatelné s příslušenstvím, určené pro standardní péči o pacienty na lůžkových odděleních			
Výrobce	L I N E T spol. s r.o.		
Typ / Model	127 ks lůžek Eleganza 1 2 ks lůžek Eleganza 4 (s váhami)		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	40 ks – interní oddělení 34 ks – chirurgické oddělení 30 ks – gynekologicko-porodnické oddělení 25 ks - ortopedické oddělení		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	39 556,97 Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	5 102 849,16 Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	765 427,37 Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	5 868 276,53 Kč		
Základní vlastnosti přístroje			
specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Bezpečnostní lůžka dle standardu IEC 60601-2-52 v platném znění*	ANO		Prohlášení o shodě

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

Vnější rozměr lůžka max. 224 x 100 cm	ANO	Eleganza 1 218 x 99,5 cm Eleganza 4 217,5 x 100 cm	Eleganza 1 Katalog – str. 15 Eleganza 4 Katalog str. 19
Stabilní, robustní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez obtížně čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), lehce omyvatelné ložní díly lůžka	ANO		Eleganza 1 Katalog – str. 9 Eleganza 4 Katalog str. 17
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	ANO		Eleganza 1 Katalog – str. 14 a 15 Eleganza 4 Katalog – str. 15
Konstrukce lůžka musí umožnit polohovat ložnou plochu a její jednotlivé části i při zatížení pacientem s maximální možnou vahou	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 69 Eleganza 4 Návod na použití – str. 18
Elektricky výškové nastavení lůžka minimálně v rozsahu 41 až 75 cm	ANO	Eleganza 1 39,5 – 76 cm Eleganza 4 41 – 79 cm	Eleganza 1 Katalog – str. 15 Eleganza 4 Katalog str. 19
Rozměry ložné plochy o velikosti min. 200 x 90 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení, tedy nejmenší možný vnitřní rozměr)	ANO	Eleganza 1 200 x 90 cm Eleganza 4 208 x 90 cm	Eleganza 1 Katalog – str. 15 Eleganza 4 Katalog str. 19
Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg	ANO	250 kg	Eleganza 1 Katalog – str. 15 Eleganza 4 Katalog str. 19
Integrované prodloužení ložné plochy o min. 20 15 cm s možností aretace	ANO	Eleganza 1 15 cm Eleganza 4 22 cm	Eleganza 1 Katalog – str. 15 Eleganza 4 Katalog str. 19
Autoregrese ložné plochy při změně nastavení zádového a stehenního dílu	ANO		Eleganza 1 Katalog – str. 5 Eleganza 4 Katalog str. 13
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 44° 12° pomocí elektromotoru	ANO	Eleganza 1 15° Eleganza 4 14°	Eleganza 1 Katalog – str. 15 Eleganza 4 Katalog str. 19
Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic z obou stran lůžka	ANO		Eleganza 1 Katalog – str. 14 Eleganza 4 Návod na použití – str. 56
Ochrana všech motorů proti mechanickému přetížení	ANO		Eleganza 1 Katalog – str. 15 Eleganza 4

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

			Katalog – str. 19
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností deaktivace funkcí na patientském ovladači a přednastavenými důležitými polohami (minimálně kardiacké křeslo, resuscitační poloha CPR, TR/ATR poloha)	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 39 Eleganza 4 Návod na použití – str. 40
Ruční patientský ovladač s podsvícenými tlačítky, snadno odnímatelný, připojený na krouceném kabelu	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 42 Eleganza 4 Návod na použití – str. 42
Integrované sklopné dělené postranice ¾ plastové s plynulým dojezdem a možností doplnění o protektor do plné délky boční strany lůžka nebo integrované sklopné dělené plastové postranice s plynulým dojezdem s pokrytím celé ložné plochy.	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 28 Eleganza 4 Návod na použití – str. 30
Výška postranic musí být dostatečná pro použití vyšších matrací a to minimálně 45 cm nad ložnou plochou; odpovídající normě a bezpečnosti pacienta (dostatečná k zajištění bezpečnosti pacienta)	ANO	Eleganza 1 (odpovídající normě a bezpečnosti pacienta i u níže spec. matrací s min. 14 a 15 cm výšky) Eleganza 4 45 cm	Eleganza 1 Návod na použití – str. 68 Eleganza 4 Návod na použití – str. 18
Kolečka o průměru min. 150 mm	ANO	150 mm	Eleganza 1 Návod na použití – str. 68 Eleganza 4 Návod na použití – str. 18
Centrální ovládání brzd koleček (brzda v každém rohu lůžka)	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 51 Eleganza 4 Návod na použití – str. 33
4 horizontální nárazová kolečka pro ochranu rohů lůžka	ANO		Eleganza 1 Katalog – str. 14 Eleganza 4 Katalog str. 19
Odnímatelná plastová čela s madly a s fixačními zámkami proti samovolnému vytažení při transportu, povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 32

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci			Eleganza 4 Návod na použití – str. 24
Plastová odnímatelná čela musí jít lehce a rychle odstranit z důvodu včasného přístupu k pacientovi. Při odnímání se plastová čela nesmí zadržávat, zasekávat a nesmí být vynaložena příliš velká síla na jejich odstranění	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 32 Eleganza 4 Návod na použití – str. 24
Volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou nesmí být dle norem menší než 120 mm	ANO		Návod na použití Eleganza 4 – str. 18, toto platí pro oba typy lůžek, jen u lůžka Eleganza 1 nemáme uvedeno v návodu, ani v katalogu
Zálohová baterie ke každému lůžku	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 34 Eleganza 4 Návod na použití – str. 27
Oboustranné univerzální lišty a držák na příslušenství na bocích lůžka	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 56 Eleganza 4 Návod na použití – str. 66
Svod elektrického potenciálu – potenciálové propojení	ANO		Eleganza 1 Návod na použití – str. 22 Eleganza 4 Návod na použití – str. 25
Kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3 m od čela lůžka při natažení	ANO		Návod na použití Eleganza 1 – str. 71, toto platí pro oba typy lůžek, jen u lůžka Eleganza 4 nemáme uvedenou délku kabelu v návodu, ani v katalogu, ostatní informace o kabelu k lůžku Eleganza 4 naleznete v návodu na použití na str. 27
Veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně upevněna a umístěna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování	ANO		

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

Příslušenství		
Interní oddělení: - ke každému lůžku infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost záměny stran umístění) - políčka na psaní na čelo lůžka (podpora pro psaní pro ošetřující personál) – 40 ks - držák podložní mísy – 40 ks - přenosný držák močové lahve – 40 ks - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 40 ks - přenosný kovový držák na berle – 40 ks - držák monitoru – 4 ks - lišta s pohyblivými háčky na obě strany lůžka – 40 ks - vážicí systém – 2 ks	ANO	Cenová nabídka, Vážicí systém k lůžku Eleganza 4
Chirurgické oddělení - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 34 ks - lišta s pohyblivými háčky na obě strany lůžka – 34 ks - přenosný kovový držák na berle – 34 ks - držák na infuze k zavěšení infuzních sáčků nebo lahví na hrazdu – 34 ks	ANO	Cenová nabídka
Gynekologické oddělení - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 7 ks - infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost záměny stran umístění) – 5 ks	ANO	Cenová nabídka
Ortopedické oddělení - přenosný držák močové láhve – 25 ks - extenční nerezová souprava – 1 ks - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 25 ks - lišta s pohyblivými háčky na obě strany lůžka – 25 ks - přenosný kovový držák na berle – 30 ks	ANO	Cenová nabídka

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Pasivní antidekubitní matrace pro standardní lůžka	
Výrobce	Wulff MED TEC GmbH
Typ / Model	MediMatt 30
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců
Počet ks	40 ks – interní oddělení 34 ks – chirurgické oddělení 30 ks – gynekologicko-porodnické oddělení 25 ks - ortopedické oddělení

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

Cena v Kč bez DPH za 1 kus	4 625,53 Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	596 693,37 Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	89 504,01 Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	686 197,38 Kč		
Základní vlastnosti			
specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Pasivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitu – riziko II až III.	ANO		Katalog - str. 4
Rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška matrace min. 14 cm	ANO	14 cm	Katalog - str. 15
Matrace vyrobená minimálně ze dvou typů pěn o různých vlastnostech: a) horní vrstva matrace je vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m ³ b) spodní vrstva matrace je vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m ³	ANO		Katalog - str. 9
Jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka	ANO		Katalog - str. 9
Potah matrace vyrobený z pružného paropropustného, voděodolného a bakteriostatického materiálu, odolného vůči běžným dezinfekčním prostředkům, pratelný	ANO		Katalog - str. 14
Potah matrace snadno dezinfikovatelný a snímatelný, vybavený transportními madly pro jednoduchou manipulaci, zip minimálně do L (180°) zakrytým ochrannou chlopní proti znečištění.	ANO		Katalog - str. 9 a 14
Nosnost matrace min. 150 kg	ANO	150 kg	Katalog - str. 9
Nehořlavost matrace a potahu min. CRIB 5	ANO	CRIB 5	Katalog - str. 9

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Aktivní antidekubitní systém pro prevenci a podporu léčby III. stupně dekubitu	
Výrobce	Airflo (Xiamen) Medical Co., Ltd.
Typ / Model	Air2Care 6
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

Počet ks	2 ks standard lůžko – gynekologicko-porodnické oddělení 20 ks standard lůžko – interní oddělení 5 ks standard lůžko – ortopedické oddělení		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	13 383,90 Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	361 365,30 Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	54 204,79 Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	415 570,09 Kč		
Základní vlastnosti			
specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Pro prevenci a podporu léčby III. stupně dekubitu, pacienti se středním rizikem vzniku proleženin	ANO		Katalog
Nosnost matrace min. 160 kg	ANO	160 kg	Katalog - str. 19
Střídavý cyklus nafukování a vyfukování skupin článků matrace	ANO		Katalog - str. 9
Matrace musí disponovat systémem cely v cele, nebo cely nad celou	ANO		
Nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta	ANO		Katalog - str. 15
CPR – rychlé vypuštění článků pod pacientem do max. 20 s	ANO	do max. 20 s	Katalog - str. 15
Transportní režim – udržení stabilního tlaku min. 4 hodiny	ANO	8 hodin	Katalog - str. 15
Bezpečnostní tlačítko proti náhodným změnám nastavení	ANO		Katalog - str. 18
Výška matrace min. 15 cm	ANO	15 cm	Katalog - str. 19
Ovládací panel s možností nastavení režimů min. maximální tlak, režim konstantně nízkého tlaku apod.	ANO		Katalog - str. 19
Potah voděodolný, paropropustný, vrchní potah snímatelný, zip po obvodu 360°, odolné proti průniku nečistot a tekutin dovnitř	ANO		Katalog - str. 19
Povrch musí být dezinfikovatelný a prátelný na min. 60°C	ANO	95°C	Návod na použití – str. 19
Spodní část matrace opatřena protiskluzovou úpravou	ANO		
Kompresor umožňující kontrolu systému, musí mít bezhlučný chod	ANO		Katalog – str. 13

Okomentoval(a): [A1]: Je zvast nebo součást postele? Jak to naceněno?

Okomentoval(a): [A2R1]: Je zvlášť

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

Bezpečnost pacienta zajištěna dobrým úchopovým systémem matrace k lůžku	ANO		Návod na použití – str. 12
Snadná výměna/oprava jednotlivých cel	ANO		Katalog - str. 16
Délka přívodního elektrického kabelu min. 4,5 m	ANO		
Úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu	ANO		Katalog - str. 19
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem: - nabízené standardní lůžko na gynekologicko-porodnické odd. - nabízené standardní lůžko na interní odd. - nabízené standardní lůžko na ortopedické odd.	ANO		Katalog - str. 19
Systém prevence poškození/přejetí kabelu lůžkem	ANO		

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Noční stolky (Pacientský stolek s jídelní deskou, pojízdný)			
Výrobce	L I N E T spol. s r.o.		
Typ / Model	Eleganza Classic		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	40 ks – interní oddělení 34 ks – chirurgické oddělení 30 ks – gynekologicko-porodnické oddělení 25 ks - ortopedické oddělení		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	10 684,00 Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	1 378 236,00 Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	289 429,56 Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	1 667 665,56 Kč		
Základní vlastnosti			
specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

Oboustranné provedení, stabilní kovová konstrukce včetně podvozku.	ANO		Návod na použití – str. 9
Materiál desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD).	ANO		Návod na použití – str. 5 a 6
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů	ANO		Návod na použití – str. 6
Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka nebo velká spodní zásuvka, prostor pro obuv	ANO		Návod na použití – str. 6
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretačí výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro ták s jídelm min. 550x330 mm	ANO		Návod na použití – str. 5 a 10
Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí	ANO		Návod na použití – str. 9
Plastová vložka zásuvky z ABS	ANO		Návod na použití – str. 9
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev	ANO		Vyobrazení v příloze 4. Další dokumenty- Prostor pro umístění lahve ve stolku
Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička	ANO		Návod na použití – str. 6
Dvojitá plastová kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka brzditelná.	ANO	75 mm, 2 kolečka brzditelná	Návod na použití – str. 5 a 8
Uzamykatelná dvířka nebo zásuvka s dodávkou 2 klíčů	ANO		Návod na použití – str. 9
Držák ručníku	ANO		Návod na použití – str. 6 a 11
Korpus stolku díly (stejná barva jako lůžka)	ANO		Vzorník dekorů
Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele	ANO		Katalog a vzorník dekorů
Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek	ANO		Katalog a vzorník dekorů
Nosnost jídelní desky min. 8 kg	ANO	9 kg ve středu desky	Návod na použití – str. 5

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: **nejdou zdravotnický přístroj**

Lůžka a matrace - I., stolky

Příloha č. 3 - Technická specifikace- OPRAVA

- uvedte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): **Přístroj tyto úkony nevyžaduje**