

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV – část 3: Lůžka pro standartní péči vč. matrací a nočních stolků</b>
<b>Zadavatel:</b>	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>Způsob zadání:</b>	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona ze dne 1. 8.2023.**

Dobrý den,

posíláme Vám dodatečné dotazy k VZ s názvem "Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV"

Část 3 - Lůžka pro standardní péči vč. matrací a nočních stolků

### **Dotaz č.1**

Parametr - Ruční patientský ovladač s podsvícenými tlačítky, snadno odnímatelný, připojený na krouceném kabelu

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s ručním patientským ovladačem s podsvícenými tlačítky, odnímatelným v controlboxu lůžka, připojeném na krouceném kabelu?

### **ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1:**

Ano, zadavatel bude akceptovat lůžko s ručním patientským ovladačem s podsvícenými tlačítky, odnímatelným v controlboxu lůžka, připojeném na krouceném kabelu.

### **Dotaz č.2**

Parametr - Centrální ovládání brzd koleček (brzda v každém rohu lůžka)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka), kde ovládání centrální brzdy je pomocí dvou překlopných pák v nožní části lůžka?

### **ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 2:**

Ano, zadavatel bude akceptovat lůžko s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka), kde ovládání centrální brzdy je pomocí dvou překlopných pák v nožní části lůžka.

### **Dotaz č.3**

Parametr - Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro táč s jídelm min. 550x330 mm

Může uchazeč nabídnout noční stolek s jídelní deskou (350x565mm) s vnitřními rozměry pro táč 541x326mm, viz výkres v příloze?

### **ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 3:**

Ano, zadavatel bude akceptovat noční stolek s jídelní deskou (350x565 mm) s vnitřními rozměry pro táč 541x326 mm.

Zadavatel doplňuje Kupní smlouvu Přílohou č.3 Předávací protokol. **Tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.**

**Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.**

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **5. 9.2023 ve 13:00 hod.**

### **Příloha**

Příloha č. 3 Předávací protokol ke Kupní smlouvě

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové