

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

| | |
|-------------------------|--|
| Veřejná zakázka: | Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV – část 3: Lůžka pro standartní péči vč. matrací a nočních stolků |
| Zadavatel: | Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod |
| Ev. č. VVZ | Z2023-029830 |
| Způsob zadání: | Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona ze dne 23. 8.2023.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technických podmínkách u Standardního lůžka požaduje: Integrované prodloužení ložné plochy o min. 20 cm s možností aretace.

Bude zadavatel akceptovat integrované prodloužení ložné plochy o 15 cm s možností aretace?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat integrované prodloužení ložné plochy o min. 15 cm s možností aretace.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technických podmínkách u Resuscitačního lůžka požaduje: Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 14° pomocí elektromotoru.

Bude zadavatel akceptovat náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy 12° pomocí elektromotoru?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru.

Zadavatel upravuje přílohu č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace. Aktualizovaná Technická specifikace – OPRAVA je přílohou tohoto vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace.

Zadavatel mění bod 5.1. zadávacích podmínek *Termín plnění*, který nově zní:

„Dodavatel předá bezvadné plnění nejpozději do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.

V návaznosti na změnu zadávacích podmínek, zadavatel mění Přílohu č. 2 Kupní smlouva zadávacích podmínek tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **27. 9.2023 ve 13:00 hod.**

Příloha

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy – OPRAVA

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace – OPRAVA

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové