

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV – část 1: Resuscitační lůžka včetně matrací
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
VV	Z2023-029827
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na dotaze ze dne 23.8.2023.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technických podmínkách u Resuscitačního lůžka požaduje: 2 odnímatelná kompaktní plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra.

Hlavová čela u resuscitačních lůžek nabízíme bez aretace z důvodu umožnění okamžitého přístupu v případě resuscitace. Nožní čelo aretaci má.

Bude zadavatel akceptovat hlavové čelo bez aretace?

ODPOVĚĎ ONN:

Ano, zadavatel bude akceptovat hlavové čelo bez aretace.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technických podmínkách u Pasivní antidekubitní matrace pro resuscitační lůžka požaduje: Jádru matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 45 kg/m³.

Bude zadavatel akceptovat jádru matrace/kde spodní vrstva je pro větší komfort a funkčnost složena z kombinace studených pěn, kde v oblasti trupu je pěna o hustotě 80 kg/m³ a v hlavové a nožní části o hustotě 33 kg/m³?

Třída antidekubitní ochrany matrace zůstane stejná.

ODPOVĚĎ ONN:

Ano, zadavatel bude akceptovat jádru matrace/kde spodní vrstva je pro větší komfort a funkčnost složena z kombinace studených pěn, kde v oblasti trupu je pěna o hustotě 80 kg/m³ a v hlavové a nožní části o hustotě 33 kg/m³ s tím, že musí být zachována požadovaná třída antidekubitní ochrany matrace.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technických podmínkách u Pasivní antidekubitní matrace pro resuscitační lůžka požaduje: Okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti, tj. hustota min. 41 kg/m³, odpor proti stlačení 6 – 7 kPa/m².

Bude zadavatel akceptovat okraje matrace pro lepší vlastnosti vyztužené z PUR pěny o vyšší tuhosti, tj. hustota 41 kg/m³, s odporem proti stlačení větším, než u ostatních pěn jádra matrace minimálně 3,9 kPa/m².

Třída antidekubitní ochrany matrace zůstane stejná.

ODPOVĚĚ ONN:

Ano, zadavatel bude akceptovat okraje matrace pro lepší vlastnosti vyztužené z PUR pěny o vyšší tuhosti, tj. hustota 41 kg/m³, s odporem proti stlačení větším, než u ostatních pěn jádra matrace minimálně 3,9 kPa/m² s tím, že musí být zachována požadovaná třída antidekubitní ochrany matrace.

Dotaz č. 4

Zadavatel v technických podmínkách u Pasivní antidekubitní matrace pro resuscitační lůžka požaduje: Nosnost matrace min. 200 kg.

Bude zadavatel akceptovat nosnost matrace min. 190 kg?

Třída antidekubitní ochrany matrace zůstane stejná.

ODPOVĚĚ ONN:

Ano, zadavatel bude akceptovat nosnost matrace min. 190 kg s tím, že požadovaná třída antidekubitní ochrany matrace zůstane stejná.

Zadavatel upravuje přílohu č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace. Aktualizovaná Technická specifikace – OPRAVA je přílohou tohoto vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace.

Zadavatel mění bod 5.1. zadávacích podmínek *Termín plnění*, který nově zní:

„Dodavatel předá bezvadné plnění nejpozději do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy“.

V návaznosti na změnu zadávacích podmínek, zadavatel mění Přílohu č. 2 Kupní smlouva zadávacích podmínek tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **27. 9.2023 ve 13:00 hod.**

Příloha

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy – OPRAVA

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace – OPRAVA

Za zástupce zadavatele na základě pověření
v Hradci Králové