

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zdravotnické přístroje Rokycanské nemocnice - Intenzivní, endoskopická, transportní, operační, sterilizační a ostatní technika

### ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 16 - Křeslo zdravotnické multifunkční ošetřovací (s infuzním stojanem)

### ZADAVATEL

Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené

### DODAVATEL

Název dodavatele:	CHIS, s.r.o.				
Sídlo:	Hudcova 533/78c 612 00 Brno			IČO:	46970363
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Zachoval	Kontaktní osoba:	David Hrubeš		

### POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 **Zadávací dokumentace** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.** Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty),** požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Křeslo zdravotnické multifunkční ošetřovací (s infuzním stojanem)	3	36	<b>Název:</b> Plasma ND <b>Sériové číslo:</b>	
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b>				<b>Výrobce:</b> CHIS, s.r.o. Hudcova 533/78c Bnro 612 00 <b>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</b>	
Nosnost min. 180 kg				200 kg	
Omyvatelné ( vč. dezinfekčních prostředků)				ano	
Elektrické ovládání				ano	
Záložní baterie				ano	
Nastavení výšky sedáku				ano 550-700	
Nastavení úhlu sklonu segmentu opěraku				ano	
Nastavení sklonu segmentu sedáku				ano	
Nastavení úhlu sklonu podnožníku				ano	
Nastavení do vodorovné polohy				ano+ trendelenburg. Pozice	
Mobilní křeslo s kolečky s individuálním zajištěním kol				ano	
Ovládání dálkovým kabelovým ovladačem				ano	
Šířka sedáku 600mm				ano	
Koženkové čalounění				ano	
Barva světle modrá				ano	
Infuzní stojan ke každému křeslu				ano	
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.				<b>Přílohy:</b> technický list Plasma ND	
				V Brně dne 4.7.2023	
				Zpracoval: David Hruběš [REDACTED]	

