

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje Rokycanské nemocnice - Intenzivní, endoskopická, transportní, operační, sterilizační a ostatní technika					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 11 - Sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	4+A35:E55	IČO:	263 60 900		
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	EUROTEC Medical, s.r.o.				
Sídlo:	Baranova 1486/18, 130 00, Praha 3	IČO:	27601242		
Statutární zástupce:	Štěpán Vrána	Kontaktní osoba:	Štěpán Vrána		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		

	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem	4	24	Název: GK NOVUM 1000 Sériové číslo: Georg Krämer Ges.m.b.H. & Co.KG, Neuhauserweg 14061 Pasching, Austria Výrobce: DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Závazná specifikace zadavatele:					
anatomicky tvarované měkčené sedací a opěrné části				ANO	
vyjímatelná záslepka toaletního otvoru v sedátku širšího a komfortnějšího provedení				ANO	
dvě velikosti toaletního otvoru				ANO	
4 dvojité kolečka, dvě bržděná, jedno se směrovou funkcí				ANO	
obě plně výklopná boční ramena se zárovou opěrkou upevnitelnou na libovolné rameno				ANO	
konstrukce v nerezavějícím provedení				ANO	
2x vyjímatelný akumulátor 24V				ANO	
inteligentní automatická nabíječka, dálkové ovládání, bezpečnostní stop tlačítko				ANO	
integrováný ovládací panel s indikací stavů				ANO	
Nosnost 200 Kg				ANO	
Celková výška od 1.220 mm do 1.850 mm				ANO	
Celková šířka 690 mm				ANO	
Celková hloubka 910 mm				ANO	
Sedací plocha 500x440 mm				ANO	
Nastavitelná pracovní výška od 400 do 1.000 mm				ANO	
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.				Přílohy: Prospekt, CE Certifikát, Certifikát technika, Výpi OR, Výpis ŽR, Nabídka	
				V Praze dne 19.6.2023	
				Zpracoval: Štěpán Vrána	

