

Příloha č.1 k objednávce č.183/2017-Pha

Opravu a optimalizaci systému teplotní kontroly u 7 chladicích a mrazicích zařízení VZÚ Praha. Požadujeme provést kontrolu, opravu a případnou výměnu monitorovacích prvků teploty v následujícím rozsahu:

- 1) [REDACTED] - 2x teplotní snímač s měrnou kádinkou, 1x dveřní snímač, 1 měřicí modul [REDACTED]
- 2) [REDACTED] - 3x teplotní snímač s měrnou kádinkou, 2x dveřní snímač, 2x měřicí modul [REDACTED]
- 3) [REDACTED] - 2 x teplotní snímač s měrnou kádinkou, 1 x dveřní snímač, 1 x měřicí modul [REDACTED]
- 4) [REDACTED] - 6 x teplotní snímač s měrnou kádinkou, 4 x dveřní snímač, 4 x měřicí modul [REDACTED]

[REDACTED] (cena včetně požadované kontroly, opravy/ případně výměny dataloggeru; servisní a montážní práce; kalibrace snímačů včetně protokolů; validace monitorovacího systému.)

Pro OEMBO Brno požadujeme zavedení systému teplotní kontroly u 4 chladicích a mrazicích zařízení [REDACTED]

- 1) Skříň chladicí HJK 410 AP HELKAMA, [REDACTED] (počet čidel 2x, měřicí modus 1x, 1x dveřní snímač)..... [REDACTED]
- 2) Skříň chladicí HJK 410 AP HELKAMA, [REDACTED] (počet čidel 2x, měřicí modus 1x, 1x dveřní snímač) [REDACTED]
- 3) Skříň mrazicí elektrická 300 l, [REDACTED] (počet čidel 2x, měřicí modus 1x, 1x dveřní snímač) [REDACTED]
- 4) Skříň chladicí biolog. LCV 4010 LIBHER, [REDACTED] (počet čidel 2x, měřicí modus 1x, 1x dveřní snímač)..... [REDACTED]

[REDACTED] (cena včetně požadované kontroly, opravy/ případně výměny dataloggeru; servisní a montážní práce; kalibrace snímačů včetně protokolů; validace monitorovacího systému.)

V rámci služby požadujeme provést kontrolu, opravu a případnou výměnu dataloggeru. Součástí požadované služby jsou přímo související montážní a servisní práce, kalibrace teplotních snímačů a zpracování protokolu o správné činnosti celého systému teplotní kontroly.



Název společnosti
Česká republika - Ministerstvo
obraný

Tychonova 1
Praha 6
160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
(fakturační adresa)

OBJEDNAVKA

Číslo 183/2017 - Pha

Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.

Banka

Číslo účtu :

Dodavatel : KESA, s. r. o.
Smetanova 846
53973 Skuteč
Tel.:
IČO: 25285017
Bank.spoj.:

Objednáváme u Vás: službu

Opravu a optimalizaci systému teplotní kontroly u

1) VZÚ Praha-Střešovice, areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E požadujeme: u 7 chladicích a mrazicích zařízení zavedení systému teplotní kontroly

2) OEMBO Brno, Chodská 21, 61200 Brno požadujeme: u 4 chladicích a mrazicích zařízení

Požadujeme provést kontrolu, opravu a případnou výměnu monitorovacích prvků teploty v následujícím rozsahu: viz příloha k objednávce č.183/2017-Pha

V rámci služby požadujeme provést kontrolu, opravu a případnou výměnu dataloggeru. Součástí požadované služby jsou přímo související montážní a servisní práce, kalibrace teplotních snímačů a zpracování protokolu o správné činnosti celého systému teplotní kontroly.

Celková cena činí 126 058,- Kč s DPH.

Pozn.: Ze strany Ministerstva obrany budeme uzavřený smluvní vztah zveřejňovat na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru smluv.

Záruka (més.)	Způsob dodání	Vyřizuje	Kontakt	Zboží převezme	Kontakt	Termín dodání nejpozději do
3	dovoz					31. 7. 2017

V případě prodlení prodávajícího s dodáním služby ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za včas nedodanou službu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Datum, podpis a razítko objednatele:

Datum, podpis a

tu (ve
ní od
bude
době

3. Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:

Ministerstvo obrany ČR
Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1
160 01 Praha 6

4. Adresa pro doručení zboží a služeb:

U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice
(Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)