

Příloha č. 1 - Technická specifikace vč. požadavků Zadavatele

Modul pro fúzní zobrazení + modul pro synchronizované MG-UZ zobrazení

Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)	AURA Medical s.r.o., K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4, IČO: 65412559, korespondenční adresa: Libušská 8/191, 142 00 Praha 4	
Výrobce	[REDACTED]	
Jednoznačný název a typ modulu	[REDACTED] modul synchronizované zobrazení MG-UZ	
Technické požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Poznámky a komentáře
Moduly pro UTZ přístroj [REDACTED]	Ano	[REDACTED]
Modul pro fúzní zobrazení		
synchronizované on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje	Ano	[REDACTED]
součástí modulu bude zařízení pro prostorovou registraci abdominální a transrektální sondy	Ano	[REDACTED]
Modul pro synchronizované MG-UZ zobrazení		
modul pro současné zobrazení mamografického obrazu a ultrazvukového obrazu na monitoru UZ přístroje s možností automatické korelace oblasti zájmu (léze) v kraniokaudální projekci (CC) a mediolaterální projekci (MLO) s pozicí ultrazvukové sondy	Ano	[REDACTED]
Další požadavky		

Záruční doba min. 2 roky	Ano	
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)	Ano	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.	Ano	
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	Ano	
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.	Ano	