

## Ing. Petr Tuháček

---

**Od:** Ing. Petr Tuháček <reditel@poltc.cz>  
**Odesláno:** 24. října 2016 15:42  
**Komu:** 'Oldřich Matoušek'  
**Předmět:** OBJEDNÁVKA - Záložní zdroj

**OBJEDNÁVKA č. 24/10/2016**

FOMEI a.s., Praha 8  
pan Matoušek

objednávám tímto dodání záložního zdroje pro mamograf Hologic Selenia, a to dle Vaší nabídky č. ZAK 16A 00241/24.10.2016

- Celková cena pro dodávku a montáž ... 91.814,80 Kč (vč.DPH)
- místo dodání: Václavská 1560, Tachov
- termín dodání: 11/2016
- splatnost: 14 dní po dodání

Prosím o potvrzení termínu dodání. Děkuji

S pozdravem

**ing. Petr Tuháček - ředitel**

Poliklinika Tachov, PO [www.poltc.cz](http://www.poltc.cz)

Václavská 1560, 347 01 Tachov

IČ: 00868256

tel.: [redacted]

mail: [reditel@poltc.cz](mailto:reditel@poltc.cz)

---

**From:** Oldřich Matoušek [mailto:matousek@fomei.com]

**Sent:** Monday, October 24, 2016 9:21 AM

**To:** rtg@poltc.cz; 'Ing. Petr Tuháček' <reditel@poltc.cz>

**Subject:** Mamograf SELENIA

Dobrý den

Při pravidelné servisní prohlídce (BTK) mamografu SELNIA na poliklinice v Tachově provedené dne 20.10.2016 bylo zjištěno, že je vadný záložní zdroj (UPS) pro AWS. Doporučujeme jeho výměnu a v příloze posílám cenovou nabídku. Prosím o odsouhlasení a zaslání závazné objednávky.

Děkuji

S pozdravem

**Matoušek Oldřich**

servisní technik

**FOMEI a.s.**

