

Vyplněná příloha č. 2_1 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**Název části veřejné zakázky: Analytická váha**

Část veřejné zakázky: 1

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

1 ks ANALYTICKÁ VÁHA			
Specifikace	Splněno ANO / NE	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Váživost analytické váhy minimálně do 220 g.	ANO	220g	1
Minimální vážící rozsah váhy je 120/220 g.	ANO	120/220g	1
Přesnost váhy – dílek d=0,01/0,1 mg.	ANO	0,1 mg	1
Více jednotek vážení např. g, mg, ozt, oz, ct.	ANO	g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts	1
Displej ukazující vážící hodnoty.	ANO	1	1
Zajištění interní kalibrace.	ANO		1
Kovové tělo a skleněný/plastový kryt.	ANO		1
Čas stabilizace max. 8 s.	ANO	6/2 s	1

Manuální otevírání dvířek jednou rukou.	ANO		1
Rozměr vážící misky min. 80 mm.	ANO	80 mm	1
Přístroj má možnost připojení k počítači pro zaznamenávání dat.	ANO		1
Napájení 230 V, 50/60 Hz.	ANO		1
Součást dodávky			
Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody.	Ne		1
Napájecí kabel.	Ano		1

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje není
- frekvence provádění BTK 1x za 12 měsíců
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) 1x za 24 měsíců