

**Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**  
Maxima Gorkého 77, Kryblice  
541 01 TrutnovVeřejná zakázka:Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV  
**Část č. 2) Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2**Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov  
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016347

pol.	popis	obj. č.	ks	cena	cena celkem
<b>Nabídka a technické podmínky na novorozenecké vyhřívané lůžko Atom Sunflower</b>					
1	<p><b>ATOM Sunflower</b> novorozenecké vyhřívané lůžko splňuje nejvyšší kritéria moderních termoregulačních přístrojů. Kompletně vybavené lůžko se dodává s nehlučně sklopnými bočními panely, snadno ovladatelnými jednou rukou. Unikátní konstrukce navíc umožňuje přístup k pacientovi ze všech čtyř stran, což z lůžka <i>Sunflower</i> činí ideální volbu pro novorozence vyžadujícího týmový přístup. Elektronická regulace teploty v prostoru matrace zajišťuje optimální termální prostředí pro novorozence přičemž teplotní stabilitu kontroluje automatický alarmový systém.</p> <p>Bohatá škála příslušenství umožňuje konfigurovat lůžko <i>Sunflower</i> podle individuálních požadavků.</p> <p><u>Hlavní specifikace:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ speciální teplo vodivá antidekubitní pasivně vyhřívána matrace 50 x 70 cm</li><li>✓ odklopné boční panely s tlumícím systémem zabezpečující nehlučné automatické sklopení</li><li>✓ unikátní výklopný výkonný zářič s dlouhovlnným infračerveným vyhřívacím tělesem o výkonu 500W</li><li>✓ centrální ovládací panel s integrovanými alarmy a displejem měřených i nastavených hodnot umístěný uprostřed lůžka</li><li>✓ svislé kolejničky pro variabilní umístění příslušenství, polic nebo stojanů na levé i pravé straně</li><li>✓ APGAR časomíra a KPR časovač</li><li>✓ předehřívací režim PREHEAT bez alarmů</li><li>✓ manuální řízení vyhřívání AIR (řízení teplotou vzduchu), nastavení v krocích po 5 %</li><li>✓ servořízení režim SKIN, vyhřívání s kožní teplotní sondou včetně teplotní sondy</li><li>✓ integrované vyšetřovací světlo 600 Lx</li><li>✓ plynulé nastavování sklonu matrace (Trendelenburg/anti-Trendelenburg) až do 13° s</li></ul>	61567	3	379 527,00	1 138 581,00

**Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**  
Maxima Gorkého 77, Kryblice  
541 01 TrutnovVeřejná zakázka:Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV  
**Část č. 2) Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2**Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov  
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016347

pol.	popis	obj. č.	ks	cena	cena celkem
	<ul style="list-style-type: none"> <li>indikací náklonu</li> <li>✓ integrovaná zásuvka pro RTG kazetu přístupná ze 3 stran</li> <li>✓ pojízdný podvozek, dvojitá kolečka s brzdou a velký uzavíratelný úložný prostor</li> <li>✓ možnost opčního rozšíření o váhu</li> </ul>				
	<b>Opční příslušenství</b>				
2	<p><b>Resuscitační modul BQ70</b> (odnímatelný bez použití náradí) zahrnuje nejen T-resuscitátor, směšovač kyslík / vzduch, 2x průtokoměr, ale navíc i odsávačku.</p> <p>Vše jediném kompaktním bloku s držákem na tyč a možností instalace ve středu lůžka bez přesahů mimo lůžko.</p> <p>T-resuscitátor je jednoduchý, snadno ovladatelný přístroj pro kontrolovanou, protektivní resuscitaci novorozenců s přesným manometrem tlaku (-20-100cmH2O, přesnost 5 %) v dýchacích cestách, (předem) nastavitelným PEEPem a špičkovým inspiračním tlakem pro maximální bezpečnost. Ti a frekvence jsou ovládány manuálně pomocí T-kusu.</p> <p>Směšovač kyslík/vzduch pro přesnou regulaci a dávkování směsi se zvolenou koncentrací FiO<sub>2</sub> od 0,21 do 1,0.</p> <p>Směšovač má přehledné nastavení koncentrace a je osazen i druhým průtokoměrem 0-15 l/min např. pro napájení samorozpínacího vaku s ovládáním průtokoměrů uzavíráním po směru hodinových ručiček.</p> <p>Odsávačka 0-150 kPa s plynulým nastavením podtlaku a možností zapnutí a vypnutí odsávání při zachování nastavené hodnoty sání. Umožňuje resuscitaci maskou i nasální resuscitaci pomocí nostrilek a masek Infant Flow pro podávání nCPAP.</p> <p>Možnost rozšíření o opci rPAP – současná resuscitace 2 novorozenců pomocí okruhů s T-kusem a monitorováním tlaků včetně alternativy doplnění o zvlhčovač a vyhřívání okruhů.</p> <p>→ kyslíková a vzduchová tlaková hadice s konektory dle ČSN, délka 3m</p>	BQ70	3		
	<b>Volitelné příslušenství</b>				
3	Stojan na infuzi s držákem na kolejnicový sloup, výškově nastavitelný	60893/DIV	3		

**Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**  
Maxima Gorkého 77, Kryblice  
541 01 TrutnovVeřejná zakázka:Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV  
**Část č. 2) Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2**Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov  
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016347

pol.	popis	obj. č.	ks	cena	cena celkem
4	Vertikální tyč s držákem na kolejnicový sloup pro upevnění modulu BQ70	60893/BQ70	3		
5	Police na příslušenství s držákem na kolejnicový sloup, výškově nastavitelná, s možností instalace ve středu lůžka bez přesahů mimo lůžko	61617/D	3		
6	Pulzní oxymetr <b>Masimo Rad-97</b> s barevným displejem a pletysmografickou křivkou, včetně kabelu SpO2	9738LHL	3		
<b>Servis a běžné náhradní díly</b>					
7	Pacientský okruh pro T-resuscitátor s PEEP, jednorázový, bal./5 ks	RD-02	3		
8	Připojovací konektor jednorázový k pacientským okruhům pro T-resuscitátor s PEEP, bal./25 ks	1661000	1		
9	Testovací plíce pro přednastavení hodnot PEEP a PIP	RD-01	3		
10	Ochranný bakteriální filtr pro odsávačky	BSU999	15		
11	Inspire rPAP aplikátor s okruhem, bal/20 ks	IHC700/20	1		
12	Inspire Infant Flow nCPAP nostrilky, vel. S, bal/10 ks	IHC605/10	1		
13	Inspire Infant Flow nCPAP nostrilky, vel. M, bal/10 ks	IHC606/10	1		
14	Inspire Infant Flow nCPAP nostrilky, vel. L, bal/10 ks	IHC607/10	1		
15	Silikonová resuscitační maska, velikost „1“	PAL32054	10		
16	Silikonová resuscitační maska, velikost „0“	PAL32050	5		
17	BTK BQ70 po dobu záruky	BTK BQ70 1	6	zdarma	zdarma
18	BTK RAD-97 po dobu záruky	BTKR97 2	3	zdarma	zdarma
19	BTK Sunflower po dobu záruky	BTK ASF 1	6	zdarma	zdarma
Celkový součet:					1 138 581,00
<i>Recyklační poplatek – zpětný odběr EEZ a OEEZ</i>		SNC	3	98,00	294,00
Celková cena bez DPH 21 %:					1 138 875,00
DPH 21 %:					239 163,75
<b>Celková cena v Kč včetně DPH:</b>					<b>1 378 038,75</b>

**Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**  
Maxima Gorkého 77, Kryblice  
541 01 Trutnov

Veřejná zakázka:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV  
**Část č. 2) Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2**

Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov  
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016347



Zboží dopraveno vyplaceně Trutnov. Ceny jsou uvedeny **bez DPH** (dle platných daňových zákonů)


Dodací lhůta: do 8 týdnů od účinnosti kupní smlouvy

Platba: 60 dnů

Ceny platné do: 31.7.2023

Záruční lhůta: 2 roky

Instalace, periodické prohlídky a servis: **DARTIN spol. s r.o., Horoměřice**

Recyklační poplatek: v ceně je zahrnut recyklační poplatek podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Zpětný odběr a oddělený sběr tohoto elektrozařízení je řešený kolektivním systémem ASEKOL a.s.,  [asekol https://www.asekol.cz](https://www.asekol.cz)

*BTK nejsou součástí standardních cen, pokud nejsou výslovně uvedeny v nabídce.*

---

Servis nabízeného výrobku je zajištěn v EU, viz níže:

Doklad osvědčující k distribuci a servisu zdravotnických prostředků lze ověřit na adrese: <https://erepublicsecure.kszis.cz/Registr/RZPRO/Osoba/Detail/108780>

Registrace EUDAMED - European Database on Medical Devices: Importer, CZ-IM-000003733, DARTIN spol. s r.o. - [Czech Republic], <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/7021dde4-d28d-472f-97ae-9916601b738d>

Kvalifikace účastníka: Dodavatel čestně prohlašuje, že seznam kvalifikovaných dodavatelů lze ověřit na stránkách [Vyhledávač KD - ISVZ \(nipez.cz\)](https://www.nipez.cz), po zadání IČ: 40763781.