

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Krybllice
541 01 Trutnov

Veřejná zakázka:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV

Část č. 1)

Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem

Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016347



pol.	popis	obj. č.	ks	cena	cena celkem
	Nabídka a technické podmínky na inkubátor Atom Dual Incu-i				
1	<p>Atom hybrid incubator pro nejvyšší úroveň neonatální péče. Model 100 Dual Incu-i se stisknutím jediného tlačítka během sekund transformuje do vyhřívacího lůžka. Dvojitá funkce je bez kompromisů: jako inkubátor plní nejvyšší klinické požadavky bez omezení viditelnosti a přístupu. Také jako vyhřívací lůžko Atom model 100 poskytuje efektivní zahřívání pacientů v kompletně otevřeném systému s přídatnými funkcemi pro resuscitaci a týmovou péči. Nicméně hybridní inkubátor model 100 je překvapivě kompaktní a souměrné zařízení, které může být snadno převáženo a používáno také tam kde je prostor omezen.</p> <p><u>Hlavní specifikace v režimu vyhřívacího lůžka</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ kompaktní tepelný zářič zahřívající prostor matrace a ne hlavu ošetřující osoby✓ velké elektricky zvedací víko s výbornou viditelností do inkubátoru, bez bočních sloupků✓ bezpřekážkový přístup do prostoru pacienta ze 3 stran✓ předehřívací režim bez alarmů, manuální režim vyhřívání a servorežim řízený teplotou novorozence✓ přídatné nízké odnímatelné boční panely matrace pro zabezpečení novorozence při sklopených bočnicích nebo při otevřeném inkubátoru✓ Apgar časomíra a KPR časovač <p><u>Hlavní specifikace v režimu inkubátor</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ prostorný kryt s dvojitou stěnou umožňující při otevření vynikající přístup k pacientovi, díky velkým vstupním panelům na 3 stranách s plynulým samostatným sklápěním a oboustranné výsuvné matraci. Dvojité zámky panelů s funkcí automatického zajištění. Vícesměrné proudění pro minimalizaci tepelných ztrát při otevření inkubátoru (aktivní tepelný štít) i při otevření dvířek✓ Velké boční a čelní panel inkubátoru otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po	61601	1	647 027,00	647 027,00

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Krybllice
541 01 Trutnov

Veřejná zakázka:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV
Část č. 1)

Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem

Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016347

pol.	popis	obj. č.	ks	cena	cena celkem
	<p>odjištění</p> <ul style="list-style-type: none">✓ vzduchový režim "Air" - řízení teplotou vzduchu nebo servorežim "Skin" - řízení teplotou novorozence. Možnost monitorování druhé kožní teploty✓ nízká hlučnost hlučnost <44 dBA✓ zvlhčování se servořízením. Možnost dezinfekce celého systému pro vyšší hygienickou úroveň✓ servodávkování kyslíku <p><u>Standardní vybavení</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ velký barevný dotykový displej s ovládáním v českém jazyce a např. zobrazení trendů s možností volitelné polohy instalace a otočení o 180°✓ zásuvka pro RTG kazetu, přístupná z obou stran bez potřeby otevření inkubátoru✓ plynulé oboustranné mechanické polohování matrace z vnější strany inkubátoru✓ matrace oboustranně výsuvná o rozměru 65 x 36,5 cm✓ elektricky výškově nastavitelný (v rozsahu 40 cm) podvozek s flexibilním úchytným systémem kolejnič (levá i pravá) pro příslušenství, např. police pro monitor atd.✓ volitelné přídavné příslušenství zahrnuje integrovaný Masimo SpO₂ monitor, váhu, integrovaný záložní zdroj a modul skříňky s oboustrannou zásuvkou				
	<p>Volitelné příslušenství</p>				
2	Přídavná skříňka se zásuvkou, přístupná z obou stran pro výškově nastavitelný podvozek	60888	1		
3	Plně integrovaný Masimo pulzní oxymetr. Ovládání a zobrazení naměřených hodnot, včetně trendů na centrálním barevném displeji inkubátoru	61621	0		
4	Plně integrovaný záložní zdroj (bez zvětšení půdorysu inkubátoru) až na 150 minut bez zdroje el. energie 230 V. Zdroj je trvalá součást inkubátoru, bez potřeby připojení externí jednotky	61581	0		

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Krybllice

541 01 Trutnov

Veřejná zakázka:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV

Část č. 1)**Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem**

Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov

Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016347

pol.	popis	obj. č.	ks	cena	cena celkem
5	Integrovaná elektronická váha s monitorováním trendů	61615	0		
6	Druhá kožní sonda pro monitorování další teploty nebo monitorování dvojčat	60880	1		
7	Stojan na infuzi s držákem na kolejnicový sloup, výškově nastavitelný	60893/DIV	0		
8	Police na příslušenství s držákem na kolejnicový sloup, výškově nastavitelná	61617/D	0		
9	Eurolišta (odnímatelná) s držákem na kolejnicový sloup	61616/D/M	0		
10	Držák tlakové kyslíkové láhve	60895D	0		
11	Madla (zadní) pro snadnou manipulaci s lůžkem a transport, výškově nastavitelná, sada/2 ks.	60899	0		
12	Ohebný držák ventilačních okruhů	60858	0		
Běžné náhradní díly a BTK					
13	Elektrostatické vstupní mikrofiltry Pneumoclean, bal./5 ks	60269	1		
14	Kabel propojovací pro vyrovnání potenciálu	PKOP3	1		
15	BTK podobu záruky pro Atom Incu-i Model 100	BTK A100 1	2	zdarma	zdarma
6	Materiál pro BTK podobu záruky pro Atom Incu-i Model 100	60859	2	zdarma	zdarma
Celkový součet:					647 027,00
<i>Recyklační poplatek – zpětný odběr EEZ a OEEZ</i>		SNC	1	132,00	132,00
Celková cena bez DPH 21 %:					647 159,00
DPH 21 %:					135 903,39
Celková cena v Kč včetně DPH:					783 062,39

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov

Veřejná zakázka:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku IV
Část č. 1)

Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem

Název projektu: Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016347

Zboží dopraveno vyplaceně Trutnov. Ceny jsou uvedeny **bez DPH** (dle platných daňových zákonů)

Dodací lhůta: 8 týdnů, dle kupní smlouvy

Platba: dle uzavřené KS, do max. 60 dnů

Záruční lhůta: 2 roky

Instalace, periodické prohlídky a servis: **DARTIN spol. s r.o., Horoměřice**

Recyklační poplatek: v ceně je zahrnut recyklační poplatek podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Zpětný odběr a oddělený sběr tohoto elektrozařízení je řešený kolektivním systémem ASEKOL a.s.,

<https://www.asekol.cz>



BTK nejsou součástí standardních cen, pokud nejsou výslovně uvedeny v nabídce.



Atom Dual Incu i

Servis nabízeného výrobku je zajištěn v EU, viz níže:

Doklad osvědčující k distribuci a servisu zdravotnických prostředků lze ověřit na adrese: <https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Osoba/Detail/108780>

Registrace EUDAMED - European Database on Medical Devices: Importer, CZ-IM-000003733, DARTIN spol. s r.o. - [Czech Republic], <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/7021dde4-d28d-472f-97ae-9916601b738d>

Kvalifikace účastníka: Dodavatel čestně prohlašuje, že seznam kvalifikovaných dodavatelů lze ověřit na stránkách [Vyhledavač KD - ISVZ \(nipez.cz\)](http://Vyhledavač_KD_-_ISVZ_(nipez.cz)), po zadání IČ: 40763781.