



Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Kombinovaná motodlaha

Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V posledním sloupci tabulky dodavatel uvede odkaz (např. stranu v katalogu, v návodu k obsluze, ...), kde v nabídce zadavatel dohledá a ověří si požadovaný parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Kombinovaná motodlaha pro koleno, kyčel a kotník s pojízdným vozíkem			
Výrobce	BTL Industries Limited		
Typ / Model	BTL-CPMotion K ELITE		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	1		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	175 000,-		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	175 000,-		
DPH v Kč celkem samostatně	36 750,-		
Cena v Kč včetně DPH celkem	211 750,-		
Základní vlastnosti přístroje			
Číslo	Specifikace	ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu



			apod.)
1.1	Jeden přístroj pro terapii všech 3 kloubů dolní končetiny (kyčel, koleno a kotník).	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.2	Možnost terapie i dětských pacientů.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.3	Nastavitelná délka motodlahy dle délky končetin.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.4	Dálkové ovládání s dotykovým displejem, nebo LCD displejem s membránovou klávesnicí.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.5	Nastavitelné parametry: - Čas terapie - Rychlost pohybu - Počáteční a koncový úhel - Bezpečnostní prvek – zastavení pohybu a následný zpětný chod	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.6	Možnost uložení min. 20 uživatelských terapeutických protokolů v paměti přístroje, nebo na externím přenosovém paměťovém médiu.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.7	Integrovaný modul pro terapii hlezenního kloubu.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.8	Rozsah pohybu: - Extenze/flexe kyčle v rozsahu min. +10° až +75° - Extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10° až +120° - Extenze/flexe hlezna v rozsahu min. -20° až +40°	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 3
1.9	Maximální rychlost posuvu min. 200°/min.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 3
1.10	Nastavení pauz samostatně pro extenzi a flexi.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.11	Možnost nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta během terapie.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 3
1.12	Funkce postupného rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot i zvětšení rozsahu pohybu během cvičení s možností nastavení přestávky samostatně pro extenzi a flexi.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 3
1.13	Podpěry stehna, lýtky a botiček z umývatelného materiálu.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.14	Bez nutnosti přestavby pro rehabilitaci pravé/levé končetiny.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 2
1.15	Hmotnost přístroje max. 15 kg.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 3
1.16	Napájení ze sítě 230 V/50 Hz.	ANO	Uživatelský manuál, strana 36, odstavec 5.1
<u>Příslušenství</u>			



1.17	Transportní vozík pro přesun přístroje.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 3
1.18	Dálkový ovladač.	ANO	Uvedeno v cenové nabídce, strana 3

** Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: Ila
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): neprovádí se