

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje Rokycanské nemocnice - Transportní, sterilizační a ostatní technika (2. vyhlášení)					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 3 - Kompresor pro sterilizátor					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	Inaircom s.r.o.				
Sídlo:	K Šancí 50, 160 00 Praha 6 - Řepy			IČO:	
Statutární zástupce:	Jiří Krsek - jednatel, Ladislav Oliberius - jednatel	Kontaktní osoba:		Jan Strejc - obchodní zástupce	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO / NE
	Kompresor pro sterilizátor	1	24	Název: Medic Air - S320-08-50M Sériové číslo: bude doplněno při dodávce Výrobce: FINI DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) ANO/2,20kW, 235 l/min, 60 dB(A), na nádobě 50l/Medic Air - S320-08-50M ANO/Řídící jednotka Presscont H4 ANO/Předfiltr 3 µm s automatickým odpouštěčem kondenzátu, průtok min. 567 l/min ANO/Mikrofiltr 0,01 µm s automatickým odpouštěčem kondenzátu, průtok min. 567 l/min ANO/Kondenzační sušička vzduchu/TRB +3°C/automatický odvaděč kondenzátu/průtok 400 l/min ANO ANO Přílohy: https://www.inaircom.cz/produkt/P69220316, https://www.inaircom.cz/produkt/S99100014, https://www.inaircom.cz/produkt/U66300121, https://www.inaircom.cz/produkt/U66400121, https://www.inaircom.cz/produkt/U66500121 V Dobřanech dne 28.7.2023 Zpracoval: Jan Strejc/ E-mail: [REDACTED]	
Závazná specifikace zadavatele:					
Bezolejový pístový kompresor. Příkon motoru 2,2 kW. Napětí 230V. Dodávané množství vzduchu 235 l/min. Max. tlak 8 bar. Hlučnost 60 dB(A). Ustavený na tlakové nádobě o objemu 50 litrů					
Jednotka pro řízení a spouštění dvou kompresorů					
Předfiltr stl. vzduchu 3 µm s automatickým odpouštěčem kondenzátu, průtok min. 400 l/min					
Mikrofiltr 0,01 µm s automatickým odpouštěčem kondenzátu, průtok min. 400 l/min					
Kondenzační sušička stlačeného vzduchu - TRB + 3°C s automatickým odpouštěčem kondenzátu, průtok min. 400 l/min					
Instalace, propojení jednotlivých zařízení s napojením na stávající rozvod vzduchu bez plastových rychlospojek					
Celkové uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy					
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.					