

**Příloha č. 1 - Technická specifikace vč. požadavků zadavatele**

Dermatom se vzduchovým pohonem  
- nástroj pro odběr velmi tenkých kožních štěpů

Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)	Zimmer Czech, s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 25107976	
Výrobce	Zimmer Surgical	
Jednoznačný název a typ modelu přístroje	[REDACTED]	
Technické požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Poznámky a komentáře
Chirurgický nástroj pro odběr kožních štěpů se vzduchovým pohonem	ANO	
Možnost nastavení tloušťky kůže od 0 do 0.75 mm, nastavení tloušťky po 0.050 mm	ANO	
Hmotnost: max 737 g	ANO	
Samochladící vzduchový motor	ANO	
Přístroj musí disponovat bezpečnostním prvkem proti náhodné aktivaci	ANO	
Přístroj musí mít bezúdržbový motor	ANO	
Čepele musí být použitelné bez aplikace maziv	ANO	
Příslušenství		
součástí dodávky musí být 1 kus elektrického napájecího zdroje včetně napájecího kabelu	ANO	
součástí dodávky musí být 50 kusů čepelí s maximální expirací (tzn. nové, neskladované)	ANO	
součástí dodávky musí být sterilizační síto pro provádění sterilizace všech komponent	ANO	
Další požadavky		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ANO	
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)	ANO	

Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.	ANO	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD (USB), provedení zaškolení personálu.	ANO	
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	ANO	
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.	ANO	