

Příloha č. 1 - Technická specifikace vč. požadavků zadavatele

Motomed pro horní/dolní konetiny

| | | |
|---|--|----------------------|
| Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy) | REPO-RECK spol. s .r.o., Jablůnka 239,756 23, IČO 47678089 | |
| Výrobce | RECK Technik GmbH, Německo | |
| Jednoznačný název a typ modelu přístroje | [REDACTED] | |
| Technické požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Poznámky a komentáře |
| Trenažer nohou/rukou a horní části těla | Ano | |
| Otočené rameno umožňující trénink ze 3 stran postele - umožňuje trénink dolních i horních končetin | Ano | |
| Dezinfikovatelené bezpečnostní chodidlové podložky a držáky rukou | Ano | |
| Systém rychlé výměny pro rychlé a snadné nastavení pro trénink dolních nebo horních končetin | Ano | |
| Odkládací konzoly přímo na přístroji | Ano | |
| Poloměr otáčení 7,0 cm | Ano | |
| Velký manipulační držák pro jednoduší manipulaci s přístrojem | Ano | |
| Podvozek nastavitelný do šířky s fixací k podlaze a s velkými transportními koly, stabilní konstrukce bez nutnosti fixace k posteli | Ano | |
| Hydraulické nastavení výšky pomocí nožního pedálu | Ano | |
| Horizontální nastavení - přiblížení motoru k pacientovi | Ano | |
| Otočná ovládací jednotka | Ano | |
| MOTOMed uvolňovací pohyb s plynulým rozjezdem a zastavením | Ano | |
| Ochrana pohybu - rozpoznání a následné uvolnění spazmů | Ano | |
| Možnost nastavení počtu otáček od 0 do 60 O/min (pasivně) | Ano | |

| | | |
|---|-----|--|
| Možnost nastavení zátěže od 1 do 20 | Ano | |
| Možnost nastavení síly motoru 1 do 10 | Ano | |
| Možnost nastavení délky tréninku - trvalý provoz - 120 minut | Ano | |
| Automatický test při zapnutí | Ano | |
| Velká řídicí jednotka s barevným navigačním systémem a velkými, hmatovými klávesami | Ano | |
| Celokovová konstrukce | Ano | |
| Max. přípustná hmotnost uživatele 135 kg | Ano | |
| Barevný displej o uhlopříčce 5,7" | Ano | |
| Ovládání v českém jazyce | Ano | |
| | Ano | |
| Další požadavky | | |
| Záruční doba přístroje min. 2 roky | Ano | |
| Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis) | Ano | |
| Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován. | Ano | |
| Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu. | Ano | |
| Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR. | Ano | |
| Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele. | Ano | |