

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje Rokycanské nemocnice - Transportní, sterilizační a ostatní technika (2. vyhlášení)					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 1 - Převazový vozík					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	KLARO, spol. s r.o.				
Sídlo:	Ke Hřišti 187, 289 11 Pečky			IČO:	61460478
Statutární zástupce:	Marcela Klokočková, obchodní ředitelka	Kontaktní osoba:	Radka Tichá - zástupce vedoucí		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		

	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Převazový vozík	2	24	Název: Zdravotnický vozík BASIC ZV1252N*+příslušenství Sériové číslo: ZV1252N*+příslušenství Výrobce: KLARO, spol. s r.o. DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) ANO, 750 x 550 x 1050 mm - bez příslušenství ANO, 1 x 12cm, 1x 20cm, 1x 36cm ANO, nerez plasto s ohrádkou ANO, stojna a na ní 2 x nerez držák rukavic ANO, plastový odpadní koš Pilar - 10l ANO, Vyjímatelný drátěný koš nerezový - 460x230x120mm ANO, 5 x výklopný plastový box ANO, 4 x kvalitní otočné lastové kolo D=12,5cm, 2 x brzděné ANO, viz RAL vzorník v CN Přílohy: Cenová nabídka: N3230105/01 ze dne 24.7.2023	
	Závazná specifikace zadavatele:				
	Max.velikost š 800x hl 550 x v 1100 mm				
	3 zásuvky				
	Horní nerezová deska s okraji				
	2 ks schránky na rukavice do max 200 ks				
	1 ks plastový koš na boku				
	1 ks nerezový drátěný koš o velikosti max. 500 x 250x 120mm				
	Max 5 ks plastových vyklápěcích boxů s aretací nad skříňkou				
	Kolečka vozíku s brzdou				
	Barva: 1ks bílo-oranžová kombinace a 1ks bílo-šedá kombinace				
	U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.				
				V Pečkách, dne 24.7.2023 Zpracoval: Radka Tichá	

