

Požadované technické parametry

Celotělová vana pro vířivou a perličkovou masáž

Požadujeme 2 ks celotělové vany pro vířivou a perličkovou masáž s příslušenstvím splňující následující požadavky na technické parametry celku i jednotlivých komponentů.

Název přístroje či modelové řady: **Aquadelicia Mini III L**

Požadované technické parametry	Požadovaný parametr nebo rozsah	Potvrzení splnění	Poznámka (parametr nebo rozsah nabízené varianty)
Požadavky na celotělovou vanu pro vířivou a perličkovou masáž			
Prohlášení o shodě, certifikace ISO		ano	
Návod na použití	v českém jazyce	ano	
Provedení zařízení	z pevného, odolného a antibakteriálního materiálu	ano	
Provedení trysek	nerez	ano	
Užitný objem / max. objem	max. 210 l	ano	200 l
Skelet vany	anatomicky tvarovaný	ano	
Podhlavník	odnímatelný	ano	
Zapření dolních končetin	min. 2 polohy	ano	Zarážka s 2 polohami
Počet nezávislých okruhů vířivé masáže	1	ano	1 okruh
- počet hydromasážních trysek	min. 30	ano	30
- režimy vířivé masáže	kontinuální i pulzní	ano	
Počet nezávislých okruhů perličkové masáže	1	ano	1 okruh
- počet otvorů / vzduchových trysek	min. 170/10	ano	170/10
- režimy perličkové masáže	kontinuální	ano	
Ovládací a kontrolní prvky pro zapnutí, vypnutí a nastavení požadovaných procedur	preferujeme integrované a digitální	ano	Digitální, integrované
Regulace výkonu terapie	plynulá	ano	
Časovač délky terapie	min. rozmezí 1 až 20 minut	ano	1-20 min
Ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně	preferujeme digitální	ano	digitální
Oplachová sprcha	1 ks	ano	
Proplach hydromasážního systému		ano	
Ochrana proti běhu „na sucho“		ano	
Rozměry (d x š x v)	min. 2040 x 800 x 800 mm max. 2200 x 850 x 900 mm	2185 x 800 x 885 mm	Limitováno okolním prostorem !
Napájení v souladu s ČSN	230VAC, 50Hz	ano	
Přívod teplé a studené vody	2 x 1"	ano	
Odpad	50 mm	ano	
Požadavek na příslušenství			
Madla	1 pár	ano	
Schůdky	1	ano	
Kompletní příslušenství k činnosti a prověření přístroje		ano	

Vysvětlivka k vyplnění informací ohledně splnění požadovaných technických parametrů v tabulce. Ve sloupci Potvrzení splnění vyplňte **ANO** – pokud nabízený přístroj splňuje daný požadavek. Přesné parametry je možné specifikovat v poznámce.

Sedací rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí

Požadujeme 1 ks sedací rehabilitační vířivé vany pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí s příslušenstvím splňující následující požadavky na technické parametry celku i jednotlivých komponentů.

Název přístroje či modelové řady: **Aquapedis I L**

Požadované technické parametry	Požadovaný parametr nebo rozsah	Potvrzení splnění	Poznámka (parametr nebo rozsah nabízené varianty)
Požadavky na Sedací rehabilitační vířivou vanu			
Prohlášení o shodě, certifikace ISO		ano	
Návod na použití	v českém jazyce	ano	
Provedení zařízení	z pevného, odolného a antibakteriálního materiálu	ano	
Hydromasážní trysky	nerez	ano	
Užitný objem / max. objem	min. 120 l / 170 l	ano	120 l / 170 l
Počet nezávislých okruhů vířivé vany	min. 2 okruhy	ano	2 okruhy
1 okruh horní zóna		ano	
- počet trysek	min. 14	ano	14
- tryska na hemeroidy	1	ano	1
2 okruh dolní zóna			
- počet trysek	min. 8	ano	8
- trysky na plošky nohou	min. 6	ano	6
Ovládací a kontrolní prvky pro zapnutí, vypnutí a nastavení požadovaných procedur	preferujeme integrované a digitální	ano	Digitální, integrované
Regulace výkonu terapie	plynulá	ano	ano
Časovač délky terapie	min. rozmezí 1 až 20 minut	ano	1 – 20 minut
Režimy vířivé masáže	kontinuální i pulzní	ano	
Ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně	preferujeme digitální	ano	digitální
Oplachová sprcha	1 ks	ano	
Proplach hydromasážního systému		ano	
Ochrana proti běhu „na sucho“		ano	
Rozměry (d x š x v)	min. 1500 x 700 x 1020 mm max. 1600 x 800 x 1100 mm	ano	1550 x 770 x 1050 mm
Napájení v souladu s ČSN	230VAC, 50Hz	ano	
Přívod teplé a studené vody	2 x 3/4"	ano	
Odpad	50 mm	ano	
Požadavek na příslušenství			
Madla	1 pár	ano	
Dvoustupňové schůdky	1 ks	ano	
Kompletní příslušenství k činnosti a prověření přístroje		ano	

Vysvětlivka k vyplnění informací ohledně splnění požadovaných technických parametrů v tabulce. Ve sloupci Potvrzení splnění vyplňte **ANO** – pokud nabízený přístroj splňuje daný požadavek. Přesné parametry je možné specifikovat v poznámce.

Rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin

Požadujeme 1 ks rehabilitační vířivé vany pro masáž dolních končetin s příslušenstvím splňující následující další požadavky na technické parametry celku i jednotlivých komponentů.

Název přístroje či modelové řady: **Aquapedis**

Požadované technické parametry	Požadovaný parametr nebo rozsah	Potvrzení splnění	Poznámka (parametr nebo rozsah nabízené varianty)
Požadavky na rehabilitační vířivou vanu na DK			
Prohlášení o shodě, certifikace ISO		ano	
Návod na použití	v českém jazyce	ano	
Provedení zařízení	z pevného, odolného a antibakteriálního materiálu	ano	
Užitný objem / max. objem	min. 65 l	ano	69 l
Hydromasážní trysky směrově nastavitelné	min. 16 trysek	ano	16 trysek
Ovládací a kontrolní prvky pro zapnutí, vypnutí a nastavení požadovaných procedur	preferujeme integrované a digitální	ano	Integrované, digitální
Regulace výkonu terapie	plynulá	ano	
Časovač délky terapie	min. rozmezí 1 až 20 minut	ano	1 – 20 minut
Režimy vířivé masáže	kontinuální i pulzní	ano	
Ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně	preferujeme digitální	ano	digitální
Oplachová sprcha	1 ks	ano	
Proplach hydromasážního systému		ano	
Ochrana proti běhu „na sucho“		ano	
Rozměry (d x š x v)	min. 900 x 900 x 650 mm max. 1000 x 950 x 700 mm	ano	920 x 940 x 670 mm
Napájení v souladu s ČSN	230VAC, 50Hz	ano	
Přívod teplé a studené vody	2 x 1/2"	ano	
Odpad	50 mm	ano	
Požadavek na příslušenství			
Stolička	pojízdná se stavitelnou výškou	ano	
Kompletní příslušenství k činnosti a prověření přístroje		ano	

Vysvětlivka k vyplnění informací ohledně splnění požadovaných technických parametrů v tabulce. Ve sloupci Potvrzení splnění vyplňte **ANO** – pokud nabízený přístroj splňuje daný požadavek. Přesné parametry je možné specifikovat v poznámce.

Rehabilitační vířivá vana pro masáž horních končetin

Požadujeme 1 ks rehabilitační vířivé vany pro masáž horních končetin s příslušenstvím splňující následující další požadavky na technické parametry celku i jednotlivých komponentů.

Název přístroje či modelové řady: **Aquamanus**

Požadované technické parametry	Požadovaný parametr nebo rozsah	Potvrzení splnění	Poznámka (parametr nebo rozsah nabízené varianty)
Požadavky na rehabilitační vířivou vanu na HK			
Prohlášení o shodě, certifikace ISO		ano	
Návod na použití	v českém jazyce	ano	
Provedení zařízení	Z pevného, odolného a antibakteriálního materiálu	ano	
Užitný objem / max. objem	min. 25 l	ano	25 litrů
Hydromasážní trysky směrově nastavitelné	min. 12 trysek	ano	12
Ovládací a kontrolní prvky pro zapnutí, vypnutí a nastavení požadovaných procedur	preferujeme integrované a digitální	ano	Integrované, digitální
Regulace výkonu terapie	plynulá	ano	
Časovač délky terapie	min. rozmezí 1 až 20 minut	ano	1 – 20 minut
Režimy vířivé masáže	kontinuální i pulzní	ano	
Ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně	preferujeme digitální	ano	digitální
Oplachová sprcha	1 ks	ano	
Proplach hydromasážního systému		ano	
Ochrana proti běhu „na sucho“		ano	
Rozměry (d x š x v)	min. 1005 x 650 x 900 mm max. 1100 x 800 x 1100 mm	ano	1010 x 695 x 1010 mm
Napájení v souladu s ČSN	230VAC, 50Hz	ano	
Přívod teplé a studené vody	2 x 1/2"	ano	
Odpad	50 mm	ano	
Požadavek na příslušenství			
Stolička	pojízdná se stavitelnou výškou	ano	
Kompletní příslušenství k činnosti a prověření přístroje		ano	

Vysvětlivka k vyplnění informací ohledně splnění požadovaných technických parametrů v tabulce. Ve sloupci Potvrzení splnění vyplňte **ANO** – pokud nabízený přístroj splňuje daný požadavek. Přesné parametry je možné specifikovat v poznámce.

Kombinovaná parafínová a vodní lázeň

Požadujeme 1 ks **kombinované parafínové a vodní lázně** s příslušenstvím splňující následující další požadavky na technické parametry celku i jednotlivých komponentů.

Název přístroje či modelové řady: **E-2000 Combi 200**

Požadované technické parametry	Požadovaný parametr nebo rozsah	Potvrzení splnění	Poznámka (parametr nebo rozsah nabízené varianty)
Požadavky na kombinovaná parafínová a vodní lázeň			
Prohlášení o shodě, certifikace ISO		ano	
Návod na použití	v českém jazyce	ano	
Napájení v souladu s ČSN	230VAC, 50Hz	ano	
Povrchová úprava celého přístroje	provedení v nerez	ano	
Vodní lázeň o objemu	min. 24 l	ano	24 litrů
Parafínová lázeň o objemu	min. 20 l	ano	20 litrů
Kapacita nosičů tepla	min. 5ks	ano	5 kusů
Výpustný ventil		ano	
Ovládací a kontrolní prvky pro zapnutí, vypnutí a nastavení požadované teploty lázně		ano	
Rozsah nastavení teplot	od 30 do 80 °C	ano	od 30 do 80 °C
Příkon	min. 700W	ano	700 W
Maximální vnější rozměry (délka × šířka × výška)	350 × 550 × 300 mm	ano	330 x 540 x 290 mm
Požadavek na příslušenství			
Podstavec s kolečky	provedení v nerez	ano	
Kompletní příslušenství k činnosti a prověření přístroje		ano	
Minimální počet nosičů tepla při dodání	minimálně tolik, kolik je kapacita dodaného zařízení.	ano	5 nosičů

Vysvětlivka k vyplnění informací ohledně splnění požadovaných technických parametrů v tabulce. Ve sloupci Potvrzení splnění vyplňte **ANO** – pokud nabízený přístroj splňuje daný požadavek. Přesné parametry je možné specifikovat v poznámce.

