

Technické požadavky k VZMR
"Nemagnetické vozíky" - VZ-2023-001003

technické požadavky	splnění ANO/NE	poznámky
1.1. Charakteristika nemagnetických vozíků:		
• Požadujeme dodávku, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení personálu k používání 5 kusů nemagnetických vozíků, určených v případě vozíků na prádlo/odpad pro odpadkové pytle na odložení infekčního prádla nebo zdravotnického materiálu apod., v případě vozíků na zdravotnický materiál k převozu a uložení lékařských nástrojů, zdravotnického materiálu a celkově tím k ochraně a zabezpečení ošetřujícího personálu na Radiologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.		
1.2.1. Technická specifikace nemagnetických vozíků na prádlo/odpad:		
• 3 kusy nemagnetických vozíků na prádlo/odpad pro pracoviště magnetické rezonance Radiologické kliniky		
• vozíky musí být vyrobeny z nemagnetických slitin kovů či plastů stabilní konstrukce (MS 120 MRT)	ano	
• vozíky musí být určeny pro pracoviště magnetické rezonance se zářením až 3 Tesla	ano	
• vozíky musí být určeny na jeden plastový pytel na prádlo/odpad	ano	
• vozíky musí mít rozměry minimálně cca 40 x 45 x 90 cm (š/h/v)	ano	
• vozíky musí mít minimální nosnost minimálně 15 kg	ano	
• vozíky musí mít dva držáky s protiskluzovým povrchem zajišťující bezpečné držení pytle na prádlo/odpad	ano	
• vozíky musí mít platové víko s ochranou proti přetažení	ano	
• vozíky musí mít otevírání víka pomocí stabilního nožního pedálu	ano	
• vozíky musí mít čtyři otočná nemagnetická kolečka o průměru minimálně 75 mm, z toho minimálně dvě s brzdou	ano	
• vozíky musí být snadno čistitelné a odolávající běžným dezinfekčním prostředkům	ano	
• minimální délka záruky 24 měsíců	ano	
• jednoduchá obsluha a snadná údržba	ano	
1.2.1. Technická specifikace nemagnetických vozíků pro zdravotnický materiál:		
• 2 kusy nemagnetických vozíků pro uložení a přepravu zdravotnického materiálu pro pracoviště magnetické rezonance Radiologické kliniky		
• vozíky musí být vyrobeny z nemagnetických slitin kovů či plastů stabilní konstrukce (MPC 353 MRT)	ano	
• vozíky musí být určeny pro pracoviště magnetické rezonance se zářením až 3 Tesla	ano	
• vozíky musí být určeny pro uložení a transport zdravotnického materiálu	ano	
• vozíky musí mít rozměry minimálně cca 50 x 90 x 110 cm (š/h/v)	ano	
• vozíky musí mít tři police s vyvýšenými okraji odkládací plochy	ano	
• vozíky musí mít odkládací plochu každé police o rozměru minimálně cca 45 x 85 cm (š/h)	ano	
• vozíky musí mít rozstup mezi policemi minimálně 30 cm	ano	
• vozíky musí mít nosnost každé police minimálně 20 kg	ano	
• vozíky musí mít na jedné straně tlačné horní madlo	ano	
• vozíky musí mít čtyři otočná nemagnetická kolečka o průměru minimálně 100 mm, z toho minimálně dvě s brzdou	ano	
• vozíky musí být snadno čistitelné a odolávající běžným dezinfekčním prostředkům	ano	
• minimální délka záruky 24 měsíců	ano	
1.3. Náklady na pravidelné prohlídky a servis nemagnetických vozíků:		
• uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 375/2022 Sb., v platném znění	není potřeba	
• uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem	není potřeba	
• uveďte cenu PBTk včetně nákladů na dopravu	není potřeba	
• uveďte cenu za hodinu práce servisního technika	600	
• uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě	0	
• délka záruky	24 měsíců	
• nabídková cena vč. DPH	78253,12	